

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli
ul. Dr K. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin
tel./fax 81 / 747-63-27
NIP 712-21-35-822, Regon 4312193

COZL/DZP/AK/3412/PN-123/20

Lublin dnia 01.09.2020 r.

Dostawa chłodziarek, zamrażarek na potrzeby COZL.

I.

Działając w oparciu o zapisy art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019 r., poz. 1843 z póź. zm.), informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie 1

Dotyczy poz. 4 zamrażarka laboratoryjna

Na rynku nie ma zamrażarki, która spełnia parametry udostępnione przez Zamawiającego. Poniżej załączam model i całą specyfikację modelu najbardziej zbliżonego. Czy Zamawiający dopuści poniższy model zamrażarki?

Zamrażarka laboratoryjna LGV5010

Wymiary zewnętrzne (SxGxW) (mm): 747/750/1844

-Pojemność 478 L brutto/netto 337 L

-Zakres temperatury -9°C do -35°C

-Kontakt do przekazywania alarmu do zewnętrznego systemu ostrzegawczego.

-Wyświetlacz temperatury i port do podłączenia zewnętrznego czujnika temperatury.

-Alarm otwartych drzwi./-Sterowanie elektroniczne.

-Wskaźnik temperatury: na zewnątrz cyfrowy.

-Awaria: alarm optyczny i akustyczny

-Maksymalne obciążenie półek: 60 kg

-Waga brutto: 124 kg

-Kierunek otwierania drzwi: prawo wymienne

-Zamek: w wyposażeniu.

-Kolor: biały

-Szuflady w zamrażarce:10

-Maksymalna ilość koszy:2

-Materiał obudowy: stal

-Sterowanie: elektroniczne

-System chłodzenia: dynamiczne

Odpowiedź: Nastąpiła zmiana załącznika nr 1.1- kosztorys ofertowy część 1 – chłodziarki, zamrażarki laboratoryjne. Strony zamienne w załączeniu.

Pytanie 2

Dotyczy poz. 3 Chłodziarka laboratoryjna

Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę laboratoryjną o szerokości zewnętrznej wynoszącej 751 mm?

Odpowiedź: Nastąpiła zmiana załącznika nr 1.1- kosztorys ofertowy część 1 – chłodziarki, zamrażarki laboratoryjne. Strony zamienne w załączeniu.

Pytanie 3

Dotyczy poz. 3 Chłodziarka laboratoryjna

Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę laboratoryjną bez portu do podłączenia zewnętrznego czujnika temperatury?

Odpowiedź: Nastąpiła zmiana załącznika nr 1.1- kosztorys ofertowy część 1 – chłodziarki, zamrażarki laboratoryjne. Strony zamienne w załączeniu.

Pytanie 4

Dotyczy poz. 4 Zamrażarka laboratoryjna

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę laboratoryjną o szerokości wynoszącej 751 mm?

Odpowiedź: Nastąpiła zmiana załącznika nr 1.1- kosztorys ofertowy część 1 – chłodziarki, zamrażarki laboratoryjne. Strony zamienne w załączeniu.

Pytanie 5

Dotyczy poz. 4 Zamrażarka laboratoryjna

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę laboratoryjną o głębokości wynoszącej 750mm?

Odpowiedź: Nastąpiła zmiana załącznika nr 1.1- kosztorys ofertowy część 1 – chłodziarki, zamrażarki laboratoryjne. Strony zamienne w załączeniu.

Pytanie 6

Dotyczy poz. 4 Zamrażarka laboratoryjna

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę laboratoryjną posiadającą 8 szuflad oraz 2 kosze na wyposażeniu?

Odpowiedź: Nastąpiła zmiana załącznika nr 1.1- kosztorys ofertowy część 1 – chłodziarki, zamrażarki laboratoryjne. Strony zamienne w załączeniu.

Pytanie 7

Dotyczy poz. 1

W związku z dużym zapotrzebowaniem na sprzęt spowodowanym światową pandemią i wydłużonym czasem realizacji zamówień, prosimy o wydłużenie terminu dostawy do 28 dni kalendarzowych od podpisania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 8

Dotyczy poz. 2

Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę laboratoryjną o pojemności brutto 142 litry?

Odpowiedź: Nastąpiła zmiana załącznika nr 1.1- kosztorys ofertowy część 1 – chłodziarki, zamrażarki laboratoryjne. Strony zamienne w załączeniu.

Pytanie 9

Dotyczy poz. 3

Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę laboratoryjną o wymiarach (SxGxW) 751 x 750 x 1844 mm oraz pojemności brutto 583 litry? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Nastąpiła zmiana załącznika nr 1.1- kosztorys ofertowy część 1 – chłodziarki, zamrażarki laboratoryjne. Strony zamienne w załączeniu.

Pytanie 10

Dotyczy poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę laboratoryjną o wymiarach (SxGxW) 751 x 750 x 1844 mm, pojemności brutto 478 litrów, zakres temperatury -9°C do -35°C oraz 8 szufladami i 2 koszami? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Nastąpiła zmiana załącznika nr 1.1- kosztorys ofertowy część 1 – chłodziarki, zamrażarki laboratoryjne. Strony zamienne w załączeniu.

II.

Działając w oparciu o zapisy art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1986 z późn.zm.), Zamawiający zmienia treść zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Zmiana SIWZ w pkt. VII.3 d):

Było:

Nie otwierać przed dniem 3 września 2020 roku do godz. 10:00.

Jest:

Nie otwierać przed dniem 8 września 2020 roku do godz. 10:00.

2. Zmiana SIWZ w pkt. VIII.1:

Było:

Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w Rozdziale V należy złożyć w terminie do dnia **3 września 2020 roku do godziny 09:45** w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, ul. Dr K. Jaczewskiego 7, 20 – 090 Lublin, (sekretariat dyrekcji – I piętro). Godziny pracy sekretariatu – od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.05, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy lub za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego.

Jest:

Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w Rozdziale V należy złożyć w terminie do dnia

8 września 2020 roku do godziny 09:45 w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, ul. Dr K. Jaczewskiego 7, 20 – 090 Lublin, (sekretariat dyrekcji – I piętro). Godziny pracy sekretariatu – od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.05, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy lub za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego.

3. Zmiana SIWZ w pkt. VIII.3:

Było:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **3 września 2020 r. o godzinie 10:00** w siedzibie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, ul. Dr K. Jaczewskiego 7, 20 – 090 Lublin, Dział Zamówień Publicznych- Budynek Nr 2, 4 piętro, pokój 32.

Jest:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **8 września 2020 r. o godzinie 10:00** w siedzibie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, ul. Dr K. Jaczewskiego 7, 20 – 090 Lublin, Dział Zamówień Publicznych- Budynek Nr 2, 4 piętro, pokój 32.

4. Zmiana Załącznika nr 1.1 – Kosztorys Ofertowy– Część 1 Chłodziarki, zamrażarki laboratoryjne. Strony zamienne w załączeniu.

Zmiany wchodzi w życie z dniem podpisania. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Finansowych i Infrastruktury
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
im. św. Jana z Dukli
mgr Dariusz Ciemński