



Słupsk, dnia 03.02.2023 r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Pracowni Hemodynamiki”- nr postępowania 03/PN/2023.

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, dalej „Ustawa”) Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

1. Pytanie do pakietu 19 Zwracam się do Zamawiającego o wydzielenie pozycji 4 i stworzenie osobnego zadania na opaski promieniowe. Posiadamy w ofercie produkt spełniający wymogi SIWZ, dwóch producentów do wyboru w wyjątkowo atrakcyjnej cenie (najbardziej ekonomiczne rozwiązanie na rynku)._Wydzielenie zatem pozycji 4 z pewnością przetoży się na korzyść ekonomiczną dla Szpitala

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

2. **PYTANIE do Zadania nr 17:**

Czy Zamawiający, w zadaniu nr 17 - PROWADNIK DO FFR, PARAMETRY WYMAGANE pkt. 6, miał na myśli prowadnik kompatybilny z aparatem Volcano CoreMobile ? Aparaty ComboMap nie są już dostępne na rynku.

Odp. Zamawiającego: Tak.

3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na użycie przez Wykonawcę podpisu elektronicznego, zgodnie z art. 78[1] Kodeksu cywilnego, dla celów podpisania umowy? Zgodnie z art. 78[1] § 2 Kodeksu cywilnego „oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej”. Dopuszczenie takiej formy, oprócz formy pisemnej, jest również w pełni uzasadnione z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną i znacząco przyspiesza proces obiegu dokumentów pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, zapewniając jednocześnie jeszcze wyższy niż forma pisemna stopień bezpieczeństwa.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od możliwości składania zamówień za pośrednictwem faksu? W celu przyspieszenia dostawy towarów do Zamawiającego, są one wysyłane bezpośrednio z zagranicznego magazynu firmy. Dlatego też, najszybszym oraz bezpośrednim środkiem komunikacji jest w tym wypadku poczta elektroniczna.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od możliwości składania zamówień za pośrednictwem faksu, zamawiający dopuszcza składanie zamówień również za pomocą poczty elektronicznej.

5. dot. Części Nr 18
Czy Zamawiający w części nr 18 dopuści balony do kontrapulsacji o rozmiarze balona: 34 i 40 ml, oraz średnicy 7,5 Fr ? Pozostałe parametry techniczne zgodne z SIWZ
Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza balony do kontrapulsacji o rozmiarze balona: 34 i 40 ml, oraz średnicy 7,5 Fr, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
6. Prosimy o doprecyzowanie Części III SWZ – wzoru umowy depozytu poprzez dodanie § 7 ust. 1a o następującej treści: „Przechowywane towary są własnością Wykonawcy do momentu ich pobrania przez Zamawiającego.”
Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.
7. Prosimy o doprecyzowanie Części III SWZ – wzoru umowy depozytu poprzez nadanie § 5 następującego brzmienia: „Zamawiający ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody powstałej w czasie trwania niniejszej umowy w przedmiotach oddanych mu na przechowanie, w tym za ich przypadkową utratę, uszkodzenie lub kradzież.”
Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.
8. Prosimy o doprecyzowanie Części III SWZ – wzoru umowy depozytu poprzez dodanie § 7 ust. 3a o następującej treści: „Towar, któremu upłynął termin ważności nie może zostać pobrany ze składu przez Zamawiającego.”
Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.
9. Czy Zamawiający zgadza się podawać dodatkowo w każdym zamówieniu lub informacji o pobraniu numer katalogowy BSC zamawianych wyrobów, numer umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, na podstawie której Zamawiający składa zamówienie oraz adres poczty elektronicznej Zamawiającego służący do odbierania faktur elektronicznych?
Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
10. Czy Zamawiający akceptuje stosowanie faktur elektronicznych zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931)?
Odp. Zamawiającego: patrz paragraf 6 ust 5 wzoru umowy.
11. Dotyczy części nr 9, poz. nr 3 – czy Zamawiający dopuści stent powlekany lekiem o działaniu antyproliferacyjnym z crossing profile 0,042" dla średnicy 3,0 mm, spełniając pozostałe parametry wymagane przez SWZ?
Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza stent powlekany lekiem o działaniu antyproliferacyjnym z crossing profile 0,042" dla średnicy 3,0 mm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.
12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania, której wzór przesyłamy w załączeniu? (dot. §3 ust. 1.3)
Odp. Zamawiającego: Nie.
13. Czy ze względu na brak odpowiednich zapisów zamawiający uzupełni treść umowy o wskazanie 3 dniowego terminu na przekazanie wykonawcy informacji o zużyciu towaru z depozytu? (dot. § 3 ust. 1.3)

Odp. Zamawiającego: Nie.

14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu o wykorzystaniu w pierwszej kolejności towarów z najkrótszym terminem ważności? (dot. § 3 ust. 1.3)

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

15. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 5 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

16. Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odp. Zamawiającego: patrz paragraf 6 ust 5 wzoru umowy.

17. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 2-6:

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości zamówionej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień (§ 3 ust 1 pkt 1) lub godzinę (§ 3 ust 1 pkt 2) zwłoki w dostawie, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówionej partii towaru.**

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości **0,5%** czynszu dzierżawnego za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie i zainstalowaniu przedmiotu dzierżawy, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto czynszu dzierżawnego** /dotyczy części nr 13, nr 14, nr 17, nr 20/

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości **reklamowanej** partii towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wady towaru w okresie gwarancji jakości, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanej partii towaru.**

5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości **reklamowanej** partii towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu reklamacji uznanej jako zasadnej w przypadku o którym mowa w § 5 ust. 6 i 7 niniejszej umowy, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanej partii towaru.**

6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 50 zł netto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w utworzeniu banku, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto banku** - dotyczy części nr 3, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 11, nr 14, nr 16, nr 20

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

18. Do §3 ust. 2 wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie minimalnego gwarantowanego zakresu zrealizowania umowy do wartości 70%?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

19. Do §7 ust. 2 wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu obliczania kary zastrzeżonej w §7 ust. 2, w taki sposób, aby wynosiła ona 0,2% wartości brutto

niedostarczonego towaru za każde 12 godzin zwłoki w realizacji dostawy w odniesieniu do zapisu §3 ust. 1 pkt 2 wzoru umowy?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

20. Do §7 ust. 4 i 5 wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu obliczania kar umownych zastrzeżonych §7 ust. 4 i 5 wzoru umowy, w taki sposób, aby wynosiły one 0,2% wartości brutto towaru, z którego dostawą Wykonawca pozostaje w zwłoce, obliczaną za każdy dzień zwłoki?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

21. Do §8 ust. 3 pkt 7 wzoru umowy: Prosimy o określenie maksymalnego poziomu wartości zmiany wynagrodzenia do łącznie 50% w stosunku do wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w §6 ust. 1 wzoru umowy. Wyjaśniamy, że możliwość taka została przewidziana w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 1129).

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

22. Do §8 ust. 3 pkt 5-9 wzoru umowy. Prosimy o dodanie zastrzeżenia, że w przypadku, gdy strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o §8 ust. 3 pkt 5-9 wzoru umowy, zarówno Wykonawca jaki i Zamawiający nabędą uprawnienie do rozwiązania w tej części umowy za porozumieniem stron, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, bez obowiązku ponoszenia z tego tytułu kar umownych.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

23. Czy w stosunku do Zamawiającego na chwilę obecną aktualizują się przesłanki „niewypłacalności” oraz „zagrożenia niewypłacalnością” w rozumieniu art. 6 ustawy z dn. 1.01.2016 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dn. 28.02.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.)? Czy według wiedzy Zamawiającego w/w przesłanki staną się aktualne w okresie od chwili obecnej do zakończenia umowy zawartej na skutek niniejszego postępowania?

Odp. Zamawiającego: Nie.

24. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustanowienie ze swojej strony zabezpieczeń cywilnoprawnych prawidłowego wykonania umowy przetargowej, w jednej z następujących postaci: - oświadczenia o poddaniu się egzekucji wprost w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego - cesji na zabezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia. Celem wyjaśnienia powyższego zapytania zwracamy uwagę na ogromne ryzyko Wykonawcy związane z potencjalnym ogłoszeniem postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego wobec Zamawiającego, polegające m.in. na niemożliwości odzyskania (w całości lub w części) należności objętych masą sanacyjną. W razie odmownej odpowiedzi, prosimy o jej uzasadnienie i wskazanie, czy w toku trwania umowy przetargowej Zamawiający zamierza korzystać z narzędzi przewidzianych w ustawie z dn. 1.01.2016 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) i ustawie z dn. 28.02.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.)

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na ustanowienie ze swojej strony zabezpieczeń cywilnoprawnych prawidłowego wykonania umowy przetargowej.

**Zamawiający nie zamierza korzystać z narzędzi przewidzianych w ustawie z dn. 1.01.2016 r.
- Prawo restrukturyzacyjne**

25. do Pakietu nr 16 poz.1: Czy Zamawiający w zakresie Pakietu nr 16 poz. 1 dopuści do złożenia stent wieńcowy najnowszej generacji uwalniający sirolimus, łączący platformę Co Cr z biostabilną abluminalną matrycą polimerową, posiadający elastyczną, ultracienką strukturę rozpórek pozwalającą na dojście do krętych oraz trudnych zmian? Unikalne, hydrodynamiczne niskoprofilowe oraz owalne rozpórki stentu minimalizują zakłócenia przepływu krwi zwiększając długofalowe bezpieczeństwo. Stent posiada możliwość znacznych doprężeń. Dane techniczne: Dostępne średnice: 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 mm Dostępne długości: 8, 12, 15, 18, 23, 28, 32, 36, 40 mm Bardzo dobry dostęp do bocznic – max średnica otwarcia pojedynczej celi stentu wynosi 3,9 mm. Możliwość doprężenia stentu o rozmiarze 2,0-2,5 mm do 3,7 mm oraz stentu o rozmiarze 3,0-4,0 mm do 5,8 mm bez zniszczenia struktury stentu Materiał – stop Co Cr Grubość rozpórki – 68 µm Budowa stentu – struktura otwartokomórkowa i elastyczna Polimer – biostabilny polimer akrylowy Pokrycie stentu - abluminalne Materiał balonu – nylon 12 Znaczniki pozycjonujące – ramienny i udowy w obszarze rurki hypotube Markery radiologiczne – 2żłote w obszarze balonu Długość użytkowa systemu wprowadzania - 141 cm Profil wejścia – 0,016” Profil przejścia – 0,023” Skrót perspektywiczny - ≤ 2,0 % Siła promieniowa - ≥ 0,17N/mm² Odrzut (recoil)–4,0% Lek: sirolimus (rapamycyna) Dawka leku: 0,90 µm/mm² Ciśnienie znamionowe – 6 do 8 barów Ciśnienie RBP – 17 barów Zgodny cewnik prowadzący – 5F Zgodny przewodnik – max 0,14”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

26. Pytania do Pakietu nr 16 poz. 2: Czy Zamawiający w zakresie Pakietu nr 16 poz. 2 dopuści do zaferowania cewnikbalonowy do PTCA będący przełomowym połączeniem technologii balonów semi compliant (balon półpodatny) i non compliant (balon niepodatny), który w zależności od zastosowanego ciśnienia zachowuje się jak balon SC lub NC? Balon charakteryzuje się wybitną łatwością sterowania oraz odpornością na wielokrotne przechodzenie przez naczynia dzięki innowacyjnej powłoce hydrofilnej. Konstrukcja cewnika balonowego pozwala na użycie jednego produktu przy dwóch zastosowaniach. Dane techniczne: Długość cewnika - 141 cm Profil wejścia - 0,016” Profil przejścia - 0,023” Powłoka – Hydrofilna Markery - Platynowo-irydowe Sposób złożenia balonu - 3 fałdy Materiał balonu - Nylon 12 Ciśnienie znamionowe cewnika półpodatnego (SC) - 6/8 atm Ciśnienie znamionowe cewnika niepodatnego (NC) - 12/14 atm Ciśnienie RBP - 16/18/20 atm Długość końcówki - 3 mm Zgodny cewnik prowadzący - 5F (6F do techniki kissing balloon) Średnica SC (mm): 1,25; 1,50; 2,00; 2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,50; 4,00 Średnica NC (mm): 2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,50; 4,00; 4,50 Długość (mm): 6, 10, 15, 20, 25, 30

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 03.02.2023 r.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zapewnień Publicznych
Piotr Feszak