



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1  
W BEŁŻYCACH**

24-200 Bełżyce, ul. Przemysłowa 44

**NIP:** 713-28-46-648, **Regon:** 432710721, **Numer KRS:** 0000208113  
Bank Spółdzielczy w Nałęczowie, Filia w Bełżycach 96 8733 0009 0015 3113 2000 0010

Bełżyce, dn. 10.10.2023r.

Numer postępowania: ZP/D-SJ/35/2023

Tryb: Podstawowy art. 275 pkt. 1

Dotyczy postępowania pn.: „**Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, zestawów do drenaży, bielizny i pościeli jednorazowej oraz materiałów eksploatacyjnych do sterylizatora parowego**”.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zmianami), przekazuje treść zapytań do SWZ wraz z udzielonymi odpowiedziami.

**Pytanie 1**

**Zadanie 1, pozycja 1** – Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą główną posiadającą większą torbę do zbiórki płynów, tzn. o wymiarach 80 x 90 cm (zamiast 75 x 85 cm)? Pozostałe parametry zgodne z opisem.

**Odpowiedź: tak, Zamawiający dopuści.**

**Pytanie 2**

**Zadanie 1, pozycja 2** – Czy Zamawiający dopuści zestaw z ręcznikami o wymiarach 30 x 30 cm? Pozostałe parametry zgodne z opisem.

**Odpowiedź: tak, Zamawiający dopuści.**

**Pytanie 3**

**Zadanie 1, pozycja 3** - Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 33cm x 50cm, 50 sztuk w rolce?

**Odpowiedź: tak, Zamawiający dopuści.**

**Pytanie 4**

**Zadanie 1, pozycja 3** - Czy Zamawiający dopuści podkład bibułowo - foliowy?

**Odpowiedź: tak, Zamawiający dopuści.**

**Pytanie 5**

**Zadanie 1, pozycja 11** – Czy Zamawiający oczekuje wyceny za opakowanie a'2 szt, czy za 1 sztukę serwety?

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje wyceny za opakowanie a'2 szt.**

**Pytanie 6**

**Zadanie 1, pozycja 12** – Czy Zamawiający dopuści zestaw, w którym III pakiet zawiera:

1 szt opaska identyfikacyjna dla noworodków

1 szt kocyk dla noworodka

2 szt ręczniczki do rąk

1 szt pielucha dla noworodka  
1 szt podpaska higieniczna  
1 szt torba foliowa na łożysko? Pozostałe parametry i skład zestawu zgodne z opisem.

**Odpowiedź: tak, Zamawiający dopuści.**

#### **Pytanie 7**

**Zadanie 2, pozycja 2** - Czy Zamawiający dopuści koszule wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: tak, Zamawiający dopuści.**

#### **Pytanie 8**

**Zadanie 2, pozycja 2,3,4,6,7,9,10,11** - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź: tak, Zamawiający dopuści.**

#### **Pytanie 9**

**Zadanie 2, pozycja 5** - Czy Zamawiający dopuści koc ogrzewający jednorazowego użytku; warstwy zewnętrzne wykonane z włókniny polipropylenowej 25 g/m<sup>2</sup> w kolorach zielonym i niebieskim, warstwa wewnętrzna z poliestru o gramaturze 80g, z przeszyciami na całej powierzchni, zapobiegającymi przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw; szwy ultradźwiękowe; niepalne. Rozmiar 110 x 210 cm?

**Odpowiedź: tak, Zamawiający dopuści.**

#### **Pytanie 10**

**Zadanie 2, pozycja 8** - Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 210x160cm?

**Odpowiedź: nie, zgodnie z SWZ.**

#### **Pytanie 11**

**Zadanie 2, pozycja 8** - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'20szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź: nie, zgodnie z SWZ.**

#### **Pytanie 12**

**Zadanie 2, pozycja 11** - Czy Zamawiający dopuści spodnie dla pacjenta w rozmiarze L-XXL do wyboru Zamawiającego?

**Odpowiedź: tak, Zamawiający dopuści.**

#### **Pytanie 13**

**Zadanie 6, pozycja 2** - Czy Zamawiający dopuści zaciskacze o długości 53mm?

**Odpowiedź: tak, Zamawiający dopuści.**

#### **Pytanie 14**

**Zadanie 6, pozycja 4** - Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu o poj. 150ml z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: nie, zgodnie z SWZ.**

#### **Pytanie 15**

Czy w **Zadaniu nr 6 w poz. 5** powinny być zaferowane szczoteczki cytologiczne, których efektywność została klinicznie zweryfikowana?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

#### **Pytanie 16**

Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 6 w poz. 6** miał na myśli szczoteczki o włoskach bocznie ułożonych, równoległych do trzonu, której środkowa usztywniona część posiada włoski położone prostopadle do trzonu, co umożliwia jednoczesne pobranie zwiększonej ilości

komórek gruczołowych z kanału szyjki macicy oraz komórek nabłonka płaskiego z szyjki i strefy transformacji?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

#### **Pytanie 17**

##### **Zadanie nr 5 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 20G, 1,1x32mm, pozostałe zgodne z SWZ?

**Odpowiedź: tak, Zamawiający dopuści.**

#### **Pytanie 18**

##### **Zadanie nr 9 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści elektrody z żelazem stałym?

**Odpowiedź: tak, Zamawiający dopuści.**

#### **Pytanie 19**

W związku z faktem, iż Zamawiający w ww. postępowaniu oczekuje zaoferowania wyrobów medycznych, co do których producenci określili specjalne warunki magazynowania i transportu (np. dla strzykawek, przyrządów wymagana temperatura wynosi 10-35 stopni Celsjusza, igieł, cewników, zgłębników 5-37 stopni Celsjusza, rurek intubacyjnych, tracheostomijnych 5-40 stopni Celsjusza), prosimy o wyjaśnienie czy i w jaki sposób Zamawiający będzie sprawdzał czy zakupiony produkt był magazynowany i transportowany z zachowaniem wymaganych warunków. Pragniemy nadmienić, że zgodnie z nowym rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745 (rozporządzenie MDR) to na dystrybutorze sprzętu medycznego spoczywa obowiązek magazynowania lub transportu zgodnie z warunkami określonymi przez producenta. Nieprzestrzeganie tych warunków rodzi dla Zamawiającego ryzyko użytkowania uszkodzonych w transporcie produktów.

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

#### **Pytanie 20**

Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) dystrybutorzy muszą zapewnić, że w czasie, gdy są odpowiedzialni za wyrób, warunki przechowywania lub transportu mają być zgodne z warunkami określonymi przez producenta ?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

#### **Pytanie 21**

Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednich środków transportu tj. samochodów z zabudową typu izoterma z możliwością rejestracji i wydruku temperatury?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

#### **Pytanie 22**

Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wyklucza możliwość wykonywania dostaw za pomocą standardowej usługi kurierskiej bez możliwości rejestracji i wydruku temperatury?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

#### **Pytanie 23**

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki i wynikającym z niego obowiązku kontroli przez Zamawiającego warunków w jakich odbywał się transport wyrobów medycznych prosimy o określenie w jaki sposób Zamawiający zamierza kontrolować warunki dostaw? Czy będzie to np. przez załączenie do oferty wykazu odpowiednio przystosowanych środków transportu

przeznaczonych do realizacji umowy lub przedstawienia umowy ze specjalistyczną firmą kurierską realizującą dostawy pojazdami typu Izoterma z możliwością rejestracji i wydruku temperatury w przestrzeni ładunkowej?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

#### **Pytanie 24**

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 4 poz. 2 dopuści do zaoferowania osłony na przewody sterylne w rozmiarach 13 x 244 cm i 18 x 244 cm (rozmiar do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia)?

**Odpowiedź: nie, zgodnie z SWZ.**

#### **Pytanie 25**

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 4 poz. 3 dopuści do zaoferowania osłony na aparaturę medyczną z gumką w rozmiarach 91 x 127 cm oraz 90 x 180 cm (rozmiar do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia)?

**Odpowiedź: nie, zgodnie z SWZ.**

#### **Pytanie 26**

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 4 poz. 4 dopuści do zaoferowania wyroby pakowane w opakowanie a'30 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganej ilości i zaokrągleniem do pełnego opakowania?

**Odpowiedź: tak, Zamawiający dopuści.**

#### **Pytanie 27**

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 5 poz. 1 dopuści do zaoferowania kaniule dożylnie wykonane z FEP i PUR (do wyboru przez zamawiającego przy każdorazowym zamówieniu - dotyczy rozmiarów 14-22G), z filtrem hydrofobowym spełniającym funkcję zastawki antyzwrotnej, z dodatkowym portem iniekcyjnym zabezpieczonym koreczkiem, koreczek w kolorze odpowiadającym międzynarodowemu kodowi rozmiarów. Cewnik kontrastujący w RTG posiadający 4 paski radiocieniujące, dopasowujący się do naczynia pod wpływem temperatury. Na opakowaniu umieszczone wszystkie parametry kaniuli : rozmiar , średnica zew., długość kaniuli, rozmiary 14-22G od jednego producenta, kaniule w następujących rozmiarach:

- 14G 2,2x50mm, przepływ min. 343 ml/min, kolor pomarańczowy;
- 22G 0,9x25mm, przepływ min. 36 ml/min, kolor niebieski;
- 20G 1,1x33mm, przepływ min. 61 ml/min, kolor różowy;
- 18G 1,3x45mm, przepływ min. 96 ml/min, kolor zielony;
- 17G 1,5x45mm, przepływ min. 128 ml/min, kolor biały;
- 16G 1,7x50mm, przepływ min. 196 ml/min, kolor szary?

**Odpowiedź: nie, zgodnie z SWZ.**

#### **Pytanie 28**

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 5 poz. 1 dopuści do zaoferowania kaniule dożylnie wykonane z tylko z PTFE (dotyczy rozmiarów 14-22G), z zastawką antyzwrotną, z dodatkowym portem iniekcyjnym zabezpieczonym koreczkiem, koreczek w kolorze odpowiadającym międzynarodowemu kodowi rozmiarów. Cewnik kontrastujący w RTG, dopasowujący się do naczynia pod wpływem temperatury. Na opakowaniu umieszczone wszystkie parametry kaniuli : rozmiar , średnica zew., długość kaniuli, rozmiary 14-24G od jednego producenta, kaniule w następujących rozmiarach:

- 14G 2,1x45mm, przepływ min. 270 ml/min, kolor pomarańczowy;
- 24G 0,7x19mm, przepływ max 18ml/min, kolor żółty;
- 22G 0,9x25mm, przepływ min. 33 ml/min, kolor niebieski;
- 20G 1,1x32mm, przepływ min. 55 ml/min, kolor różowy;
- 18G 1,3x45mm, przepływ min. 85 ml/min, kolor zielony;
- 17G 1,5x45mm, przepływ min. 140 ml/min, kolor biały;
- 16G 1,8x45mm, przepływ min. 200 ml/min, kolor szary?

**Odpowiedź: nie, zgodnie z SWZ.**

#### **Pytanie 29**

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 5 poz. 1 dopuści do zaferowania kaniule dożylnie wykonane tylko z PUR, z filtrem hydrofobowym spełniającym funkcję zastawki antyzwrotnej, z dodatkowym portem iniekcyjnym zabezpieczonym koreczkiem, koreczek w kolorze odpowiadającym międzynarodowemu kodowi rozmiarów. Cewnik kontrastujący w RTG posiadający 4 paski radiocieniujące, dopasowujący się do naczynia pod wpływem temperatury. Na opakowaniu umieszczone wszystkie parametry kaniuli : rozmiar , średnica zew., długość kaniuli, kaniule w następujących rozmiarach- 24G 0,7x19mm, przepływ min. 22ml/min, kolor żółty;

**Odpowiedź: nie, zgodnie z SWZ.**

#### **Pytanie 30**

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 5 poz. 1 dopuści do zaferowania kaniule dożylnie wykonane tylko z FEP, z filtrem hydrofobowym lub zastawką antyzwrotną, z dodatkowym portem iniekcyjnym zabezpieczonym koreczkiem, koreczek w kolorze odpowiadającym międzynarodowemu kodowi rozmiarów. Cewnik kontrastujący w RTG, dopasowujący się do naczynia pod wpływem temperatury. Na opakowaniu umieszczone wszystkie parametry kaniuli : rozmiar , średnica zew., długość kaniuli, kaniule w następujących rozmiarach:

- 26G 0,62x19mm, przepływ max. 17ml/min, kolor fioletowy;

**Odpowiedź: nie, zgodnie z SWZ.**

#### **Pytanie 31**

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 5 poz. 2 dopuści do zaferowania kaniule dożylnie obwodowe wykonana z poliuretanu, posiadającą port boczny, samozamykający się zawór boczny, jałowa, nietoksyczna z kontrastem RTG (4 linii RTG), posiadające filtr hydrofobowy, kod identyfikujący, wbudowany plastikowy przezroczysty lub metalowy element bezpieczeństwa pasywnego nakrywający igłę po wyjęciu w celu zapobiegania przypadkowemu nakłuciu?

**Odpowiedź: nie, zgodnie z SWZ.**

#### **Pytanie 32**

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 6 poz. 4 dopuści do zaferowania preparat do utrwalania cytologii, spray o pojemności 150ml z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości tj. 27 szt.?

**Odpowiedź: nie, zgodnie z SWZ.**

#### **Pytanie 33**

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 6 poz. 5 dopuści do zaferowania szczoteczki do pobierania cytologii typu Cervex (wachlarz)?

**Odpowiedź: nie, zgodnie z SWZ.**

#### **Pytanie 34**

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 9 poz. 2 dopuści do zaferowania elektrody dla dzieci w rozmiarze 36x39 mm?

**Odpowiedź: nie, zgodnie z SWZ.**

#### **Pytanie 35**

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 9 poz. 5 dopuści do zaferowania elektrody do holtera w rozmiarze 42x56 mm?

**Odpowiedź: nie, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 36**

Pakiet 4, pozycja 1 - Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania uniwersalnej osłony na uchwyt lampy operacyjnej pasującą do uchwytów o średnicy od 15 mm do max 46mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie 37**

Pakiet 4, pozycja 1 - Czy Zamawiający wymaga, aby opakowanie zawierało 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej?

**Odpowiedź: tak, Zamawiający wymaga.**

**Pytanie 38**

Pakiet 4, pozycja 1 - Czy zamawiający oczekuje aby opakowanie osłony zawierało etykietę w języku polskim?

**Odpowiedź: tak. opakowanie ma być z etykietą w języku polskim.**

**Pytanie 39**

Pakiet 4, pozycja 2 - Prosimy Zamawiającego, aby dopuścił sterylną osłonę na przewody o wymiarach 15x240 cm wykonana z mocnej folii PE folii PE (30 $\mu$ , gramatura 28g/m<sup>2</sup>), z perforowaną końcówką i taśmą do mocowania, składana pierścieniowo. Opakowanie jednostkowe: torebka papierowo foliowa typu peel pouch, na opakowaniu 4 samoprzylepne etykiety do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Osłony pakowane zbiorczo po 25 szt. w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 40**

Pakiet 4, pozycja 4 - Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania szczoteczek pakowanych po 40 szt w kartony służące jako dozownik szczoteczek?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie 41**

Pakiet 4, pozycja 4 - Prosimy Zamawiającego, aby dopuścił suche, jednorazowe szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk i przedramion, wykonane z tworzywa (z jednej strony polietylenowe szczecinki jednakowej długości, a z drugiej gąbka poliuretanowa, wyposażone w czyścik do paznokci z polipropylenu, pakowane po 40 sztuk w karton służący jako podajnik szczoteczek. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Rozmiar szczoteczki: 79x50x40 mm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

Zamawiający informuje, że powyższe pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.