

## INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY NR 6

W imieniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie, działając na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Komisja Przetargowa informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego **na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SP ZOZ MSWiA w Krakowie (nr sprawy: ZP-16/23):**

I. W niniejszym postępowaniu w nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

II. W postępowaniu Zamawiający odrzuca ofertę nr 6 złożoną przez:

Stryker Polska Sp. z o.o. ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa

### Uzasadnienie odrzucenia oferty:

W przedmiotowym postępowaniu w Opisie Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 2 do SWZ) Zamawiający w zakresie **Pakietu nr 1, pozycja 52 Kontener sterylizacyjny 1 szt.** wymagał aluminiowego kontenera sterylizacyjnego z pokrywą umożliwiającą stosowanie filtrów wielorazowych **w zakresie 3000 i powyżej cykli sterylizacyjnych**, gdzie **3000** cykli sterylizacyjnych było **parametrem minimalnym** jaki przedmiot zamówienia musiał być spełniony.

Zaoferowany przez Wykonawcę kontener sterylizacyjny z pokrywą umożliwia stosowanie filtrów wielorazowych w zakresie **1000 cykli sterylizacyjnych**. Nie został zatem spełniony parametr minimalny określony przez Zamawiającego.

W związku z powyższym Zamawiający odrzucił Ofertę nr 6 w zakresie Pakietu nr 1.

Podstawa prawna: art. 226 ust. 1 pkt 5) Ustawy Pzp.