



EZ.272.028.2022

Wrocław, dnia 27.10.2022

EZ/834/22

**Dotyczy:** odpowiedzi na pytania do postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę wyrobów dla nowo powstałego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla dzieci (sygnatura sprawy: **EZ/698/NT/22**)

Dyrekcja Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej, informuje, że do ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku z powyższym zgodnie z art. 284 i 286 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami i zmianami treści SWZ:

**Pytanie 1**

„Dot. Zadania 10 Chłodziarki farmaceutyczne podbłatowe  
Czy Zamawiający dopuści chłodziarki o wymiarach 600x600x835 mm (SzxGxW)?”

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.**

**Pytanie 2**

„Dot. Zadania 10 Chłodziarki farmaceutyczne podbłatowe  
Czy Zamawiający dopuści chłodziarki z wnętrzem ze stali malowanej na biało, plastyfikowanej?”

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.**

**Pytanie 3**

„Dot. Zadania 10 Chłodziarki farmaceutyczne podbłatowe  
Czy Zamawiający mógłby odstąpić od wymogu posiadania ISO14001?”

**Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu. W odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje treść SWZ, a mianowicie w Załączniku Nr 3 do SWZ “Karty produktu” Zadanie 10 wykreśla poz. 21 tj. zapis: „Świadectwo ISO 9001 oraz 14001”.**

**Pytanie 4**

„Dot. Zadania 11 Chłodziarka farmaceutyczna  
Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o pojemności użytkowej 150L, spełniającą wszystkie pozostałe wymagania?”

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.**

**Pytanie 5**

„Dot. Zadania 12 Macerator mały  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia o wymiarach nieznacznie różniących się od wymaganych: wys. 977mm x gł. 445mm x szer. 360mm?”

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.**

**Pytanie 6**

„Dot. Zadania 12 Macerator mały; Zadania 13 Macerator duży  
Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane urządzenie posiadało wszystkie elementy tnące umiejscowione w głównej (górnej) części komory z bezpośrednim dostępem do wszystkich elementów tnących po otwarciu pokrywy, bez konieczności demontażu bębna w celu ich sprawdzenia i wyczyszczenia w przypadku maceracji nieodpowiednich materiałów (np. ścierki wielorazowe, lignina itp.)?”

Sporządziła: Elżbieta Borowik  
Sprawdziła: Ewa Kupis

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka –  
Centrum Medycyny Ratunkowej  
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław  
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl  
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl





**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.**

**Pytanie 7**

„Dot. Zadania 12 Macerator mały; Zadania 13 Macerator duży

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało zbiornik wodny fabrycznie zabudowany w urządzeniu (z każdej strony obudowany stałą nierdzewną) odporny na uszkodzenia mechaniczne? Zbiornik wodny z tworzywa sztucznego jako zewnętrzny element doczepiony do obudowy może łatwo ulec uszkodzeniu i rozszczelnieniu.”

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.**

**Pytanie 8**

„Dot. Zadania 12 Macerator mały; Zadania 13 Macerator duży

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało system otwarty na dozowanie środka czyszczącego i dezodoryzującego nie tracąc przy tym gwarancji producenta? Rozwiązanie takie znacząco obniża wysokie koszty związane z eksploatacją preparatów rekomendowanych przez producenta.”

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.**

**Pytanie 9**

„Dot. Zadania 12 Macerator mały

Czy Zamawiający wymaga, aby moc silnika była nie większa niż 0,4 kW? Taki silnik jest typowy dla maceratorów nowej generacji, zapewnia mały pobór prądu przy zachowaniu najwyższej efektywności maceracji.”

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza moc silnika do 0,4 kW lecz nie czyni wymogu.**

**Pytanie 10**

„Dot. Zadania 12 Macerator mały

Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało uszczelkę zamontowaną na pokrywie? Oferowane rozwiązanie zapewnia szczelności komory podczas pracy i przede wszystkim gwarantuje jej czystość oraz wydłuża żywotność (w trakcie załadunku zanieczyszczenia nie trafiają pomiędzy uszczelkę, a obudowę urządzenia).”

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.**

**Pytanie 11**

„Dot. Zadania 13 Macerator duży pkt 5

Czy Zamawiający dopuści zgodnie z punktem 3 macerator obsługiwany zgodnie z zasadą „czystych rąk” - otwierany i zamykany za pomocą uchwytu łokciowego z autostartem po zamknięciu pokrywy? Takie rozwiązanie nie ogranicza w żaden sposób ruchów osoby obsługującej urządzenie, ponieważ otwarcie jak i zamknięcie komory odbywa się poprzez dotknięcie specjalnego uchwytu łokciem. Specjalny uchwyt tzw. łokciowy pełni jednocześnie funkcję zatrasku i gwarantuje idealną szczelność komory. Dodatkowo górna pokrywa wykonana jest z tworzywa z wbudowaną barierą antybakteryjną. Czujniki podczuwieni ulegają częstym awariom, co zwiększa koszty eksploatacji urządzenia.”

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.**

**Pytanie 12**

„Dot. Zadania 13 Macerator duży pkt 2, 4

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające konstrukcję ze stali nierdzewnej, z górną pokrywą wykonaną z wysokiej jakości tworzywa z powłoką antybakteryjną zapobiegającą namnażaniu się mikroorganizmów?”

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.**

**Pytanie 13**

„Dot. Zadania 13 Macerator duży pkt 9, 11

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach nieznacznie różniących się od wymaganych: wys. 94cm x gł. 62mm z szer. 43cm i wadze 85kg?”

Sporządziła: Elżbieta Borowik  
Sprawdziła: Ewa Kupis





**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.**

**Pytanie 14**

„Dot. Zadania 10 Chłodziarki farmaceutyczne podbłatowe pkt. 5

Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę przebadaną wg normy z klasą klimatyczną 4: eksploatacja w temperaturze otoczenia od +10 do +30°C?”

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.**

**Pytanie 15**

„Dot. Zadania 10 Chłodziarki farmaceutyczne podbłatowe pkt. 15

Czy Zamawiający dopuści półki typu ruszt, regulowane, pokryte tworzywem?”

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.**

**Pytanie 16**

„Dot. Zadania 10 Chłodziarki farmaceutyczne podbłatowe pkt. 16

Czy Zamawiający dopuści wewnątrz chłodziarki wykonane z tworzywa ABS?”

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.**

**Pytanie 17**

„Dot. Zadania 10 Chłodziarki farmaceutyczne podbłatowe pkt. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o pojemności 130l i wymiarach 505x570x935mm?”

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający określił parametry wymagane w Zał. nr 3 do SWZ „Karta produktu” i ich nie zmienia.**

**Pytanie 18**

„Dot. Zadania 10 Chłodziarki farmaceutyczne podbłatowe

a. Prosimy o wyjaśnienie, na którym poziomie będą umieszczone urządzenia?

b. Czy jest winda towarowa/osobowa, która może być wykorzystana do transportu urządzenia do miejsca docelowego?

Proszę o podanie wymiaru otworu wejściowego i rozmiaru windy po podłodze.

c. Czy będzie konieczność przemieszczenia chłodziarek po schodach ?

d. Jakiej wielkości są otwory drzwiowe?

e. Czy są jakieś inne ograniczenia architektoniczne, które utrudniałyby transport urządzeń?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że obiekt Szpitala jest obiektem nowym funkcjonującym od 2015 i nie ma żadnych ograniczeń architektonicznych, które utrudniałyby transport urządzeń. Windy w obiekcie posiadają odpowiednią szerokość do transportu urządzeń o większych gabarytach. Miejscem dostawy jest Strefa dostaw, która wyposażona jest w rampę rozładunkową.

a. Urządzenia umieszczone będą na I piętrze.

b. Szpital udostępni windy towarowo-osobowe do transportu urządzenia. Otwór wejściowy windy 210cmx125cm, rozmiar windy po podłodze 240cmx125cm.

c. Nie będzie konieczności przemieszczania chłodziarek po schodach.

d. Otwory drzwiowe posiadają wymiar 210cmx160cm.

e. Nie ma innych ograniczeń architektonicznych, które utrudniałyby transport urządzeń.

**Pytanie 19**

„Dot. Zadania 10 Chłodziarki farmaceutyczne podbłatowe

Prosimy o zgodę na zaferowanie chłodziarek o następujących parametrach

a. Pojemność użytkowa 85 L

b. Wymiary zewn. (SxGxW) 650x645x853mm”

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający określił parametry wymagane w Zał. nr 3 do SWZ „Karta produktu” i ich nie zmienia.**

Sporządziła: Elżbieta Borowik

Sprawdziła: Ewa Kupis





# Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej

## Pytanie 20

„Dot. Zadania 10 Chłodziarki farmaceutyczne podbłatowe

„Prosimy o odstąpienie od wymogu Świadectwa ISO 14 001. Postawiony wymóg znacznie ograniczy konkurencję. Uzasadnione wydaje się postawienie wymogu ISO 13485. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody proszę o argumentację.”

**Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi w Pytaniu 3.**

## Pytanie 21

„Dot. Zadania 10 Chłodziarki farmaceutyczne podbłatowe

„Prosimy o odstąpienie od wymogu podawania klasy energetycznej. Chłodziarka jest urządzeniem przeznaczonym do profesjonalnego użytku. W takich urządzeniach nie ma określenia klas ale zużycie energii wyrażane w kWh/24 H. Prosimy o zgodę na zużycie energii 2.7 [kWh/24h]. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody proszę o argumentację.”

**Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu podawania klasy energetycznej. Zamawiający dopuszcza zużycie energii 2.7 [kWh/24h] lecz nie czyni wymogu.**

**W odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje treść SWZ, a mianowicie:**

**w Załączniku Nr 3 do SWZ “Karty produktu” Zadanie 10 wykreśla poz. 22 tj. zapis: „Minimalna klasa energetyczna urządzenia: E”**

## Pytanie 22

„Dot. Zadania 2 Krzesła biurowe

Czy Zamawiający dopuści krzesło o głębokości siedziska 460 cm?”

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.**

## Pytanie 23

„Dot. Zadania 4 Sofa rozkładana dwuosobowa

Czy Zamawiający dopuści sofę o szerokości 140 cm, szerokości siedziska 120 cm i szerokości leża 120 cm? Pozostałe zgodnie z SWZ”

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.**

## Pytanie 24

„Dot. Zadania 5 Fotele rozkładane z funkcją spania

Czy Zamawiający dopuści fotel o głębokości 100-110 cm? Pozostałe zgodnie z SWZ.”

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.**

## Pytanie 25

„Dot. Zadania 8 Regały uniwersalne

Czy Zamawiający dopuści regał o głębokości 46 cm?”

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.**

## Pytanie 26

„Dot. Zadania 12 Macerator mały

1. Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało antybakteryjną powłokę na górnej pokrywie?
2. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wadze równej 55 kg?
3. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o czasie jednego cyklu równym 60 s?
4. Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało automatyczne bezdotykowe zamykanie pokrywy oraz możliwość uruchamiania cyklu bezdotykowo? Rozwiązanie takie jest bezpieczniejsze dla użytkownika oraz szpitala, ponieważ osoba niosąca brudne naczynia jednorazowe nie musi dotykać urządzenia przy zamykaniu i uruchamianiu maceratora – co przekłada się na zmniejszenie ryzyka zakażeń. Stosowanie rozwiązań wyłączających używanie rąk, a w ich miejsce posługiwanie się np. przyciskiem nożnym jest rozwiązaniem niepełnym, nie eliminuje bowiem kontaktu fizycznego, co jest kluczowe dla profilaktyki epidemiologicznej”

Sporządziła: Elżbieta Borowik  
Sprawdziła: Ewa Kupis



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka –  
Centrum Medycyny Ratunkowej  
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław  
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl  
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



**Odpowiedź:**

1. Zamawiający określił parametr wymagany w Zał. nr 3 do SWZ „Karta produktu” w punkcie 4 i go nie zmienia: „Antybakteryjna powłoka zapobiegająca namnażaniu się bakterii na obudowie urządzenia”. Zamawiający uważa za obudowę urządzenia zewnętrzną część całości urządzenia wraz z klapą, która jest integralną częścią obudowy.
2. Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.
3. Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.
4. W odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje treść SWZ, a mianowicie:

Załącznik Nr 3 do SWZ “Karty produktu” Zadanie 12 poz. 5

**Było:** „Urządzenie obsługiwane ręcznie – bez czujników oraz pedała otwierania/ zamykania bezdotykowego, lub // Urządzenie obsługiwane automatycznie – otwieranie i zamykanie bezdotykowo za pomocą czujników podczerwieni”

**Jest:** : „Urządzenie obsługiwane automatycznie – otwieranie i zamykanie bezdotykowo za pomocą czujników podczerwieni”

**Pytanie 27**

„Dot. Zadania 13 Macerator duży

1. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający dopuszcza, aby macerator posiadał front ze stali nierdzewnej?
2. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało antybakteryjną powłokę na górnej pokrywie?
3. Czy Zamawiający dopuści macerator o wysokości 104,2 cm?
4. Czy Zamawiający dopuści macerator o wadze netto 85 kg?”

**Odpowiedź:**

1. Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.
2. Zamawiający określił parametr wymagany w Zał. nr 3 do SWZ „Karta produktu” w punkcie 4 i go nie zmienia: „Antybakteryjna powłoka zapobiegająca namnażaniu się bakterii na obudowie urządzenia”. Zamawiający uważa za obudowę urządzenia zewnętrzną część całości urządzenia wraz z klapą, która jest integralną częścią obudowy.
3. Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.
4. Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.

**Pytanie 28**

„Dot. Rozdział IV pkt 2 SWZ oraz §3 ust.2 wzoru umowy (termin dostawy)

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu dostaw do 6 tygodni od daty otrzymania zamówienia.”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił termin dostaw w Rozdział IV pkt 2 SWZ oraz w §3 ust. 2 Zał. nr 4 do SWZ „Wzór umowy” i go nie zmienia.

**Pytanie 29**

„Dot. Zadania 10 Chłodziarki farmaceutyczne podbłatowe

Czy Zamawiający dopuści pojemność urządzenia wynoszącą 150 l brutto ?”

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.

**Pytanie 30**

„Dot. Zadania 10 Chłodziarki farmaceutyczne podbłatowe

Czy Zamawiający dopuści szerokość oraz głębokość wynoszącą 600 mm ?”

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.

**Pytanie 31**

„Dot. Zadania 10 Chłodziarki farmaceutyczne podbłatowe

Czy Zamawiający dopuści półki typu ruszt wykonane ze stali pokrytej tworzywem ?”

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.

Sporządziła: Elżbieta Borowik  
Sprawdziła: Ewa Kupis





**Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka  
Centrum Medycyny Ratunkowej**

**Pytanie 32**

„Dot. Zadania 10 Chłodziarki farmaceutyczne podblatowe  
Czy Zamawiający dopuści wnętrze ze stali pokrytej tworzywem?”

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.**

**Pytanie 33**

„Dot. Zadania 10 Chłodziarki farmaceutyczne podblatowe  
Czy Zamawiający dopuści urządzenie będące wysokiej jakości produktem farmaceutycznym nie klasyfikowane przez  
Producenta wg klasy energetycznej E ?”

**Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi w Pytaniu 21.**

**Pytanie 34**

„Dot. Zadania 11 Chłodziarka farmaceutyczna  
Czy Zamawiający dopuści pojemność urządzenia wynoszącą 340 l brutto?”

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający określił parametry wymagane w Zał. nr 3 do SWZ „Karta produktu” i ich nie zmienia.**

**Pytanie 35**

„Dot. Zadania 11 Chłodziarka farmaceutyczna  
Czy Zamawiający dopuści wysokość wynoszącą 1510 mm ?”

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający określił parametry wymagane w Zał. nr 3 do SWZ „Karta produktu” i ich nie zmienia.**

**Pytanie 36**

„Dot. Zadania 11 Chłodziarka farmaceutyczna  
Czy Zamawiający dopuści półki typu ruszt wykonane ze stali pokrytej tworzywem ?”

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.**

**Pytanie 37**

„Dot. Zadania 11 Chłodziarka farmaceutyczna  
Czy Zamawiający dopuści wnętrze ze stali pokrytej tworzywem?”

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.**

**Pytanie 38**

„Dot. Zadania 11 Chłodziarka farmaceutyczna  
Czy Zamawiający dopuści urządzenie będące wysokiej jakości produktem farmaceutycznym nie klasyfikowane przez  
Producenta wg klasy energetycznej E ?”

**Odpowiedź: W odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje treść SWZ, a mianowicie:  
w Załączniku Nr 3 do SWZ “Karty produktu” Zadanie 11 wykreśla poz. 23 tj. zapis: „Minimalna klasa energetyczna  
urządzenia: E”**

**Pytanie 39**

„Dot. Zadania 10 Chłodziarki farmaceutyczne podblatowe  
Czy Zamawiający dopuści wymiary chłodziarki: wysokość 801/1001 mm (bez kółek, stopek / z podstawą w postaci kółek,  
stopek), szerokość 595 mm, głębokość - 640 mm ?”

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający określił parametry wymagane w Zał. nr 3 do SWZ „Karta produktu” i ich nie zmienia.**

Sporządziła: Elżbieta Borowik  
Sprawdziła: Ewa Kupis



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka –  
Centrum Medycyny Ratunkowej  
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław  
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl  
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



# Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej

## Pytanie 40

„Dot. Zadania 10 Chłodziarki farmaceutyczne podblatowe  
Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o zakresie temperatury + 2 do + 20 st C ?”

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.**

## Pytanie 41

„Dot. Zadania 10 Chłodziarki farmaceutyczne podblatowe  
Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o zużyciu energii wynoszącej 0.98 kWh/24h ?”

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.**

## Pytanie 42

„Dot. Zadania 11 Chłodziarka farmaceutyczna  
Czy Zamawiający dopuści wymiary chłodziarki: (szer x głęb x wys. ) 595 x 640 x 1190/1390\* (bez kótek, stopek / z podstawą w postaci kótek, stopek) ?”

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.**

## Pytanie 43

„Dot. Zadania 11 Chłodziarka farmaceutyczna  
Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o zakresie temperatury + 2 do + 20 st C?”

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.**

## Pytanie 44

„Dot. Zadania 11 Chłodziarka farmaceutyczna  
Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o zużyciu energii wynoszącej 0.98 kWh/24h ?”

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.**

## Pytanie 45

„Dot. Zadania 10 Chłodziarki farmaceutyczne podblatowe pkt 15  
Czy Zamawiający dopuści jedną półkę typu ruszt, metal pokryty odporną powłoką, trzy szuflady?”

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.**

## Pytanie 46

„Dot. Zadania 10 Chłodziarki farmaceutyczne podblatowe pkt 21  
Czy Zamawiający dopuści produkt posiadający świadectwo ISO 9001 i 13485?”

**Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ, a mianowicie Załącznika Nr 3 do SWZ “Karty produktu” dla Zadania 10 poz. 21 zgodnie z odpowiedzią na Pytanie 3.**

## Pytanie 47

„Dot. Zadania 10 Chłodziarki farmaceutyczne podblatowe pkt 22  
W związku z faktem, iż wymagane urządzenie nie posiada klasy energetycznej czy Zamawiający odstąpi od wymogu jej posiadania?”

**Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi w Pytaniu 21.**

## Pytanie 48

„Dot. Zadania 11 Chłodziarka farmaceutyczna pkt 15  
Czy Zamawiający dopuści jedną półkę typu ruszt, metal pokryty odporną powłoką, trzy szuflady?”

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.**

Sporządziła: Elżbieta Borowik  
Sprawdziła: Ewa Kupis



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka –  
Centrum Medycyny Ratunkowej  
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław  
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl  
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



# Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej

## Pytanie 49

„Dot. Zadania 11 Chłodziarka farmaceutyczna pkt 22

Czy Zamawiający dopuści produkt posiadający świadectwo ISO 9001 i 13485?”

**Odpowiedź:** W odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje treść SWZ, a mianowicie:

w Załączniku Nr 3 do SWZ “Karty produktu” Zadanie 11 wykreśla poz. 22 tj. zapis: „Świadectwo ISO 9001 oraz 14001”.

## Pytanie 50

„Dot. Zadania 11 Chłodziarka farmaceutyczna pkt 23

W związku z faktem, iż wymagane urządzenie nie posiada klasy energetycznej czy Zamawiający odstąpi od wymogu jej posiadania?”

**Odpowiedź:** Zamawiający udzielił odpowiedzi w Pytaniu 38.

## Pytanie 51

„Dot. §11 ust. 5 wzoru umowy

W związku z faktem, że asortyment będący przedmiotem postępowania jest bardzo różnorodny i niestandardowy zwracamy się z prośbą zmianę zapisu wzoru umowy §11 ust.5 w sposób następujący :

5. W ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi Wykonawca wymieni wadliwy wyrób na wolny od wad lub dokona jego naprawy, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu, o którym mowa w ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wyrób wolny od wad lub dokonać jego naprawy niezwłocznie – nie później jednak niż w ciągu **10 dni roboczych** od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego za pomocą e-maila (skan podpisanego dokumentu) ~~lub faksu.~~”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. W odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje treść SWZ, a mianowicie:

Załącznik Nr 4 do SWZ “Wzór umowy” §11 ust. 5

**Było:** „W ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi Wykonawca wymieni wadliwy Wyrób na wolny od wad lub dokona jego naprawy, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu, o którym mowa w ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Wyrób wolny od wad lub dokonać jego naprawy niezwłocznie – nie później jednak niż w ciągu **3 dni** od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego za pomocą e-maila (skan podpisanego dokumentu) lub faksu.”

**Jest:** „W ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi Wykonawca wymieni wadliwy Wyrób na wolny od wad lub dokona jego naprawy, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu, o którym mowa w ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Wyrób wolny od wad lub dokonać jego naprawy niezwłocznie – nie później jednak niż w ciągu **10 dni roboczych** od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego za pomocą e-maila (skan podpisanego dokumentu).”

## Załączniki:

1. Karta produktu Zad. 10 Chłodziarki farmaceutyczne podblatowe – Po modyfikacji
2. Karta produktu Zad. 11 Chłodziarka farmaceutyczna – Po modyfikacji
3. Karta produktu Zad. 12 Macerator mały – Po modyfikacji
4. Zał. nr 4 do SWZ Wzór umowy – Po modyfikacji

Sporządziła: Elżbieta Borowik  
Sprawdziła: Ewa Kupis

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka –

Centrum Medycyny Ratunkowej  
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław  
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl  
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



**DOLNY  
ŚLĄSK**