

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SWZ ORAZ MODYFIKACJA SWZ

Nr sprawy: MED/145/2021

Dotyczy: postępowania klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę wyrobów laboratoryjnych dla WOMP Wrocław.

W związku z wpłynięciem zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) o poniższej treści:

Pyt. 1 - dot. zad. nr 2:

„Poz. 1 - Termometr - czy świadectwo wzorcowania ma być wystawione przez laboratorium akredytowane przez PCA czy wystarczy świadectwo wzorcowania producenta ze spójnością pomiarową? Proszę o określenie punktów temperaturowych do wzorcowania.”

Pyt. 2 - dot. zad. nr 2:

„Poz. 2 Termohigrometr - czy świadectwo wzorcowania ma być wystawione przez laboratorium akredytowane przez PCA czy wystarczy świadectwo wzorcowania producenta ze spójnością pomiarową? Proszę o określenie punktów temperaturowych i wilgotności do wzorcowania.”

Pyt. 3 - dot. zad. nr 8:

„Poz. 4 - butelki z tiosiarczanem sodu sterylne poj.500 ml - opakowania zbiorcze zawierają 90 szt, proszę o zmianę zamawianej ilości tak, aby uwzględniła wielokrotność pełnych opakowań zbiorczych. Poz. 5 - butelki do pobierania próbek wody niesterylne poj.250 ml - opakowania zbiorcze zawierają 210 szt, proszę o zmianę zamawianej ilości tak, aby uwzględniła wielokrotność pełnych opakowań zbiorczych. Poz. 6 - butelki do pobierania próbek wody niesterylne poj.1000 ml - opakowania zbiorcze zawierają 48 szt, proszę o zmianę zamawianej ilości tak, aby uwzględniła wielokrotność pełnych opakowań zbiorczych.”

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), udziela następujących odpowiedzi:

Ad. 1:

Zamawiający wymaga świadectwa wzorcowania wystawionego przez laboratorium akredytowane przez PCA. Punkty wzorcowania dla zadania nr 2 poz. nr 1: wzorcowanie w trzech punktach standardowych przedziałach temperaturowych +2 st. C do +8 st. C.

Ad. 2:

Zamawiający wymaga świadectwa wzorcowania wystawionego przez laboratorium akredytowane przez PCA. Punkty wzorcowania dla zadania nr 2 poz. nr 2: wzorcowanie punkt temperaturowy +28 st. C, wilgotność 70%.

Ad. 3:

Zamawiający modyfikuje formularz ofertowy dla zad. nr 8 będący załącznikiem nr 1.8 do SWZ, poprzez zmianę w kolumnach nr 2, 3, 4 w poz. nr 4, 5, 6, w poniższym zakresie:

poz.	Przedmiot zamówienia	j.m.	ilość
4.	Butelki do pobrania próbek wody z tiosiarczanem sodu do badań mikrobiologicznych sterylne a 500 ml (op. 120 szt.)	szt.	840
5.	Butelki do pobrania próbek wody do badań fizykochemicznych niesterylne a 250 ml (op. 120 szt.)	szt.	120
6.	Butelki do pobrania próbek wody do badań fizykochemicznych niesterylne a 1000 ml (op. 120 szt.)	szt.	840

KOMENDANT
plk Bogdan DRĄG