

**Pakiet nr 1 poz. 1**

Nazwa i typ aparatu: .....

Nazwa producenta: .....

Kraj produkcji: .....

Rok produkcji: .....

Lp.	Opis	Wymagane parametry i warunki	Parametry oferowane (proszę podać dokładny zakres – jeśli dotyczy)
1.	Pompa perystaltyczna	TAK	
2.	Regulacja przepływu aspiracyjnego w zakresie min. 0-60 ml/min	TAK	
3.	Aktywny system płynowy z możliwością ustalenia docelowej wartości ciśnienia w gałce ocznej w czasie zabiegu i możliwość zaprogramowania parametrów dla operatorów	TAK	
4.	Regulacja podciśnienia w zakresie min.0-650 mmHg	TAK	
5.	Przepływ zwrotny - reflux	TAK	
6.	Możliwość podłączenia automatycznego systemu do wszczepiania sztucznej soczewki sterowanego z pedału nożnego	TAK	
7.	Możliwość podłączenia głowicy do fakoemulsyfikacji wyposażonej w czujnik ciśnienia płynów, który umożliwia szybkie reagowanie i zapewnienia zmniejszenie wahań głębokości komory	TAK	
8.	Głowica z min. 4-kryształowym elementem <del>piezoelektrycznym</del> <b>Piezoelektrycznym</b> , z funkcją ultradźwięków skrętnych lub oscylacji poprzecznych wraz z możliwością niezależnego regulowania ruchów podłużnych i poprzecznych	TAK	
9.	Częstotliwość cięcia witrektomu powyżej 3000 cięć/min.	TAK	
10.	Możliwość stosowania tipów o średnicy poniżej 0,9mm z łukowatym zagięciem obwodowym nie schodzącym poniżej osi długiego tipa	TAK	
11.	Pulsacyjny tryb fakoemulsyfikacji	TAK	
12.	Tryb pracy Faco-burst	TAK	
13.	Diatermia zintegrowana z urządzeniem, ze sterowaniem z przełącznika nożnego	TAK	
14.	Wodoszczelny bezprzewodowy przełącznik	TAK	

	nożny		
15.	Sygnalizacja parametrów pracy i stanów alarmowych	TAK	
16.	Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania	TAK	
17.	Zintegrowana taca o regulowanej wysokości	TAK	
18.	Gwarancja techniczna aparatu przez cały okres trwania umowy	TAK	
	<b>Wyposażenie Aparatu</b>		
19.	Głowica do fakoemulsyfikacji z możliwością pracy oscylacyjnej – 4 szt.	TAK	
20.	Kluczyk do okręcania tipów – 1 szt	TAK	
21.	Komplet końcówek bimanualnych – 4 kompletów	TAK	
22.	Pęseta diatermiczna z przewodem – 1 szt	TAK	
23.	Pilot zdalnego sterowania – 1 szt	TAK	
24.	Taca narzędziowa – 1 szt	TAK	
25.	Przełącznik nożny sterujący – 1 szt	TAK	
26.	Rok produkcji aparatu-fabrycznie nowy	TAK	
27.	Pokrowiec	TAK	

## UWAGA:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.
2. Oświadczamy, że oferowany powyżej zestaw jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.