

Tarnów, dnia 05.11.2020r.

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG.271.90 .AH. *315* /20

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów endoskopowych dla CPE Nr sprawy: 90/2020

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 02.11.2020r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1 dotyczy zakresu 6 poz.1

Czy Zamawiający dopuści szczotkę dwustronną o średnicy szczotki 6 mm, długości 2500 mm?

ODP Nie. Zapis SIWZ pozostaje bez zmian. Maksymalna długość całej szczotki max 1800mm.

Pytanie 2 dotyczy zakresu 6 poz.1

Czy Zamawiający dopuści szczotkę dwustronną o średnicy szczotki 5/10 mm, długości 2500 mm?

ODP Nie. Zapis SIWZ pozostaje bez zmian. Maksymalna długość całej szczotki max 1800mm.

Pytanie 3 dotyczy zakresu 6 poz.2

Czy Zamawiający dopuści szczotkę dwustronną o średnicy szczotki 6 mm, długości 2500 mm?

ODP Tak Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4 dotyczy zakresu 6 poz.2

Czy Zamawiający dopuści szczotkę dwustronną o średnicy szczotki 5/10 mm, długości 2500 mm?

ODP Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Otrzymują:

1/ Adresat

2/ A/a

Anna Czech
DYREKTOR/
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
Anna Czech