



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach

ul. Niechorska 27
72 – 300 Gryfice

Nasz znak

SPZZOZ/21/1/23

Data

Gryfice 2023-04-26

Sprawa dotyczy:

Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na: „Dostawę jednorazowego sprzętu medycznego dla SPZZOZ w Gryficach”.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym w art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710 z późn. zm.), wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, zamawiający przytacza pytania i udziela następujących odpowiedzi:

1. Czy Zamawiający w **Pakiecie 22** dopuści sterylną strzykawkę do gazometrii marki Portex, zbalansowaną suchą heparyną litową, o pojemności 1 lub 3 ml (do wyboru), z samouszczelniającym się przy kontakcie z krwią **filtrem** do bezpiecznego odpowietrzenia, nakładanym na zakończenie strzykawki luer-slip; po usunięciu pęcherzyków powietrza filtr służy jako osłonka/zatyczka zabezpieczająca końcówkę strzykawki.

ODP.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 1 – pakiet nr 21, pozycja 1

Czy Zamawiający wydzieli pozycję nr 1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

ODP.: Zamawiający nie wyraża zgody. Ustawodawca nie przewiduje możliwości zwiększenia ilości części w ogłoszonym już postępowaniu.

Pytanie 2 – pakiet nr 28, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków do leków w opakowaniach po 75 szt. z przeliczeniem na 3.371 pełnych opakowań? Sposób pakowania jest kwestią techniczną i nie ma jakiegokolwiek znaczenia dla walorów użytkowych wyrobu, dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

ODP.: Zamawiający dopuszcza, z przeliczeniem i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę.





Pytanie 3 – pakiet nr 38, pozycja 1

Prosimy o uściślenie, czy w pakiecie 38, pozycja 1 – staza bezlateksowa – Zamawiający wymaga próbek w ilości 3 szt. Czy to mają być 3 paski stazy, czy 3 opakowania po 25 szt. pasków?

ODP.: Zamawiający wymaga próbek w ilości 3 pasków stazy.

Pytanie 4 – pakiet nr 46, pozycja 1

Prosimy o uściślenie, czy w pakiecie 46, pozycja 1 – osłonki na sondę USG – Zamawiający wymaga próbek w ilości 3 szt. Czy to mają być 3 pojedyncze osłonki, czy 3 opakowania po 144 szt. osłonek?

ODP.: Zamawiający wymaga próbek w ilości 3 szt. czyli 3 pojedynczych osłonek.

Projekt umowy – par. 2 ust. 4

Prosimy o wykreślenie z projektu umowy par. 2 ust. 4. Niedopuszczalne jest wymaganie od Wykonawcy, aby był przygotowany na zmianę ilości poszczególnych pozycji towaru, czyli przedmiotu zamówienia (a tym samym zmianę umowy), w sposób zależny jedynie od woli Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Uzasadnienie: Przepis § 2 ust. 4 o treści „Zamawiający zastrzega sobie możliwość ilościowej zmiany poszczególnych asortymentów do wysokości całkowitej wartości zamówienia, określonego umową w ramach danego pakietu” nie narusza obowiązku wynikającego z art. 99 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 r., poz.1710 ze zm.), który dotyczy „opisu” przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie jego „cech”. Przedmiot zamówienia jest precyzyjnie określony w SWZ zgodnie z wymogami ustawowymi, zarówno odnośnie do asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia oraz jego ilości i tak określony umożliwia kalkulację cen oferty. Podkreślenia wymaga, że § 2 ust. 4 zastrzega jedynie „możliwość” zmiany ilościowej asortymentu w granicach kwotowych do wysokości całkowitej wartości zamówienia co nie stanowi istotnych zmian umowy oraz nie zmienia w sposób znaczny zakresu świadczeń i zobowiązań wynikających z umowy. Tym samym nie zostają naruszone przepisy ustawy, zaś oferta powinna być opracowana zgodnie z SWZ.

1. Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz cenowy, pakiet nr 39, poz. 1

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby wężyk pompy mógł pozostać zainstalowany w strzykawce przez 24 godziny niezależnie od ilości przebytych iniekcji i było to potwierdzone przez producenta w oryginalnej instrukcji obsługi wężyków.

ODP.: Zamawiający potwierdza.

2. Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz cenowy, pakiet nr 39, poz. 2

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby pojemność sterylnego wężyka pacjenta o długości 250 cm wynosiła dokładnie 12,5ml i była potwierdzona przez producenta wyrobu medycznego w oryginalnej instrukcji obsługi wężyka. Mniejsza średnica niż zalecana przez producenta wstrzykiwacza może powodować większe ciśnienie w systemie podczas podawania środków kontrastowych. Skutkuje to niezamierzonym wystąpieniem nadciśnienia w systemie wężyków co oznacza regulację przepływu przez wstrzykiwacz. Wstrzykiwacz zmniejsza prędkość przepływu, aby utrzymać ciśnienie w wartościach granicznych. Może to prowadzić do obniżenia jakości badania, a w szczególności badań angio, gdzie występują duże prędkości podawania kontrastu. Inna pojemność wężyka niż 12,5ml może prowadzić do niepełnego napełnienia





wężyka i pozostawienia w nim nieznannej objętości powietrza. W efekcie może prowadzić to do niezamierzonej iniekcji powietrza do pacjenta podczas badania.

ODP.: Zamawiający potwierdza.

3. Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz cenowy, pakiet nr 39, pozycja 1 i 2.

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymaga, aby informacja o braku ftalanów (DEHP) była potwierdzona w oryginalnej instrukcji obsługi materiałów eksploatacyjnych.

ODP.: Zamawiający potwierdza.

4. Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz cenowy, pakiet nr 39, pozycja 1 i 2.

Czy Zamawiający wymaga, aby wężyki były zatwierdzone przez producenta wstrzykiwacza automatycznego będącego własnością Zamawiającego? Zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia: „Stosowanie kombinacji lub systemów wężyków, które nie są dopuszczone przez firmę ulrich medical, zagraża bezpieczeństwu pacjenta i/lub użytkownika oraz nienagannemu działaniu wstrzykiwacza. (...) Imitacje i inne fabrykaty nie są zaprojektowane dla wstrzykiwacza ani nie są sprawdzone do stosowania ze wstrzykiwaczem”.

ODP.: Zamawiający wymaga.

5. Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ – Umowa wzór, § 3 ust. 1., Załącznik nr 1 do SWZ Formularz cenowy - pakiet nr 39, Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy pkt. C

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu dostawy z dni na dni robocze. Prosimy o modyfikację zakresu umowy z „Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówień w następujących kryteriach czasowych: do 4 dni” na „**Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówień w następujących kryteriach czasowych: do 4 dni roboczych**”. Jednocześnie uprzejmie informuję, że zamówienia są realizowane niezwłocznie. Prosimy Zamawiającego o naniesienie zmiany również w formularzu ofertowym, cenowym oraz SWZ (kryteria dostawy).

ODP.: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadzi do umowy zapis: „do 4 dni roboczych”.

6. Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ– Umowa wzór, § 3 ust. 2

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu dostawy z dni na dni robocze. Prosimy o modyfikację zakresu umowy z „W przypadku niedotrzymania terminów określonych w ust.1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę:

- przy zwłocie do 3 dni w wysokości 0,5 % wartości niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień zwłoki,

- przy zwłocie powyżej 3 dni w wysokości 1 % wartości niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień zwłoki, jednak nie mniej niż 100 zł brutto za każdy dzień zwłoki.”

na „**W przypadku niedotrzymania terminów określonych w ust.1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę:**

- przy zwłocie do 3 dni robocze w wysokości 0,5 % wartości niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień zwłoki,

- przy zwłocie powyżej 3 dni robocze w wysokości 1 % wartości niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień zwłoki, jednak nie mniej niż 100 zł brutto za każdy dzień zwłoki.”

ODP.: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadzi do umowy zapis: „do 4 dni roboczych”, natomiast nie wyraża zgody na dalszą modyfikację umowy.

7. Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ – Umowa wzór, § 3 ust. 4.





W naszej opinii zaproponowana łączna maksymalna wysokość wszystkich kar umownych na poziomie nieprzekraczającym 70% jest wysoka. Przyjęto się, że na rynku wyrobów medycznych, wynosi najczęściej 20 – 30 %. W związku z powyższym prosimy Zamawiającego do obniżenia łącznej maksymalnej wysokości wszystkich kar umownych do poziomu nie przekraczającego 30 % wartości umowy (danej części) i prosimy o modyfikację zapisów umowy w tym zakresie.

ODP.: Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie łącznej maksymalnej wysokości wszystkich kar umownych do poziomu 50 % wartości umowy.

8. Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ – Umowa wzór, § 2 ust. 2.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopisanie do umowy następującego zdania: „Zamówienia będą składane do godziny 14. Zamówienia złożone po godzinie 14, będą traktowane jako zamówienia złożone dnia kolejnego”.

ODP.: Zamawiający nie wyraża zgody.

9. Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ – Umowa wzór - waloryzacja

Prosimy o dopisanie zapisów o waloryzacji.

☑ Stosownie do treści art. 439 ust. 1 i 2 Ustawy PZP, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonania umowy odpowiednio do wzrostu lub spadku cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.

Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o publikowany przez Główny Urząd Statystyczny roczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych.

☑ Pierwsza waloryzacja dokonywana zostanie nie wcześniej niż 6 miesięcy od zawarcia umowy i będzie obliczona w oparciu o średnią arytmetyczną ze Wskaźnika za okres (uwzględniający pełne miesiące kalendarzowe, za które opublikowany został Wskaźnik), który upłynął od dnia zawarcia Umowy. Kolejne waloryzacje dokonywane będą nie częściej niż raz na 6 miesięcy, w oparciu o średnią arytmetyczną ze Wskaźnika za okres, który upłynął od poprzedniej waloryzacji. Zmiana Wskaźnika w stosunku do jego wartości z ostatniej waloryzacji nie więcej niż o 1,5 % nie będzie stanowiła podstawy do zmiany wartości wynagrodzenia umownego.

☑ Waloryzacja następuje na wniosek drugiej Strony.

☑ W wyniku dokonania waloryzacji, odpowiedniej zmianie ulega wynagrodzenie określone w § 4 umowy. Strony sporządzają aneks do umowy potwierdzający zmiany wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, przy czym zmiany te mają skutek od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po ostatnim miesiącu, dla którego Wskaźnik brany był pod uwagę przy waloryzacji.

☑ Łączna wartość korekt (wartość wzrostu lub spadku wynagrodzenia umownego) wynikająca z waloryzacji nie przekroczy +/- 10 % wynagrodzenia umownego.

☑ Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

ODP.: Zamawiający uzupełni § 3 umowy o zapisy dot. waloryzacji o poniższej treści:

6. Zamawiający, w przypadku wystąpienia jednej ze zmian przepisów wskazanych w art. 436 pkt

4 lit. b) ustawy Pzp tj. zmiany:

1) stawki podatku od towarów i usług





- 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
- 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne dopuszcza możliwość waloryzacji wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w formie pisemnego aneksu, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W przypadkach, o których mowa w ust. 6 pkt. 2) i 3), przed zawarciem aneksu, Wykonawca musi złożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie o wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 6 pkt. 2) i 3), a na żądanie Zamawiającego przedstawić dowody na poparcie tego oświadczenia. Aneks powinien być zawarty w terminie do 30 dni od daty złożenia Zamawiającemu oświadczenia i ewentualnych pozostałych dokumentów. Zmiana kosztów wykonania zamówienia nie spowoduje naliczenia przez Wykonawcę dodatkowej marży od podwyższonych kosztów.
7. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy względem ceny materiałów lub kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie, zamawiający i wykonawca uprawnieni są do wystąpienia z wnioskiem o uzgodnienie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, z zastrzeżeniem, że wniosek taki może być przekazany drugiej stronie przy łącznym spełnieniu następujących warunków:
 - 1) wniosek należy złożyć nie wcześniej niż po 6 miesiącach od dnia podpisania umowy
 - 2) nastąpiła zmiana kosztów związanych z realizacją zamówienia o co najmniej 10% względem ceny materiałów lub kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie.

10. Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz oferty pkt. E

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość wskazania działu lub stanowiska osoby wyznaczonej za realizację przedmiotu umowy, a nie osoby wyznaczonej do kontaktu w sprawie realizacji zamówienia. Ze względu na częściową pracę zdalną, za realizację zamówień odpowiedzialnych jest kilka osób.

ODP.: Zamawiający wyraża zgodę.

11. Dotyczy: SWZ, Rozdział 17, punkt. 3 oraz Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz oferty

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na przesłanie umowy drogą korespondencyjną.

ODP.: Zamawiający wyraża zgodę.

w zakresie pakietu nr 26 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści Elektroda neutralna j. użytku dla dorosłych i dla dzieci 164x117mm, powierzchnia aktywna 107cm² podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki; skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu; klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry; dla dzieci powyżej 5kg i dorosłych /opakowanie 100 szt.

ODP.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie dotyczy pakietu 13 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady biologiczne o pojemności 20 litrów?





ODP.: Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy pakietu nr 41:

Czy Zamawiający dopuści zamykane pojemniki o poj. 10 000 ml chirurgiczne przeznaczone do bezpiecznego przechowywania i transportu materiałów tkankowych utrwalonych w 10% zbufoowanej formalinie, wykonane z polipropylenu (PP)?

ODP.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 10, poz. 3

Czy zamawiający dopuści pakowane zbiorczo w karton lub worek, a odstąpi od opakowań indywidualnych, gdyż jest to produkt niesterylny ?

ODP.: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 11, poz. 2

Czy zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla dorosłych o długości 245 mm ,rozmiar kartonika 13 mm x 104 mm (z perforacją do oderwania części kartonika po wpisaniu danych), pole opisu 13 mm x 80 mm, długość części regulacyjnej 13,5 cm, 13 zakresów regulacji, opaska zaopatrzona w kartonik do opisu danych pacjenta, pakowane po 100 szt, dostępne w kolorze białym, w części opisowej szerokość opaski 1,8 (+/- 1 mm), szerokość opaski w części służącej do zapięcia 1,2(+/-1 mm)?

ODP.: Zamawiający wymaga zaoferowania opasek o dł. min.32 cm.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

ODP.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 16, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

ODP.: Zgodnie z SWZ.

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

ODP.: Zgodnie z SWZ.

Czy zamawiający wymaga przyrządów do przetaczania IS i TS z zabezpieczeniem igły biorczej po użyciu w postaci osłony igły biorczej, posiadającej żebrowanie które zapewnia pewny uchwyt?

ODP.: Zgodnie z SWZ.

Czy Zamawiający dopuści IS o długości całkowitej komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm?

ODP.: Zgodnie z SWZ.

Czy Zamawiający dopuści przyrządy z ostrą igłą biorczą dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS?

ODP.: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 16, poz. 1-2

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

ODP.: Zamawiający dopuszcza.





Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia?

ODP.: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 21, poz. 1

Czy zamawiający wydzieli poz.1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

ODP.: Zamawiający nie wyraża zgody. Ustawodawca nie przewiduje możliwości zwiększenia ilości części w ogłoszonym już postępowaniu.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

ODP.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet 28, poz/1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 75 szt. lub 80 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

ODP.: Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Pakiet 33, poz. 2

Czy zamawiający wydzieli poz.2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

ODP.: Zamawiający nie wyraża zgody. Ustawodawca nie przewiduje możliwości zwiększenia ilości części w ogłoszonym już postępowaniu.

Pakiet 35, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

ODP.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 42, poz. 1

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm?

ODP.: Zamawiający wymaga podania długości rolki w metrach bieżących.

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm?

ODP.: Zamawiający wymaga podania długości rolki w metrach bieżących.

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 mt, perforacja co 34 cm?

ODP.: Zamawiający wymaga podania długości rolki w metrach bieżących.

Czy dopuści perforację co 38 cm?

ODP.: Zamawiający dopuszcza.

Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

ODP.: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.





Pakiet 47, poz. 1

Czy zamawiający dopuszcza/wymaga jednorazowej gąbki, nasączonej żelem dermatologicznym i hypoalergicznym - myjącym o neutralnym dla skóry pH 5,5, przeznaczona do higieny ciała i miejsc intymnych bez konieczności użycia bieżącej wody, hipoalergiczny żel na gąbkach ma delikatny przyjemny zapach i właściwości myjące oraz pielęgnacyjno-ochronne, myjki jednorazowe i wygodne w użyciu wystarczy zwilżyć myjkę niewielką ilością wody i kilkakrotnie ścisnąć, po umyciu ciało wytrzeć do sucha, bez konieczności splukania, na skórze pozostaje delikatna warstwa ochronno-pielęgnacyjna, przebadana i testowana dermatologicznie, 24 szt w opakowaniu, wymiary 12x20cm; 0,6 cm grubości $\pm 7\%$, włókno poliestrowe - 100 g/m² $\pm 5\%$, o wadze 2,5-3 g; bez sztucznych konserwantów?

ODP.: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 48, poz. 1

Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 16 g/m²?

ODP.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 48, poz. 1-4

Prosimy o dopuszczenie czepek pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania zmniejsza powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, opakowanie w foli gwarantuje również higieniczne przechowywanie i wyjmowanie - sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartość użytkową.

ODP.: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 48, poz. 2

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m², troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepek ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?

ODP.: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 48, poz. 3

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m², z warstwą pochłaniającą pot (45 g/m²) przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepek ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?

ODP.: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 48, poz. 4

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m², z warstwą pochłaniającą pot (45 g/m²) przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepek ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?

ODP.: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 48, poz. 5

• Czy zamawiający dopuści kolor niebieski?

ODP.: Zamawiający dopuszcza.

• Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny, o wymiarach:

o Mankiet 5 cm

o Długość całkowita 110 cm (+/- 2 cm)

o Szerokość w pasie ok. 70 cm x 2 mierzone na płasko





o Długość troków – w pasie 2 x po ok. 100 cm, przy szyi 2 x po ok. 35-38 cm
ODP.: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 48, poz. 6-7
Czy zamawiający dopuści kolor wyłącznie niebieski>
ODP.: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 48, poz. 8
Czy zamawiający dopuści ochraniacze bez warstwy antypoślizgowej?
ODP.: Zamawiający nie dopuszcza.

Czy zamawiający dopuści wymiar ochraniacza - długość ochraniacza w stanie rozciągniętym ok.40 cm, głębokość 16 cm?
ODP.: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 1, poz. 5
Proszę o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 80 sztuk z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym.
ODP.: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 1, poz. 2-5
Proszę o odstąpienie od wymogu kolorystycznego oznakowania rozmiaru na opakowaniu jednostkowym.
ODP.: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 1, poz. 2-5
Proszę o dopuszczenie strzykawek z oznakowaniem kolorystycznym na opakowaniu zbiorczym zamiast jednostkowego.
ODP.: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 1, poz. 2-5
Proszę o dopuszczenie strzykawek z pojedynczą skalą
ODP.: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 1, poz. 2-5
Proszę o dopuszczenie strzykawek z tłokiem w kontrastującym kolorze niebieskim, co ułatwia odczyt.
ODP.: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 1, poz. 2
Proszę o dopuszczenie strzykawek ze skalą rozszerzoną do 3 ml.
ODP.: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 2, poz. 1
Proszę o dopuszczenie strzykawki z igłą 0,45 x 13 mm.
ODP.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 3, poz. 1
Proszę o dopuszczenie strzykawki z podwójną skalą pomiarową.





ODP.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 4, poz. 1-4

Proszę o dopuszczenie strzykawek z podwójną skalą pomiarową

ODP.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 4, poz. 1

Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

ODP.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 8, poz. 1

Proszę o dopuszczenie cewników o długości 2 m

ODP.: Zamawiający nie dopuszcza, wymaga cewnika o długości min. 3m.

Pakiet 8, poz. 2

Proszę o dopuszczenie drenów o długości 2 m

ODP.: Zamawiający nie dopuszcza, wymaga drenu o długości min. 3m.

Pakiet 16, poz. 2

Proszę o dopuszczenie przyrządu o długości komory kroplowej 55 mm w części przezroczystej.

ODP.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 16, poz. 2

Proszę o dopuszczenie przyrządu o długości komory kroplowej 62 mm

ODP.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 16, poz. 2

Proszę o dopuszczenie przyrządu z logo identyfikującym przyrząd

ODP.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 16, poz. 2

Proszę o dopuszczenie przyrządu z igłą ściętą trójpłaszczyznowo wykonaną ze wzmocnionego ABS.

ODP.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 17, poz. 1

Proszę o dopuszczenie koszul z rozcięciem z tyłu

ODP.: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 33, poz. 2

Proszę o dopuszczenie koreczka z trzpieniem poniżej krawędzi korka co zapobiega przypadkowej kontaminacji.

ODP.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 45, poz. 1

Proszę o dopuszczenie fartucha bez dodatkowych zakładek

ODP.: Zamawiający nie dopuszcza.





Pakiet 45, poz. 1

Proszę o dopuszczenie fartucha wzmocnionego na całości.

ODP.: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów.

Pakiet 48, poz. 1-3

Proszę o dopuszczenie czepków pakowanych po 100 w folii

ODP.: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 48, poz. 1-3

Proszę o dopuszczenie czepków w kolorze niebieskim

ODP.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 48, poz. 3

Proszę o dopuszczenie:

Czepek typu furażerka wykonany z włókniny Spunlance, z tyłu ściągany gumką z wstawką chłonącą pot w okolicy czoła, gramatura 35 g/m², rozmiar uniwersalny, opakowanie 100 szt. w kartonik, kolor niebieski (kratka)

ODP.: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 48, poz. 2

Proszę o dopuszczenie:

Czepek typu furażerka wykonany z włókniny polipropylenowej, gramatura 20 gr/m², wiązany na troki o szerokości 1 cm rozmiar uniwersalny, opakowanie 100 szt folia, pozostałe wymiary zgodne z SWZ.

ODP.: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 48, poz. 2

Proszę o dopuszczenie:

Czepek typu furażerka w kolorze ciemnoniebieskim, z tyłu ściągany gumką z dodatkowymi trokami, włóknina SMS o gramaturze 40 g/m²

ODP.: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 48, poz. 4

Proszę o dopuszczenie czepka typu furażerka z wstawką pochłaniającą pot w okolicy czoła.

ODP.: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 48, poz. 5

Proszę o dopuszczenie fartuchów w kolorze niebieskim

ODP.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 48, poz. 5

1. W związku z aktualnym stanowiskiem URPL, WMiPB wydanym na podstawie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych (MDR - Medical Device Regulation), w którym URPL stwierdza, że fartuchy inne niż fartuchy chirurgiczne sterylne lub przeznaczone do sterylizacji nie są wyrobami medycznymi,





prosimy o określenie do czego i przez kogo mają być używane fartuchy opisane w pakiecie 48, poz. 5.

ODP.: Przez personel medyczny.

2. **Jeśli w pakiecie 48. poz. 5** Zamawiający oczekuje innych fartuchów niż chirurgicznych przeznaczonych do stosowania na bloku operacyjnym podczas operacji przez personel medyczny, to czy Wykonawca dobrze rozumie, że Zamawiający wymaga fartuchów spełniających wymagania określone dla środków ochrony indywidualnej kat I ?

ODP.: Zamawiający wymaga fartuchów higienicznych.

3. Przez kogo i do czego będą używane fartuchy w pakiecie 48. Poz. 5?

ODP.: Przez personel medyczny.

Pakiet 48, poz. 6

Proszę o dopuszczenie maski na troki o długości 38 cm.

ODP.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 48, poz. 8

Proszę o dopuszczenie ochraniaczy wykonanych z włókniny polipropylenowej o gramaturze 30 g/m² o wymiarach 41 x 16 cm.

ODP.: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 48, poz. 8

Proszę o dopuszczenie ochraniaczy bez warstwy antypoślizgowej.

ODP.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 15, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści aplikator gąbkowy z gąbką min. 2,5cm, przy zachowaniu 20 punktów cech użytkowych?

ODP.: Zamawiający dopuszcza i uzna parametr za spełniony.

Pakiet nr 47, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści myjkę nasączoną jednostronnie?

ODP.: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 47, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści myjkę w rozmiarze 17x24,5cm?

ODP.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 47

Czy Zamawiający doprecyzuje ile próbek wymaga do Pakietu nr 47 dla poszczególnych pozycji?

ODP.: Zamawiający wymaga 3 próbek z każdej pozycji pakietu.

Pakiet 17

Czy Zamawiający dopuści koszule o długości min. 105 cm?

ODP.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 28





Czy Zamawiający dopuści kieliszki pakowane a'75 sztuk z przeliczeniem i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

ODP.: Zamawiający dopuszcza, z przeliczeniem i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę.

KRYTERIA OCEN

Prosimy o doprecyzowanie, które pakiety oceniane są cena + jakość, a które cena + dostawa

ODP.: Zgodnie z Rozdziałem 14 SWZ.

Pakiet 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 1ml z podziałką 0,02ml?

ODP.: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 1, pozycja 2-5

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z pojedynczym zabezpieczeniem przed wypadaniem tłoka w postaci kryzy ograniczającej oraz z kolorystycznym oznakowaniem rozmiaru na opakowaniu zbiorczym?

ODP.: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 1, pozycja 2-5

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z pojedynczą rozszerzoną skalą?

ODP.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 1, pozycja 2-5

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z rozszerzeniem min.10%?

ODP.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 1, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści strzykawki o pojemności 3ml z polipropylenowym tłokiem oraz gumowym uszczelnieniem?

ODP.: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z igłą 0,45x13mm? Reszta parametrów zgodna z SWZ.

ODP.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawki w opakowaniu blister-pack?

ODP.: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek za opakowanie a'25szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

ODP.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 4, pozycja 1-4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z pojedynczą czytelną i trwałą skalą koloru czarnego?

ODP.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści bezpieczne igły w opakowania a'50 szt. oraz ich wycenę z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

ODP.: Zamawiający dopuszcza.





Pakiet 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści w zamian za rozmiar 0,4x25 igłę 0,45x22 lub 0,5x25?

ODP.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 6, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści igłę o następujących właściwościach:

- Igła wykonana z najwyższej jakości stalinierdzewnej
- Nasadka igły idealnie dopasowana do końcówki Luer oraz Luer-Lock (zapewnienie pełnej szczelności połączenia ze strzykawkami)
- Igła oznaczona znakiem CE w pełni odpowiadającym wymaganiom normy PN-EN-ISO 7864
- Dostępna w uniwersalnym rozmiarze 18G(1,2 x 30 mm)
- Jednorazowego użytku;
- Opakowanie jednostkowe zgodne z normami PN-EN556 i PN-EN 868, typu blister-pack
- Sterylizowana tlenkiem etylenu
- Termin ważności: 5 lat?

ODP.: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 7, pozycja 1-9

Czy Zamawiający dopuści cewnik z oznaczeniem rozmiaru i długością na opakowaniu jednostkowym?

ODP.: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 7, pozycja 1-9

Czy Zamawiający dopuści cewnik bez linii RTG oraz bez skalowania?

ODP.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 9, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zmianę cech użytkowych - zgłębniki żołądkowe o twardości ok. 78°ShA oraz bez cyfrowej podziałki głębokości?

ODP.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 9, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zgłębniki gładkie zwinięte w opakowaniu?

ODP.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 10, pozycja 3

Czy Zamawiający oczekuje zestawu o następujących właściwościach: worek o pojemności 1500 ml z otworem do zawieszenia

- wykonany z medycznego PVC
- skalowany cyfrowo co 250 ml
- dren o długości 115 cm z zaciskiem przesuwным zakończony
- atraumatycznym otworem i jednym otworem bocznym
- natłuszczona końcówka drenu zabezpieczona zatyczką
- serweta 42 x 45 cm
- mydło w płynie (9 ml)
- rękawice foliowe – 1 para
- nie zawiera lateksu





- jednorazowego użytku
- niesterylny
- okres trwałości: 5 lat?

ODP.: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 10, pozycja 3

Czy Zamawiający oczekuje worka do lewatywy o następujących właściwościach:

- worek o pojemności 1750ml z dwoma otworami do zawieszenia
- wykonany z medycznego PVC
- skalowany od 50ml do 1750ml
- skala linearna co 100ml cyfrowa co 200ml
- dren o długości 150 cm z zaciskiem przesuwным zakończony atraumatycznym otworem i jednym otworem bocznym
- końcówka drenu zabezpieczona zatyczką
- górna część worka wzmocniona dodatkowym kołnierzem stabilizującym wlot podczas wypełniania płynem
- kołnierz wyposażony w zastawkę antyzwrotną
- jednorazowego użytku
- nie zawiera lateksu
- sterylizowany tlenkiem etylenu
- pakowanie: 1 sztuka/folia?

ODP.: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 11, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści opaski zabezpieczone wodoodpornym materiałem z dołączoną wkładką kartonową z nadrukowanym zakresem danych do uzupełnienia tj. nazwisko, imię, PESEL, zgon: data i godzina oraz linijka do wpisania innych przydatnych informacji oraz z regulowanym obwodem w zakresie 9 cm - 25 cm.?

ODP.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 14, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kaczki plastikowe z zatyczką-pokrywką dołączoną do zestawu, jednak nie zamocowaną na stałe?

ODP.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 15, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści gąbkę o długości min. 2,5cm oraz przyzna maksymalną ilość punktów za spełnienie w/w parametru?

ODP.: Zamawiający dopuszcza gąbkę o długości min. 2,5cm i uzna parametr za spełniony.

Pakiet 16, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści przyrządy o parametrach:

wykonany z wysokiej jakości materiałów, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii, co gwarantuje bardzo wysoką jakość i bezawaryjne, zgodne z przeznaczeniem użytkowanie

- dwukanałowy, czteropłaszczyznowy ostry kolec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami
- odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną kolorową (niebieską) klapką
- elastyczna komora kroplowa o wielkości 6cm zaopatrzona w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie w pojemniki z płynami
- kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml ± 0,1 ml;





- filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 15 µm
- miękki elastyczny dren o długości min. 150 cm z zakończeniem luer-lock
- precyzyjny, w pełni bezpieczny zacisk rolkowy wyposażony w pochewkę na igłę biorczą i zaczepek na dren do podwieszenia
- na zacisku rolkowym umieszczona nazwa producenta
- oba końce przyrządu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi kapturkami
- wyrób dostępny również w wersji bez ftalanów
- jednorazowego użytku
- niepirogenny, nietoksyczny
- nie zawiera lateksu
- sterylizowany tlenkiem etylenu
- termin ważności: 5 lat
- opakowanie jednostkowe typu folia-papier z kolorowym kodem (niebieskim) identyfikującym rodzaj przyrządu?

ODP.: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 16, pozycja 2

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego w komorę kroplową o długości min. 55mm w części przezroczystej, w której widoczność poziomu płynu oraz szybkości infuzji, jest zdecydowanie lepsza niż w przyrządach wyposażonych w krótszą komorę?

ODP.: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 16, pozycja 2

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego w komorę kroplową, która jest na całej długości przezroczysta, dzięki czemu widoczność poziomu płynu oraz szybkości infuzji, jest zdecydowanie lepsza niż w przyrządach ze zmrożoną powierzchnią?

ODP.: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 16, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu z zaciskiem rolkowym wyposażonym w pochewkę na igłę biorczą, która umożliwi prawidłowe zabezpieczenie kolca biorczonego po wyciągnięciu z opakowania z płynem, chroniąc personel przed ryzykiem zakażenia?

ODP.: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 16, pozycja 1,2

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego w zacisk rolkowy z uchwytem, umożliwiającym bezpieczne podwieszenie drenu, bez zamknięcia jego światła, zapobiegając kontaminacji łącznika Luer Lock przyrządu, minimalizując ryzyko wprowadzenia zakażenia u pacjenta.

ODP.: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 16, pozycja 2

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu do infuzji z komorą kroplową zaopatrzoną w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie w pojemniki z płynami?

ODP.: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 16, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu posiadającego na zacisku rolkowym wytłoczoną nazwę producenta, w celu pełnej identyfikacji wyrobu?

ODP.: Zamawiający dopuszcza w/w przyrząd.

Pakiet 16, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający oczekuje, aby oferowany przyrząd do przetoczeń był sterylny, a tym samym zapakowany w opakowanie typu papier-folia gwarantujące barierę jałowości przy sterylizacji tlenkiem etylenu oraz umożliwiające jego aseptyczne wyjęcie?





ODP.: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 16, pozycja 2

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego na końcu drenu w koreczek typu PrimeStop / Air Pass z hydrofobową membraną, który umożliwia wypełnienie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia oraz zabezpiecza przed wyciekaniem płynu?

ODP.: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 16, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści zmianę cech użytkowych - przyrządu z komorą kroplową wykonaną z PVC z igłą biorczą z ABC bez wzmocnień włóknem szklanym?

ODP.: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 17, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści koszule w kolorze granatowym, spełniające pozostałe parametry zawarte w SWZ?

ODP.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 17, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

ODP.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 21, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do pomiaru diurezy i zbiórki moczu z workiem do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml, komorą zbiorczą 500 ml umożliwiającą bardzo dokładne pomiary diurezy (liniowo co 1ml od 3ml do 40ml, co 5 ml od 40 do 100 ml, co 10 ml od 100 do 500 ml). Wyposażony w 2 filtry hydrofobowe oraz 2 bezzwrotne zastawki - w worku oraz w łączniku do cewnika Foley'a. Dwuświatłowy dren o długości 120 cm z kłamrą zaciskową, zakończony bezigłowym portem do pobierania próbek i bezpiecznym łącznikiem do cewnika. Umocowanie na łóżku pacjenta za pomocą składanych wieszaków lub pasków mocujących?

ODP.: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 21, pozycja 2

Czy Zamawiający oczekuje zestawu składającego się z komory pomiarowej połączonej z niewymiennym workiem zakończonym kranikiem spustowym umożliwiającym jego opróżnianie? Zestaw zapobiega przypadkowemu rozłączeniu?

ODP.: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 21, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści bezigłowy port do pobierania próbek moczu o konstrukcji wklęsłej, która umożliwia bezproblemowe połączenie ze strzykawką Luer?

ODP.: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 21, pozycja 2

Czy Zamawiający oczekuje portu zabezpieczonego przez przypadkową kontaminacją membrany, np. w postaci okalającego kołnierza?

ODP.: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 21, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści bezigłowy port do pobierania próbek moczu o konstrukcji wklęsłej, która umożliwia bezproblemowe połączenie ze strzykawką Luer, wyposażonego w okalający kołnierz, zapobiegający przypadkowej kontaminacji membrany portu?

ODP.: Zgodnie z SWZ.





Pakiet 26, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści Jednorazowe podkładki neutralizujące z żelom stałym posiadają cechy, które zapewniają całkowitą niezawodność zastosowania podczas zabiegów elektrochirurgicznych

- Wykonana z pianki PE pokrytej hydrożelom
- Szeroka aktywna powierzchnia -122cm² gwarantująca bezpieczeństwo produktu
- Powierzchnia całkowita 215cm² typu REM
- Wymiary: 217x105mm
- Klejący żel o bardzo niskiej oporności- dobra trwałość oraz przyczepność żelu zapobiega niepożądanemu odpadnięciu
- Połączenie (zakładka połączeniowa) - bipolarna, aluminiowa o rozmiarach: 10x23mm
- Oporność przy 200 KHz- <8 Ohm
- Maksymalna temperatura <3,0 stopnia Celsjusza przy 700mA
- Zgodne z Dyrektywą 93/42/CEE (D.L. 46/97)- Urządzenie klasy IIb
- Standardy bezpieczeństwa EN 60601- 2 - 2 - ISO 10993-1
- Pakowane pojedynczo w zgrzewane aluminiowo-foliowe torebki
- Opakowanie zbiorcze- 25 szt.
- Przechowywać w temperaturze: +5°C , +35° C – Wilgotność względna: 20% , 80%
- Okres przydatności- 36miesiące od daty produkcji?

ODP.: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 26, pozycja 6

Czy Zamawiający wymaga papieru oryginalnego?

ODP.: Zamawiający wymaga papieru kompatybilnego o parametrach identycznych z oryginalnym papierem, dopuszcza oryginalny.

Pakiet 28, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'90szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

ODP.: Zamawiający dopuszcza, z przeliczeniem i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę.

Pakiet 30, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice foliowe posiadające chropowatą powierzchnię?

ODP.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 30, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice foliowe pakowane zbiorczo po 100sztuk w woreczek umożliwiający pojedyncze wyjmowanie rękawic oraz przyzna maksymalną ilość punktów za spełnienie w/w parametru??

ODP.: Zamawiający dopuszcza rękawice foliowe pakowane zbiorczo po 100 sztuk w woreczek, pod warunkiem, że będzie on faktycznie umożliwiał pojedyncze wyjmowanie rękawic i wówczas warunek zostanie uznany za spełniony. Zamawiający oceni to na podstawie dostarczonej próbki.

Pakiet 32, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści wycenę cewników Nelatona w op.a'50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

ODP.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 33, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kraniki tylko z wyraźnym optycznym identyfikatorem pozycji „otwarty-zamknięty” (oznaczone kierunki przepływu) działającyw zakresie 360 stopni?

ODP.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 37, pozycja 1





Czy Zamawiający dopuści wycenę nakłuwaczy za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

ODP.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 38, pozycja 1

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania elastycznej opaski do uciskania żyły przy pobieraniu krwi dostępnej w minimum 2 kolorach, np. z przeznaczeniem jednego z kolorów dla pacjentów seropozytywnych?

ODP.: Zamawiający nie wymaga.

Pakiet 38, pozycja 1

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania elastycznej opaski do uciskania żyły z fabrycznie nadrukowaną (nie naklejoną) instrukcją użycia?

ODP.: Zamawiający nie wymaga.

Pakiet 49 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści golarki z ostrzem ze stali nierdzewnej pokrytej chromem?

ODP.: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 45, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny do zabiegów ginekologicznych, urologicznych, endoskopowych z poszerzoną konstrukcją umożliwiającą pracę w pozycji siedzącej (bez zakładek), rozmiar XXL? Pozostałe parametry zgodne z opisem.

ODP.: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 47, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=12szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

ODP.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 47, pozycja 1

Czy Zamawiający wymaga, aby Czystość mikrobiologiczna myjki została potwierdzona badaniami nie starszymi niż 2020 rok na brak zawartości Pseudomonasaeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli?

ODP.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 48, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści fartuchy dostępne tylko w rozmiarze L i XL?

ODP.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 48, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści fartuch w kolorze niebieskim?

ODP.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 48, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny SMS o gramaturze 35g/m²?

ODP.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 48, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści fartuch pakowany a'1 sztuka z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

ODP.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 48, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści fartuch z mankietem o szerokości 7,5cm?





ODP.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 43

Pytanie 1. Czy w związku z tym że Zamawiający wymaga kołderki na całe ciało pacjenta do urządzenia grzewczego Gaymar, która to musi być w pełni kompatybilna co musi bezsprzecznie wynikać z załączonych dokumentów, Zamawiający będzie wymagał aby ewentualny ofert przedstawił dokumenty producenta (deklaracje zgodności, instrukcje obsługi) ?

ODP.: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 2. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga kolderek o poniższych parametrach gdyż stosowanie innych nie przeznaczonych do tego urządzenia okryć może skutkować według instrukcji obsługi urazami termicznymi pacjentów? Kołderka grzewcza o wymiarach: 127 cm x 233,7 cm na całe ciało pacjenta dorosłego. Kołderka bezlateksowa, posiada dwie warstwy materiału, wykonana z nietkanego polipropylenu lub polietylenu. Dwukolorowa - pozwala na szybką orientację, która powierzchnia bezpośrednio okrywa ciało pacjenta. Kołderka bez perforacji (otworów) powodujących silny nadmuch i ruch powietrza. Struktura materiału zapewnia dodatkowe (obok filtra w urządzeniu) filtrowanie nadmuchiwanego powietrza przez całą powierzchnię kołderki. Mocowanie do przewodu powietrznego urządzenia grzewczego za pomocą adaptera zintegrowanego z kołderką. Kołderki kompatybilne z urządzeniami grzewczymi typu Gaymar (urządzenia na wyposażeniu Zamawiającego) o niskim przepływie powietrza do 1000 L/min?

ODP.: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 47

Pytanie 1. Czy Zamawiający celem zwiększenia konkurencyjności dopuści w punkcie 1 w pakiecie 47: **Antybakteryjne rękawice myjące** jednorazowego użytku do higienicznego mycia pacjentów i zmniejszenia zakażeń krzyżowych. Rękawica jest skuteczna przeciwbakteryjnie przeciwko bakteriom: *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus hirae*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus*, (MRSA), *Klebsiella pneumoniae* (ESBL), *Enterococcus faecium* (VRE) und *Candida albicans*. Cechy: - rękawice zawierają witaminę E, pro witaminę B5 i ekstrakty ziołowe - wolne od alkoholu, lateksu i lanoliny, (pH 5,5) - składniki wywołujące działanie przeciwbakteryjne: Chlorek Didecyldimetyloamoniowy, Diglukonian Chlorheksydyny - rękawicę można podgrzać w kuchence mikrofalowej - opakowanie wielokrotnego zamykania zawiera 8 rękawic - materiał: włókno poliestrowe, wiskozowe i polipropylenowe

ODP.: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 2. Czy Zamawiający celem zwiększenia konkurencyjności dopuści w punkcie 2 w pakiecie 47: **Czepek do mycia głowy nie wymagający dodatkowego namaczania głowy.** Zapewniający ochronę, odżywienie skóry głowy, neutralizację zapachów. Cechy: - wolny od: alkoholu, lateksu, lanoliny, perfum i parabenów - zawiera wodę, (pH 5,5)- możliwość podgrzania w kuchence mikrofalowej - zawiera szampon i odżywkę w jednym - materiał: włókno wiskozowe i poliestrowe z powłoką polietylenową- pakowany pojedynczo

ODP.: Zamawiający dopuszcza.

1. Dotyczy Pakietu nr 22:





Zwracamy się z prośbą o zgodę na zaoferowanie strzykawkę do gazometrii o objętości maksymalnej 3 ml i rekomendowanej objętości pobrania 1,6 ml, spełniających pozostałe wymagania SWZ.

ODP.: Zamawiający dopuszcza.

2. Dotyczy Formularza cenowego:

Zwracamy się z prośbą o modyfikację Formularza cenowego oraz sposobu liczenia ceny na następujący

Wartość netto = ilość wg jednostki miary x cena jednostkowa netto

Wartość brutto = wartość netto + VAT

Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że wystawiane faktury będą weryfikowane na podstawie ceny jednostkowej netto i stawki podatku VAT, a dalsze obliczenia muszą być zgodne z ogólnie przyjętymi zasadami fakturowania na terenie Polski dla klientów instytucjonalnych. Obliczanie wartości brutto dla pozycji poprzez dodanie podatku VAT do wartości netto za pozycję jest odgórny ustawieniem systemu obsługującego sprzedaż i nie ma możliwości modyfikacji tego ustawienia pod konkretnego klienta/konkretną umowę.

Uzasadnienie:

Na fakturze wartość brutto liczona jest wg schematu matematycznego: cena jednostkowa netto x ilość + VAT.

Natomiast Zamawiający wymaga w formularzu cenowym odmiennego sposobu liczenia ceny co, w przypadku wygrania przetargu, może skutkować rozbieżnością ceny z umowy z ceną na fakturze.

Sposób liczenia wartości brutto wymagany przez Zamawiającego (Wartość brutto = ilość x cena jednostkowa brutto) spowoduje, że ceny na fakturze nie będą zgodne z cenami w formularzu cenowym.

Powyższe wynika z różnic w zaokrągleniach matematycznych.

Przykład:

Wartość brutto = ilość wg jednostki miary x cena jednostkowa brutto

Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa brutto (zł/j.m.)	Wartość brutto (zł) <i>6 = 4 x 5</i>	Cena jednostkowa netto (zł/j.m.)	Stawka VAT (%)	Wartość netto (zł)
3	4	5	6	7	8	9
szt.	7 650	21,50 zł	164 475,00 zł	19,91 zł	8%	152 311,50 zł

Wartość brutto = wartość netto + VAT

Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa brutto (zł/j.m.)	Wartość brutto (zł) <i>6 = 9+ (9 x 8)</i>	Cena jednostkowa netto (zł/j.m.)	Stawka VAT (%)	Wartość netto (zł)
3	4	5	6	7	8	9
szt.	7 650	21,50 zł	164 496,42 zł	19,91 zł	8%	152 311,50 zł

ODP.: Zgodnie z SWZ.

3. Dotyczy §3 ust. 2 myśl. 2 wzoru umowy:

Zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu o minimalnej karze w wysokości 100 zł.





ODP.: Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Dotyczy §3 ust. 4 wzoru umowy:

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości maksymalnej łącznej wysokości kar do 30% ceny brutto określonej w § 5 ust. 1.

ODP.: Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie wysokości maksymalnej łącznej wysokości kar do 50% ceny brutto.

5. Dotyczy SWZ:

Prosimy o dodanie do SWZ zapisu zgodnego z art. 107 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019:

„Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. W nawiązaniu do brzmienia art. 106 ust. 3. Zamawiający zaakceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzą, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria. „

Brak zgody na powyższe może spowodować liczne odrzucenia ofert, unieważnienie, a w konsekwencji przedłużający się czas i koszt trwania postępowania.

ODP.: Zamawiający, zgodnie z zapisami w SWZ przewiduje możliwość skorzystania z art. 107 ust. 2, z zastrzeżeniem zapisów ujętych w art. 107 ust. 3.

6. Dotyczy pakietu 51:

Czy zamawiający zgodzi się wykreślić pozycję nr 3 z pakietu 51, z powodu wycofania produktu ze sprzedaży?

ODP.: Zamawiający nie wyraża zgody.

7. Dotyczy pakietu 4

Czy Zamawiający w pakiecie 4 wymaga strzykawek, w których zarówno tłok, jak i cylinder wykonane są z polipropylenu?

ODP.: Zamawiający nie wymaga.

8. Dotyczy pakietu 4

Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 4, pozycja 4 strzykawki bursztynowej do leków światłoczułych zatrzymującej 90% promieni świetlnych UV o długości fali od 290 do 450 nm?

ODP.: Zgodnie z SWZ.

9. Dotyczy pakietu 5

Prosimy o dopuszczenie w p. 5 : Igła bezpieczna, z ostrzem zorientowanym w kierunku osłony zabezpieczającej, która umożliwia iniekcje pod małym kątem, igła i osłona igły integralnie ze sobą połączone (bez możliwości odłączenia igły od osłony zabezpieczającej oraz jej obkręcania). Słyszalne kliknięcie potwierdzające bezpieczne zamontowanie igły i słyszalne potwierdzenie aktywacji mechanizmu zabezpieczającego jednym palcem, bez potrzeby użycia twardej powierzchni. Wykonane w technologii umożliwiającej pewne i bezpieczne mocowanie na końcówce luer (zatrząsk wewnątrz nasadki igły), kolor nasadki igły odpowiada rozmiarowi igły, różowa osłona we wszystkich rozmiarach. (opakowanie 100szt.)Rozmiar : 21G 1 1/2" 0.8 x 38mm

ODP.: Zamawiający dopuszcza.





10. Dotyczy pakietu 16

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w p 16, pozycja 2: Aparat do infuzji grawitacyjnej. Spike ABS, igła czterokanalowa/ stożek. Komora kroplowa o długości 57mm. Nazwa producenta na opakowaniu jednostkowym. Reszta parametrów zgodna z SWZ

ODP.: Zgodnie z SWZ.

Czy Zamawiający zgodzi się na przesunięcie terminu składania ofert np. na 9.05. Prośba spowodowana jest koniecznością dołączenia próbek do oferty. Przesunięcie terminu składania umożliwi rzetelniejsze przygotowanie się do złożenia oferty.

ODP.: Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert z dnia 28.05.2023 r. na dzień 05.05.2023 r. Godzina składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Pakiet 17: Czy Zamawiający dopuści koszule tylko w kolorze ciemnoniebieskim, pakowane a'1- szt.? Cena zostanie podana za sztukę.

ODP.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 25: Czy Zamawiający dopuści wkładki w rozmiarze 34 x9 cm, pakowane a'10 szt.? Cena zostanie podana za sztukę.

ODP.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 34 poz.3: Czy Zamawiający dopuści włókninę zieloną o grubości 215 µm, Wytrzymałość na wypychanie na sucho i mokro min. 180 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na sucho: wzdłuż 2,10kN/m, poprzek 0,90kN/m; na mokro: wzdłuż 1,70kN/m, poprzek 0,70kN/m?

ODP.: Zamawiający dopuszcza.

Pytania do umowy:

Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie kar umownych w następujący sposób §3 pkt. 2:

- „ przy zwłoce do 3 dni w wysokości 0,1% wartości niezrealizowanej części zamówienia za

każdy dzień zwłoki”

- „przy zwłoce powyżej 3 dni w wysokości 0,25% wartości niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień zwłoki”?

ODP.: Zamawiający nie wyraża zgody.

pakiet nr 1, poz. 4

1. Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 10ml ze skalą rozszerzoną do 11ml?

ODP.: Zgodnie z SWZ.

pakiet nr 1, poz. 2-5

1. Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z pojedynczą skalą, z oznakowaniem kolorystycznym opakowania zbiorczego w zależności od rozmiaru, oraz informacją o braku ftalanów na opakowaniu zbiorczym?

ODP.: Zamawiający nie dopuszcza.

pakiet nr 2

1. Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 1ml do tuberkuliny z igłą 0,45x12mm?





ODP.: Zamawiający nie dopuszcza.

pakiet nr 16 poz. 2

1. Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z igłą biorczą ściętą trójpłaszczyznowo?

ODP.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 1, pozycja 2.

1. Czy zamawiający dopuści strzykawki 2ml, z rozszerzoną skalą do 3ml ?

ODP.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1, pozycja 2-5.

1. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawek z dwustronną skalą pomiarową, co ułatwia precyzyjny odczyt zawartości strzykawki ?

ODP.: Zamawiający dopuszcza.

2. Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawek z tłokiem prostym bez przewężeń w jego środkowej części , nie ulegającym odkształcaniu podczas przygotowywania i podaży leków w iniekcji , gwarantującym płynną podaż leku ?

ODP.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 4, pozycja 1-4.

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek do pomp z wyraźną niezmywalną podwójną/dwustronną skalą pomiarową, co umożliwi precyzyjny odczyt pobranej objętości leku.

ODP.: Zamawiający dopuszcza.

2. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawek do pomp z czterostronnym podcięciem tłoczyska, co ułatwia pewne i stabilne umocowanie w uchwycie pompy ?

ODP.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 16, pozycja 1-2.

1. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania przyrządów z komorą kroplową wolną od PCV ?

ODP.: Zamawiający dopuszcza.

2. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy przyrządy mają być wyposażone w zaciskacz rolkowy z miejscem (dodatkowy otwór) na zabezpieczenie igły po zakończonej infuzji bądź transfuzji, oraz miejsce na podwieszenie drenu ?

ODP.: Mogą być wyposażone.

Pakiet 16, pozycja 2

1) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu do przetoczeń płynów infuzyjnych firmy Margomed – aparatu nowej generacji, o ulepszonych parametrach techniczno-użytkowych: komora kroplowa bez PCV, igła biorczą wykonana z ABS , filtr w odpowietrzniku o skuteczności filtracji bakterii (BFE) - min. 99,999994 %- oraz wirusów (VFE) min. 99,99964%. (potwierdzone wynikiem badań wykonanych w niezależnym laboratorium dołączonym do oferty). Pozostałe parametry zgodnie z SWZ

ODP.: Zamawiający dopuszcza.





2) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą kroplową o długości min. 60 mm w części przezroczystej ?

ODP.: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 29, pozycja 1.

1. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje aby na opakowaniu jednostkowym przedłużaczy znajdowało się oznaczenie "VOL". ?

ODP.: Zamawiający dopuszcza.

2. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania przedłużaczy o średnicy drenu 1,24 mm i 3 mm do wyboru Zamawiającego ?

ODP.: Zamawiający dopuszcza przedłużacz o średnicy 1,24 mm.

3. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania przedłużaczy o długości 50 , 70, 90,120, 150 i 200 ,250. 300 cm do wyboru Zamawiającego ?

ODP.: Zgodnie z SWZ.

4. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy przedłużacz do pomp ma nie zawierać ftalanów (w tym DEHP) i lateksu (informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym) ?

ODP.: Tak, ma nie zawierać.

5. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania przedłużacza przezroczystego do pomp z osłonkami łącznika męskiego i żeńskiego Luer lock ?

ODP.: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 29, pozycja 2.

1. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje przedłużaczy do pomp bursztynowych – transparentnych - co zapewnia dobrą widoczność drogi płynu ?

ODP.: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 51, Poz.1.:

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika wykonanego z 100% przezrystego silikonu, z balonem o pojemności 50ml.

ODP.: Zgodnie z SWZ.

2.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika wykonanego z półsztywnego lateksu z powłoką silikonową, z balonem o pojemności 50ml lub 80ml do wyboru przez Zamawiającego.

ODP.: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 51, Poz.2. :

1.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika wykonanego z 100% przezrystego silikonu, z powłoką hydrożelową, z balonem o pojemności 50ml lub 80ml do wyboru przez Zamawiającego.

ODP.: Zamawiający dopuszcza.

2.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika wykonanego z półsztywnego lateksu z powłoką silikonową, z balonem o pojemności 50ml lub 80ml do wyboru przez Zamawiającego.

ODP.: Zgodnie z SWZ.





Pakiet 51, Poz.3.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do wewnętrznego szynowania moczowodów z popychaczem sterowalnym zapewniającym połączenie nawet po usunięciu przewodnika, prostą przewodnicą z powłoką teflonową o dł 150cm dla wersji otwarty-otwarty oraz 100 cm dla wersji otwarty - zamknięty, cewnik wykonany z miękkiego poliuretanu skalowany co 1cm z linią pozycjonującą. Cewnik fabrycznie połączony z popychaczem.

ODP.: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 47, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści myjki z mydłem o następujących parametrach: wymiary 17 x 23 cm, okrągłe, nasączone jednostronnie białym mydłem, druga strona służy do usunięcia mydlin?

ODP. Zgodnie z SWZ.

Pytanie dot. pakietu 2.

Czy Zamawiający dopuści strzykawki do tuberkuliny z igłą 0,4x12 mm?

ODP. Zamawiający nie dopuszcza.

DYREKTOR
DYREKTOR
SPZZOZ w Gryficach

Piotr Sołtysiński

