



*Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii
w Olsztynie*

Olsztyn, dnia 26.08.2019 r.

**Do wszystkich
uczestników postępowania**

ZPZ-38/06/19 Przetarg nieograniczony na dzierżawę aparatury oraz dostawę odczynników i przeciwciał do badań IHC/ISH

W związku z zapytaniami uczestników postępowania na dzierżawę aparatury oraz dostawę odczynników i przeciwciał do badań IHC/ISH, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 1 oraz ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

Pytanie nr 1

Pakiet nr 2, tabela nr 2, pkt. 42

Czy Zamawiający miał na myśli klon DE-R-11 przeciwciała Desmin oraz przeciwciała DOG1 klon SP31.?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje w formularzu cenowym i parametrów technicznych i użytkowych w pakiecie nr 2 tabela 2 pkt. 42, który otrzymuje brzmienie: DE-R-11 przeciwciała Desmin, jednocześnie dodaje się pkt. 42a o brzmieniu: przeciwciała DOG1 klon SP31. Patrz: zmodyfikowany formularz cenowy i parametrów technicznych i użytkowych.

Pytanie nr 2

Pakiet nr 2, tabela nr 2, pkt. 82

Czy Zamawiający miał na myśli klon SP11 przeciwciała Synaptophysin?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje w formularzu cenowym i parametrów technicznych i użytkowych w pakiecie nr 2 tabela 2 pkt. 82, który otrzymuje brzmienie: klon SP11 przeciwciała Synaptophysin. Patrz: zmodyfikowany formularz cenowy i parametrów technicznych i użytkowych.

Pytanie nr 3

Pakiet nr 1, tabela nr 2, pkt. 66 i 69

Czy Zamawiający miał na myśli dwa różne przeciwciała o klonach AE1 i AE3, przeciwciała o klonie AE1/AE3 zaferujemy w pozycji 69.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje formularz cenowy i parametrów technicznych i użytkowych, w ten sposób, iż wykreśla poz. 66 w tabeli nr 2 w pakiecie nr 1. Patrz: zmodyfikowany formularz cenowy i parametrów technicznych i użytkowych.

**Z-ca Dyrektora
d/s Techniczno-Logistycznych
Mariusz Moczulski**

W załączeniu
Zmodyfikowany formularz cenowy i parametrów technicznych

Sporządził w 1 egz. – MM
Egz. nr 1 - a/a
Otrzymują: uczestnicy postępowania /
zamieszczono na stronie internetowej SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie