



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87; 52/354-56-26; centrala tel./fax 52/354-55-00

Inowrocław, dnia 11.09.2020r

Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu



EZP 368/2020

dot. przetargu nieograniczonego nr D-40/2020 na dostawy sprzętu j.u. do kardiologii inwazyjnej dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

W odpowiedzi na pytania z dnia 11 września 2020 roku dotyczące oświadczeń zawartych w SIWZ p.VIa, oraz we wzorze oferty p.D 15,16,17. Zamawiający podaje poniżej ich treść:

- oświadczenie o posiadaniu wpisu lub zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania (nie dotyczy klasy wyrobu medycznego I i IIa pod warunkiem, że pierwsze jego wprowadzenie nastąpiło w innym niż Polska kraju Unii Europejskiej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2020 poz. 186))
- Oświadczenie o posiadaniu Deklaracji zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego)
- Oświadczenie o posiadaniu Certyfikatu jednostki notyfikowanej (nie dotyczy klasy wyrobu I). Certyfikat CE musi być zawierać numer CE i pełne dane jednostki notyfikowanej.
- oświadczenie o terminie ważności przedmiotu zamówienia (minimum 12 miesięcy i rękojmi 24m-ce),
- oświadczenie, w którym Sprzedający zobowiązuje się do przedłożenia próbek zaoferowanego asortymentu na każde żądanie Zamawiającego podczas badania ofert oraz dokumentów wymienionych w ppkt. a, b, c najpóźniej przed podpisaniem ewentualnej umowy.

Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Powyższe oświadczenia Wykonawca może zawrzeć we wzorze oferty lub na osobnym dokumencie.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z art.87 ust.2 pkt.1 dokonał poprawki oczywistej omyłki pisarskiej, z uwzględnieniem konsekwencji dokonanych poprawek.

SIWZ VIa, Wzór oferty p.D2 Jest:

oświadczenie o terminie ważności przedmiotu zamówienia (minimum 12 miesięcy)

Winno być:

oświadczenie o terminie ważności przedmiotu zamówienia (minimum 12 miesięcy i rękojmi 24m-ce)

Zastępca Dyrektora
ds. ekonomiczno-finansowych
Główny Księgowy
Joanna Brzek
mgr Joanna Brzek

