



Nr sprawy 31/2022

Olsztyn, dn. 25 listopada 2022 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa łóżek szpitalnych wraz z wyposażeniem.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników postępowania.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko (8 szt.) bez sterowania nożnego wysokości leża?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

2. Czy Zamawiający dopuści łóżko (22 szt.) z regulacją wysokości leża w zakresie 380 – 820 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Podany zakres regulacji byłby odpowiedni dla łóżka, jakie chcielibyśmy zaoferować, na kołach o średnicy 125 mm. Zamawiający określił średnicę kół min. 150 mm, w związku z czym uprzejmie prosimy o dopuszczenie tej różnicy, wynikającej z rozmiaru zastosowanych kół?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

3. Czy Zamawiający dopuści łóżko (22 szt.) ze sterowaniem w barierkach bocznych od strony wewnętrznej z dostępną tam funkcją pozycji siedzącej zamiast anty-Trendelburga (funkcja ta nadal korzysta z przechyłu wzdłużnego)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

4. Czy Zamawiający dopuści łóżko (22 szt.) z układem elektrycznym spełniającym wymagania IPX4? Jeśli Zamawiający nie planuje myć łóżek w wielkogabarytowych myjniach automatycznych, nie zachodzi konieczność stosowania układu elektrycznego spełniającego wymagania IPX6, poziom IPX4 zapewni odpowiedni i wysoki poziom wymagań wobec układu elektrycznego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

5. Czy Zamawiający dopuści łóżko (22 szt.) z przewodem zasilającym prostym, nie skrętnym, co nie ma wpływu na funkcjonalność łóżka?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia zgodnie z SWZ.

Informacja przeznaczona do publikacji na stronie internetowej postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/usk_olsztyn/proceedings