

Wszyscy Wykonawcy

Na podstawie Art. 284 ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r w nawiązaniu do SWZ dotyczącej postępowania w trybie podstawowym dostawę aparatu USG z wyposażeniem dla ZOZ „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie nr sprawy: EK-ZZ/ZP.261.05.D.2022, odpowiadamy na pytania Wykonawców:

Dotyczy Kardiotokografu do monitorowania ciąży bliźniaczej

Pytanie 1. Pytanie 1 (dotyczy tabela OPZ pkt 7). Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu KTG bez pokrętła.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 2 (dotyczy tabela OPZ pkt 8)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu KTG bez składanego ekranu z możliwością regulacji pochylenia ekranu 0-60 [stopni]

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 3 (dotyczy tabela OPZ pkt 9)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu KTG z ekranem o przekątnej 8,4”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 4 (dotyczy tabela OPZ pkt 10)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu KTG bez wyboru różnych kolorów tła.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 5 (dotyczy tabela OPZ pkt 14)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu KTG bez możliwość ustawienia skali wyświetlania trendów FHR: 30-240 [bpm] oraz 50-210 [bpm].

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 6 (dotyczy tabela OPZ pkt 16)

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie głowic cardio o stopniu wodoodporności IPX7.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 7 (dotyczy tabela OPZ pkt 20)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenia natężenia fali $\leq 1 \text{ mW/cm}^2$

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 8 (dotyczy tabela OPZ pkt 21)

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie głowic toco o stopniu wodoodporności IPX7.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 9 (dotyczy tabela OPZ pkt 28)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu KTG z możliwością ustawienia zakresu alarmu dla

bradykardii i tachykardii, ale bez ustawienia kroku.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 10 (dotyczy tabela OPZ pkt 29)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu KTG z możliwością ustawienia opóźnienia alarmu bradykardii, tachykardii oraz utraty sygnału, ale bez ustawienia kroku

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 11 (dotyczy tabela OPZ pkt 30)

Prosimy Zamawiającego o odstąpienia od wymogu możliwość wyłączenia dźwięku alarmu na czas 1, 2, 3 [min] oraz na stałe.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 12 (dotyczy tabela OPZ pkt 40)

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu współpracy z Systemami Nadzoru Okołoporodowego firm: EDAN, Huntleigh, Philips

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 13 (dotyczy tabela OPZ pkt 41)

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu współpracy z telemetrią płodową o zasięgu obu głowic cardio min. 100 metrów. Prosimy Zamawiającego o zastanowienie się czy tak duża możliwość odejścia pacjentki od telemetrii jest mu naprawdę potrzebna.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Z poważaniem