

Konin, dnia 22.12.2021 roku

WSZ-EP-42/1213/2021

**Wykonawcy zainteresowani postępowaniem/
strona internetowa prowadzonego postępowania**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „Dostawa wyrobów medycznych”, nr sprawy **WSZ-EP-42/2021**

Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ – nr 11

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ”.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pakiet 20 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie produktu o poniższych parametrach Bezigtowy, dwukierunkowy, samozamykający się zawór z gładką powierzchnią, łatwą do dezynfekcji - nasadka zabezpieczająca ostrze nakłuwające (polietylen) - dwa boczne stabilizatory blokujące ostrze nakłuwające (poliwęglan) - filtr hydrofobowy 0,2 mikrona (PTFE) z zabezpieczającą obudową (poliwęglan, ABS) - możliwość przechowywania fiolki z systemem dostępowym do 28 dni - przestrzeń martwa: 0,14ml - szybkość przepływu: 185 ml/min - wolny od lateksu i części metalowych - Kompatybilny ze strzykawką luer lock przyrząd do bezpiecznego przechowywania i aspiracji leków do 28 dni.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, zgodnie z SWZ.