

Nr sprawy: ZOZ.V.010/DZP/58/22

Sucha Beskidzka, dnia 30.06.2022r.

Dotyczy: Postępowania przetargowego Dostawa sprzętu medycznego (szyna rehabilitacyjna, pompy infuzyjne, materac ogrzewający pacjenta, laser na statywie, aparat KTG, aparat do magnetoterapii, insuflator, holter ciśnieniowy, holter do pomiaru KTG, pojemniki sterylizacyjne, wózek do transportu zwłok, autoklaw)

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytanie:

**1. Pytanie dotyczy Pakietu nr. 5 pkt. 1**

Czy Zamawiający dopuści po postępowania najnowocześniejsze rozwiązanie, polegające na dostarczeniu kardiogramu z kolorowym, dotykowym ekranem TFT pochylanym o przekątnej >12 cali? Niezrozumiały jest dla nas zapis ograniczający wielkość ekranu dotykowego (jednocześnie ograniczający konkurencje) tylko do 6 - 9 cala.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**2. Pytanie dotyczy Pakietu nr. 5 pkt. 2**

Zamawiający wymaga sterowania aparatem wyłącznie za pomocą ekranu dotykowego, przy awarii ekranu obsługa aparatu staje się niemożliwa. Zatem czy Zamawiający dopuści do postępowania nowocześniejsze rozwiązanie - aparat obsługiwany zamiennie zarówno przez ekran dotykowy jak i pokrętko oraz przyciski funkcyjne? Zgodnie z powyższym parametr zaproponowany przez Zamawiającego jest nielogiczny i nasuwa się przypuszczenie, że jest to omyłka pisarka, a nie celowe ograniczanie konkurencji.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**3. Pytanie dotyczy Pakietu nr. 5 pkt. 11 oraz 16**

Zamawiający wymaga możliwość monitorowania bliźniaków po podłączeniu drugiej głowicy Cardio, pragniemy zauważyć iż taka możliwość występuje jedynie w aparatach konstrukcyjnie (fabrycznie) przystosowanych do ciąży bliźniaczej, tym samym standardowe wyposażenie takiego aparatu to 2x przetworniki Cardio i 1x przetwornik TOCO. Tym samym prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego iż wymaga nie zdekompletowanego aparatu KTG o 1x przetwornik Cardio do ciąży bliźniaczej.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**4. Pytanie dotyczy Pakietu nr. 5 pkt. 7**

Czy Zamawiający dopuści po postępowania aparat z częstotliwością powtarzania 2kHz?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**5. Pytanie dotyczy Pakietu nr. 5 pkt. 10 oraz 15**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiogram bez funkcji monitorowania tętna matki oraz ostrzegania w przypadku monitorowania tętna matki za pomocą głowicy US weryfikacja międzykanałowa?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**6. Pytanie dotyczy Pakietu nr. 5 pkt. 10 oraz 15**

W związku z wymogiem, aby aparat posiadał funkcje monitorowania tętna matki oraz funkcję ostrzegania w przypadku monitorowania tętna matki za pomocą głowicy US weryfikacja międzykanałowa, prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego wymogu, aby dostarczony aparat monitorował też pozostałe parametry życiowe matki (EKG, SPO2, NIBP, TEMP).

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**7. Pytanie dotyczy Pakietu nr. 5 pkt. 12**

Zgodnie z obecnym zapisem Zamawiający nie planuje zakupu kardiogramu do ciąży trojaczej, a jedynie wymaga możliwości rozbudowy. Rozbudowa o taką funkcję już po zakupie aparatu jest na tyle kosztowna, że może przekroczyć wartość aparatu, przez co aparat nigdy nie zostanie rozbudowany do funkcji monitorowania ciąży trojaczej. W związku z powyższym zwracam się z prośbą o dopuszczenie kardiogramu bez możliwości rozbudowy o monitorowanie ciąży trojaczej.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**8. Pytanie dotyczy Pakietu nr. 5 pkt. 17**

Czy Zamawiający uzna ten parametr za spełniony w przypadku, gdy aparat posiada jednakowe gniazda przetworników (głowic) Cardio oraz osobne na głowicę TOCO i automatycznie rozpoznaje podpięcie głowicy? Pragniemy zauważyć iż w codziennej pracy z kardiogramem nie przepina się głowic przewodowych, a parametr nie ma żadnej wartości diagnostycznej ma jedynie na celu ograniczenie konkurencji.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**9. Pytanie dotyczy Pakietu nr. 5 pkt. 19**

Czy Zamawiający uzna ten parametr za spełniony w przypadku, gdy wodoszczelność przetworników (głowic) posiada najwyższy z możliwych stopień ochrony IPX8?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**10. Pytanie dotyczy Pakietu nr. 5 pkt. 19**

Czy Zamawiający uzna ten parametr za spełniony w przypadku, gdy przetworniki Cardio i Toco posiadają identyfikację w postaci optycznego elementu innego niż dioda led?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**11. Pytanie dotyczy Pakietu nr. 5 pkt. 19**

Prosimy o wyjaśnienie przez Zamawiającego jaką wartość diagnostyczną spełnia optyczny element sygnałowy – dioda led na przetwornikach Cardio oraz Toco.



**Odp. Element sygnałowy- dioda LED służy do identyfikacji głowicy.**

**12. Pytanie dotyczy Pakietu nr. 5 pkt. 35**

Czy Zamawiający dopuści po postępowania kardiogram, którego wydruk badania dodatkowo zawiera min.:

- Imię i nazwisko pacjentki,
- Numer identyfikacyjny pacjentki,
- Godzina, minuta, sekunda, data,
- Prędkość wydruku,

**Odp. Zamawiający nie wyrażą zgody.**

**13. Pytanie dotyczy Pakietu nr. 5**

Pragniemy zauważyć iż każdy aparat KTG w standardzie wyposażony jest w zasilanie bateryjne, które umożliwi pracę aparatu przy awarii zasilania. Zatem czy Zamawiający wymaga zasilania bateryjnego pozwalającego na pracę aparatu bez zasilania przez  $\geq 2h$ ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

z poważaniem:

Z-ca Dyrektora  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Spółce Beskidzkiej  
mgr Janusz Baczewski

Kierownik  
Działu Zamówień Publicznych  
mgr Sabina Steczek