

Monitor klasy medycznej Screeni

(Producent: Axess Vision Technology S.A.S.; The Surgical Company Group)



Specyfikacja techniczna produktu – monitor do bronchofiberoskopu Screeni :

Monitor z jednostką dokumentacji, ekran LCD 10-11 cali, kolorowy, dotykowy, rozdzielczość wyświetlacza HD, zasilanie sieciowe lub z wewnętrznego akumulatora, czas pracy na akumulatorze 3 godz, możliwość zapisywania filmów i zdjęć, wbudowana pamięć minimum 16GB, złącze USB umożliwiające transfer plików do przenośnej pamięci, uchwyt umożliwiający zamocowanie monitora na statywie - stojaku (np. do kroplówek), dwa uchwyty do podwieszenia opakowań fiberoskopów.

Nr kat. 30030000
(pakowane pojedynczo)