

Numer referencyjny postępowania:
ZP.272.15.2024

Pruszków, dnia 10 października 2024 roku

**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320), w trybie podstawowym bez negocjacji, na zadanie pod nazwą: „**Pełna opieka serwisowa tomografu komputerowego FCT SPEEDIA FUJIFILM**”.

Odpowiedź na pytania w sprawie SWZ nr 2

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320), – zwanej dalej „Ustawą Pzp.”, Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ”. Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

Treść pytania nr 1:

Dotyczy załącznika nr 5 do SWZ – projekt umowy par. 3 ust. 3

tj. „Reakcja serwisu (czas reakcji) na zgłoszenie usterek lub awarii urządzeń, rozumiana jako wykonanie przez serwisanta diagnostyki urządzeń, nastąpi nie później niż w ciągu godzin w dni robocze. Diagnostyka musi zostać dokonana przez wykwalifikowanego przedstawiciela Wykonawcy, w miejscu użytkowania urządzenia.”*

Prosimy o modyfikację treści paragrafu 3 ust. 3 w następujący sposób:

„Reakcja serwisu (czas reakcji) na zgłoszenie usterek lub awarii urządzeń, rozumiana jako wykonanie przez serwisanta diagnostyki urządzeń, nastąpi nie później niż w ciągu godzin w dni robocze. Diagnostyka musi zostać dokonana przez wykwalifikowanego przedstawiciela Wykonawcy, w miejscu użytkowania urządzenia lub zdalnie (zgodnie z wyborem wykonawcy). Próbę wykonania diagnostyki zdalnej (połączenie z jednostką) strony uznają za dopełnienie wywiązania się z deklarowanego czasu reakcji.”*

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dokonuje modyfikacji § 3 ust. 3 Załącznika nr 5 do SWZ, który otrzymuje brzmienie:

„Reakcja serwisu (czas reakcji) na zgłoszenie usterek lub awarii urządzeń, rozumiana jako wykonanie przez serwisanta diagnostyki urządzeń, nastąpi nie później niż w ciągu godzin w dni robocze. Diagnostyka musi zostać dokonana przez wykwalifikowanego przedstawiciela Wykonawcy, w miejscu użytkowania urządzenia lub zdalnie (zgodnie z wyborem wykonawcy). Próbę wykonania diagnostyki zdalnej (połączenie z jednostką) strony uznają za dopełnienie wywiązania się z deklarowanego czasu reakcji.”*

Zmianie ulega:

1) pkt XII ppkt 3 SWZ, który otrzymuje brzmienie:

„Termin składania ofert upływa dnia 14 października 2024 roku o godz. 09:00.”

2) pkt XIV SWZ, który otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca jest związany ofertą do dnia 13 listopada 2024 roku.”

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.