



Poznań, dnia 21.11.2023r.

Oznaczenie sprawy: TP-135/23

Uczestnicy postępowania
prowadzonego w trybie podstawowym
na dostawę lamp do fototerapii

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych poniżej zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Poz. 6

Czy Zamawiający dopuści Lampę materacykową naświetlaną dołem, źródło światła z powierzchnią oświetlającą, połączone za pomocą elastycznego węża ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Poz. 7

Czy Zamawiający dopuści źródło światła: diody LED o długości fal 400-500 nm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Poz. 8

Czy Zamawiający dopuści hałas w paśmie akustycznym < 40 dB

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Poz. 9

Czy Zamawiający dopuści max natężenie na dwóch poziomach powierzchni skóry pacjenta - 40 $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$ oraz 58 $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Poz. 10

Czy Zamawiający dopuści obszar emisji światła od dołu 17x27cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.





Poz. 11

Czy Zamawiający dopuści obszar efektywnego naświetlania min. 459 cm²

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Poz. 12

Czy Zamawiający dopuści Szerokość x długość x wysokość (panel lampy):17 cm x 18 cm x 19 cm ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Podpis Zamawiającego

