

Konin, 25.09.2023r.

WSZ-EP-32/1096/2023

**Wykonawcy zainteresowani postępowaniem/
strona internetowa prowadzonego postępowania****Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, o wartości mniejszej niż progi unijne, na zadanie pod nazwą: „Dostawa zestawów do oznaczeń autoimmunologicznych i alergii wraz z materiałami zużywalnymi oraz dzierżawą sprzętu niezbędnego do wykonywania badań” (nr sprawy: WSZ-EP-32/2023).

Zamawiający informuje, iż do ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku z powyższym działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą Pzp.”, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

1. Czy Zamawiający omyłkowo pozostawił zapis, w opisie przedmiotu zamówienia w pozycji 1, o wymogu zaproponowania zestawów szkiełek z 3 polami, skoro w formularzu cenowym wymagane są jedynie szkiełka z 5 polami ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w Opisie przedmiotu zamówienia w poz. 1 nastąpiła omyłka i Zamawiający wymaga szkiełek z 5 polami.

W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia w poz. 1.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 3 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w dzierżawę kołysek oraz komputera, a także materiałów zużywalnych, które nie są wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w dzierżawę kołysek oraz komputera, a także materiałów zużywalnych, które nie są wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.

3. Czy Zamawiający dopuści mikroskop do immunofluorescencji pośredniej, rocznik 2010, będący na wyposażeniu Zamawiającego, o następujących parametrach:

Napięcie sieciowe	
Moc wyjściowa	12V
Napięcie	100 do 240 V
Zakres napięcia sieciowego	automatyczna konwersja napięcia
Źródło światła UV:	
Lampa diodowa typu LED	

Długość fali źródła światła	460.- 490 nm
Moc	Min 5 W
Stałe źródło światła 460-490 nm	Min 25 lumenów
Żywotność	50 000 h
Klasyfikacja lasera	2M
Wskaźnik pogorszenia jakości światła	Alarm akustyczny
Ustawienia filtrów dla metody FITC	
Filtr wzbudzający /Filtr emisyjny	450-490 nm/515nm
Filtr rozpraszający	510 nm
Elementy mechanizmu optycznego	
Obrotowe ramię do zmiany obiektywów	Manualne , minimum 4 pozycje
Obiektyw 1	A-Plan 20 x / 0.45
Obiektyw 2	A -Plan 40 x / 0. 65
Okular	PL 10 x/ 20 Br. i PL10x/ 20 Br.
Tuba dwuokularowa, ergonomiczna	30° /20
Wyposażenie dodatkowe	
Pokrowiec na mikroskop	Tak

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia w poz. 10.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 3 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.