



D/10/2020

L.dz. DZP: 432/2020

Opole, 19.05.2020 r.

**Do:  
Uczestnicy postępowania  
o udzielenie zamówienia  
publicznego**

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia udzielonego jako część zamówienia, określonego w Planie Zamówień Publicznych Zamawiającego, o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwaną dalej „ustawą”, pn.: **Zakup aparatury medycznej na potrzeby dydaktyczne Kierunku Lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego.**

Działając w trybie art. 38 ustawy, Zamawiający udziela wyjaśnień do złożonych zapytań dotyczących przedmiotowego postępowania.

**1. Pytanie**

Część nr 2:

Dotyczy wirówko-vortexu (1 szt.):

- a) Czy dopuszczają Państwo timer 1 sek. – 30 min. ? Urządzenie o podanej przez Państwa specyfikacji nie ma możliwości ustawienia timera do 99 minut - zgodnie z informacją na stronie internetowej producenta.
- b) Czy dopuszczają Państwo zewnętrzny zasilacz 24V DC? Urządzenie o podanej przez Państwa specyfikacji nie jest wyposażone w zasilacz zewnętrzny 12VDC - zgodnie z informacją na stronie internetowej producenta.

**Odpowiedź**

**NIE**

**2. Pytanie**

Część nr 2:

Dotyczy wytrząsarki środowiskowej:

- a) Czy dopuszczają Państwo średnicę orbity 20 mm?
- b) Czy dopuszczają Państwo wymiary wewnętrzne (cm): szer. 46 x gł. 40 x wys. 31 przy spełnieniu pozostałych wymagań?
- c) Czy Zamawiający dopuszcza platformę uniwersalną do montażu różnego typu szkła, bez poprzeczek, przystosowaną do stosowania uchwytów sprężynowych/zaciskowych na różne typy szkła?
- d) Czy Zamawiający dopuszcza rejestrator parametrów środowiskowych procesu inkubacji z oprogramowaniem wykorzystującym technologię Bluetooth w celu transmisji wyników do komputera zewnętrznego?

**Odpowiedź**

**NIE**

**3. Pytanie**

Część nr 2:

Dotyczy termobloku z wytrząsaniem i chłodzeniem:

Czy Zamawiający dopuszcza termoblok bez platformy wrotksującej o zakresie prędkości nie mniejszej niż od 500 do 3000 obr/min, ponieważ jest to zakres prędkości większy, niż wymagany dla samego termobloku ?

**Odpowiedź**  
**NIE**

**4. Pytanie**

Część nr 2:

Dotyczy termobloku suchego:

Czy Zamawiający dopuszcza jednorodność temperatury w bloku  $\pm 0,1$  st.C przy temp. +37st.C, bez potwierdzenia jednorodności temperatury przy temperaturze +70 st.C ? Producent termobloku nie podaje informacji o jednorodności temperatury w bloku przy temperaturze +70 st.C.

**Odpowiedź**  
**NIE**

**5. Pytanie**

Część nr 2:

Dotyczy komory PCR:

- a) Czy dopuszczają Państwo wymiary powierzchni roboczej  $650 \times 475$  mm ?
- b) Czy dopuszczają Państwo wbudowaną lampę światła białego o mocy 15W ?
- c) Czy dopuszczają Państwo wymiary zewnętrzne szer. 70 cm x gł. 58 cm x wys. 55,5 cm?
- d) Czy dopuszczają Państwo wymiary mobilnej podstawy z półką 80 cm x 60 cm x 75 cm ?

**Odpowiedź**  
**TAK**

**6. Pytanie**

Część nr 1:

Aparat do elektroforezy pionowej z modułem do transferu na mokro i systemem do wylewania żeli

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby poj. buforu wynosiła min. 700mL przy elektroforezie dwóch żelach i max. 1 L przy elektroforezie 4 żeli?

**Odpowiedź**  
**TAK**

**7. Pytanie**

Część nr 1:

Aparat do elektroforezy pionowej z modułem do transferu na mokro i systemem do wylewania żeli

Czy Zamawiający dopuszcza, aby zestaw do wylewania żeli wyposażony był w 5 szt. grzebieni 15-zębowych o grubości 1.0 mm zamiast po 1 szt. grzebieni (15- i 20- zębowych) o grubości 1,5 mm?

**Odpowiedź**  
**TAK**

W związku z treścią udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi na zapytania Wykonawców oraz w nawiązaniu do zapisów art. 12a ust. 2 pkt. 1 ustawy, dotychczasowy **termin składania ofert pozostaje ten sam**, tj.: **18.06.2020** r. Składanie ofert: do godziny 10:00, poprzez platformę zakupową: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/344273>. Otwarcie ofert: godzina 10:30, miejsce: Uniwersytet Opolski, Dział Zamówień Publicznych, 45-040 Opole, Pl. Kopernika 11A, pokój nr 3 – *za pośrednictwem platformy zakupowej*.

Zgodnie z pkt. 12.13 SIWZ jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

**KIEROWNIK**  
**Działu Zamówień Publicznych**

*mgr Marcin Czura*