



Nasz znak: ZOZ.V.010/DZP/23/19

Sucha Beskidzka, dnia 17.05.2019r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.:

**Dostawę sprzętu medycznego dla oddziału Neonatologicznego oraz Ginekologiczno -
Położniczego wraz z Blokiem Porodowym (III)**

w ramach Projektu o numerze RPMP.12.01.03-12-0629/17 pn. „Kompleksowa modernizacja i wyposażenie oddziałów szpitalnych ZOZ Sucha Beskidzka – Dziennego Chemioterapii Onkologicznej, Neonatologicznego oraz Ginekologiczno – Położniczego wraz z Blokiem Porodowym” złożony w postępowaniu konkursowym nr RPMP.12.01.03-IZ.00-12-031/17 ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) do Działania 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałania 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

Pakiet nr 5

Pkt. 7

Prosimy o dopuszczenie urządzenia z zasilaniem sieciowym 230V AC, 50/60Hz

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pkt. 8

Prosimy o odstąpienie od wymogu zasilania bateryjnego

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pkt. 16

Prosimy o dopuszczenie jednostki kontrolnej z wyświetlaczem, na którym pojawiają się komunikaty alarmowe w j. polskim.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pkt.17

Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający ma na myśli pisząc o trybie pracy urządzenia?

Odp. Zamawiający miał na myśli status pracy urządzenia w danym momencie.

Pkt. 24

Prosimy o dopuszczenie urządzenia, który posiada niezależne zabezpieczenie w postaci odcięcia ogrzewania przy przekroczeniu rzeczywistej temperatury 44°C

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pkt. 25

Prosimy o dopuszczenie urządzenia z alarmami: wysokiej temperatury, odchylenia temperatury (+1,5°C od ustawionej temperatury), nieprawidłowego podłączenia maty, braku zasilania

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pkt. 29

Prosimy o dopuszczenie jednostki kontrolnej o wadze 5,5kg

Odp. Zamawiający dopuszcza. Parametr oceniany.

Pkt. 30

Prosimy o dopuszczenie jednostki kontrolnej o maksymalnej mocy 350W

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pkt. 33, 34

Prosimy o wyspecyfikowanie, czy Zamawiający oczekuje zaoferowania kocy czy materacy, z uwagi na to, że materace posiadają wbudowaną piankę o właściwościach przeciwoleżynowych, a koce są nieco szersze.

Jeśli Zamawiający oczekuje maty grzewczej o wymiarach 150 x 50 cm prosimy o dopuszczenie materaca o oczekiwanej wielkości, bez pianki przeciwoleżynowej lub prosimy o dopuszczenie kocy o wymiarach: 150 x 80 cm.

Prosimy o podanie, czy do kontrolki grzewczej Zamawiający oczekuje jednej czy dwóch mat w komplecie?

Zamawiający dopuszcza maty 150x80 cm. Jedna mata w komplecie.

Pkt. 36

Prosimy o odstąpienie od parametru. . Ze względów bezpieczeństwa nie powinno się użytkować uszkodzonego sprzętu medycznego. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie rozwiązania posiadającego wbudowany system monitorowania parametrów pracy materaca grzewczego, wraz z systemem alarmów informujących o nieprawidłowościach w pracy, zapewniającym odcięcie zasilania materaca w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w działaniu

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pkt. 42

Prosimy o dopuszczenie kabla o długości 3 m.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pkt. 49

Prosimy o dopuszczenie systemu grzewczego działającego w warunkach wilgotności 30-70%

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Aparat do ogrzewania płynów

Pkt. 56

Prosimy o dopuszczenie urządzenia bez uchwytu

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pkt. 57

Prosimy o dopuszczenie jednopacjentowych kartridży z zestawem przedłużającym długości 20 cm; czas użycia 24 godziny z możliwością podłączenia do dowolnego zestawu infuzyjnego ze standardowym łącznikiem luer; 20 szt. (wkładów) kartridży / aparat

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pkt. 58, 59

Prosimy o dopuszczenie temperatury grzania na wyjściu na poziomie +36°C do +41°C przy przepływie do 150 ml/min, potwierdzonej w instrukcji

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pkt. 61

Prosimy o dopuszczenie urządzenia z przyciskiem „on/off” oraz regulacją prędkości przepływu.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

pkt. 62,63

Prosimy o dopuszczenie urządzenia składającego się z jednostki zasilającej o wadze 1,34 kg i wymiarach 81x215x45 mm z możliwością zamocowania na stojaku do kroplówek oraz elementu podgrzewacza o wymiarach 59 x 126 x 37 mm i wadze 120 g

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pkt. 64

Prosimy o dopuszczenie ochrony IPX1, klasa I BF

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pkt. 66

Prosimy o dopuszczenie urządzenia spełniającego normę EN 60601-1-2, klasa I BF

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pkt. 67

Prosimy o dopuszczenie urządzenia, wykonującego autotest po włączeniu, bez sygnalizacji dźwiękowej

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pkt. 68

Prosimy o dopuszczenie alarmu niskiej temperatury przy uruchamiającego się przy temperaturze 33°C

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pkt. 68

Prosimy o dopuszczenie 3 stopniowego systemu zabezpieczeń przed przegrzaniem: alarm 43°C, odcięcie zasilania 46°C, odcięcie zasilania 55°C

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pkt. 71, 72

Prosimy o dopuszczenie temperatury grzania ustalonej na stałym poziomie zapewniającym uzyskanie temperatury wyjściowej płynu na poziomie +36°C do +41°C przy przepływie do 150 ml/min

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pkt. 73

Prosimy o dopuszczenie 20 szt. jednopacjentowych kartidży, z zestawem przedłużającym długości 20 cm

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem:

*Z-ca DYREKTORA
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Suchoj Beskidzkiej*

mgr Janusz Baczewski

