

Kraków, 09.05.2023 r.

DZ.271.33.469.2023

Dział Zamówień Publicznych

tel. 0-12 614 34 84

e-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl

dotyczy: postępowania DZ.271.33.2023 – Wyposażenie oddziałów, pracowni i bloków operacyjnych Szpitala w specjalistyczne urządzenia diagnostyczne i pomocnicze do prowadzenia leczenia pacjentów

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80 w Krakowie, powiadamia zainteresowane strony, że w związku z ww. postępowaniem, zostały zadane następujące pytania:

[PAKIET I - Głowica liniowa do posiadanego przez Zamawiającego aparatu VIVID T8 PRO - 1 sztuka](#)

Pytanie 1.

Warunki gwarancji i serwisu: pkt 13 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację czasu przystąpienia do naprawy na max. 72 godziny w dni robocze (od poniedziałku do piątku, bez sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy) od zgłoszenia konieczności naprawy?

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2.

Warunki gwarancji i serwisu: pkt 14 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację czasu naprawy na: „max. 14 dni roboczych (od poniedziałku do piątku, bez sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy od daty zgłoszenia konieczności naprawy”?

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

[PAKIET II - Głowica przezprzelykowa \(TEE\) do posiadanego przez Zamawiającego aparatu VIVID S6 - 1 sztuka](#)

Pytanie 3.

Warunki gwarancji i serwisu: pkt 11 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację czasu przystąpienia do naprawy na max. 72 godziny w dni robocze (od poniedziałku do piątku, bez sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy) od zgłoszenia konieczności naprawy?

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 4.

Warunki gwarancji i serwisu: pkt 12 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację czasu naprawy na: „max. 14 dni roboczych (od poniedziałku do piątku, bez sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy od daty zgłoszenia konieczności naprawy”?

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.



PAKIET IV - Głowica sektorowa do posiadanego przez Zamawiającego aparatu VIVID S60 - 1 sztuka

Pytanie 5.

Warunki gwarancji i serwisu: pkt 13 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację czasu przystąpienia do naprawy na max. 72 godziny w dni robocze (od poniedziałku do piątku, bez sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy) od zgłoszenia konieczności naprawy?

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 6.

pkt 14 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację czasu naprawy na: „max. 14 dni roboczych (od poniedziałku do piątku, bez sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy od daty zgłoszenia konieczności naprawy)?”

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

PAKIET VI - Moduł do NMT do posiadanych kardiomonitorów serii Lifescope prod. Nihon Kohden - 1 sztuka

Pytanie 7.

Dotyczy pakietu nr VI - Moduł do NMT do posiadanych kardiomonitorów serii Lifescope prod. Nihon Kohden - 1 sztuka, pkt 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny nie powystawowy z rokiem produkcji 2022?

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 8.

Dotyczy pakietu nr VI - Moduł do NMT do posiadanych kardiomonitorów serii Lifescope prod. Nihon Kohden - 1 sztuka, pkt 5

Czy doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający miał na myśli moduł NMT AF-101P, dedykowany do wyświetlania parametrów w kardiomonitorach Nihon Kohden, serii: LifeScope (TR, G5, G7) lub BSM-3500?

Odp.: TAK, Zamawiający informuje, że doszło do oczywistej omyłki pisarskiej i miał na myśli moduł NMT AF-101P, dedykowany do wyświetlania parametrów w kardiomonitorach Nihon Kohden, serii: LifeScope (TR, G5, G7) lub BSM-3500.

Pytanie 9.

Dotyczy pakietu nr VI - Moduł do NMT do posiadanych kardiomonitorów serii Lifescope prod. Nihon Kohden - 1 sztuka, pkt 11

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania oryginalny moduł NMT producenta kardiomonitorów Nihon Kohden o zakresie impulsów wyjściowych: 200 μ s \pm 30% lub 300 μ s \pm 30%?

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

PAKIET VII - Szafa do jałowego przechowywania endoskopów - 1 sztuka

Pytanie 10.

Pakiet VII pkt. 26

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w pkt. 26: „wewnętrzne powierzchnie oferowanej szafy wykonane z materiałów przeznaczonych do optymalnego czyszczenia” Na zapis następującej treści: „wewnątrz szafy zaokrąglone naroża i równe powierzchnie w celu zapewnienia skutecznego czyszczenia.”?

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 11.

Pakiet nr VII i VIII

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów w poz. „Warunki gwarancji i serwisu”, pkt. 32 (dla pakietu VII), pkt. 14 (dla pakietu VIII): „gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy.” Na zapis następującej treści: „gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] w dni robocze od zgłoszenia konieczności naprawy.”?

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 12.

Pakiet nr VII pkt. 4, Pakiet nr VIII pkt. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zaoferowany sprzęt był fabrycznie nowy, kompletny, gotowy do użytkowania, pozbawiony wad technicznych i na najwyższym poziomie technologicznym obecnie promowanym na rynku, z gwarancją liczoną od daty instalacji z rokiem produkcji min. 2022?

Pragniemy zapewnić Zamawiającego, iż nasza odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność gwarancyjna, jest niezależna od daty produkcji i jest liczona zawsze od daty instalacji (a instalowany sprzęt jest zawsze fabrycznie nowy). Również nasza odpowiedzialność produktowa pozostaje niezmienna bez względu na szczegółową datę produkcji sprzętu.

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

PAKIET VIII - Przenośne źródło światła - 1 sztuka

Pytanie 13.

Pakiet nr VII i VIII

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów w poz. „Warunki gwarancji i serwisu”, pkt. 32 (dla pakietu VII), pkt. 14 (dla pakietu VIII): „gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy.” Na zapis następującej treści: „gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] w dni robocze od zgłoszenia konieczności naprawy.”?

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 14.

Pakiet nr VII pkt. 4, Pakiet nr VIII pkt. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zaoferowany sprzęt był fabrycznie nowy, kompletny, gotowy do użytkowania, pozbawiony wad technicznych i na najwyższym poziomie technologicznym obecnie promowanym na rynku, z gwarancją liczoną od daty instalacji z rokiem produkcji min. 2022?

Pragniemy zapewnić Zamawiającego, iż nasza odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność gwarancyjna, jest niezależna od daty produkcji i jest liczona zawsze od daty instalacji (a instalowany sprzęt jest zawsze fabrycznie nowy). Również nasza odpowiedzialność produktowa pozostaje niezmienna bez względu na szczegółową datę produkcji sprzętu.

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

PAKIET IX - Wolframowe osłonki na strzykawki do zredukowania dawki promieniowania - 9 sztuk

Pytanie 15.

Dotyczy: pakiet nr 9, Załącznik nr Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, PAKIET IX, pkt 8

8	osłonki wykonane są ze szkła akrylowego o grubości 5 mm i warstwy wolframu o grubości 2 mm, włączając w to okienko ołowiane. Dobrą widoczność zawartości strzykawki w osłonce umożliwia okienko z zamontowaną szybką ołowianą oraz jasne wnętrze osłonki (w kolorze bieli lub zbliżonym)	TAK	-
---	--	-----	---

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie oferty z „wolframowymi osłonkami na strzykawki do zredukowania dawki promieniowania” wykonanymi z warstwy wolframu o grubości 2 mm, nie zawierającymi szkła akrylowego o grubości 5 mm. Przy czym osłonki posiadają wszystkie inne wymienione parametry jak m.in. okienko ze szkła ołowianego. Oferta Wykonawcy z osłonkami zawierającymi dwie warstwy (wolfram +szkło akrylowe) znacznie przeważa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Odp.: TAK, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania „wolframowe osłonki na strzykawki do zredukowania dawki promieniowania” wykonane z warstwy wolframu o grubości 2 mm, nie zawierające szkła akrylowego o grubości 5 mm.

PAKIET XI - Mikroskop laboratoryjny - 1 sztuka

Pytanie 16.

Dotyczy: Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, PAKIET XI - Mikroskop laboratoryjny - 1 sztuka Czy Zamawiający dopuści również sprzęt fabrycznie nowy, nie powystawowy, wyprodukowany w 2022?

Odp.: TAK, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania mikroskop fabrycznie nowy, nie powystawowy, wyprodukowany w 2022.

PAKIET XIII – Zamrażarka do przechowywania osocza krwi - 1 sztuka

Pytanie 17.

PAKIET XIII - Zamrażarka do przechowywania osocza krwi - 1 sztuka 1. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o wymiarach zewnętrznych 670x890x1990 i wymiarach wewnętrznych 570x790x1300 (SzxGxW)?

Odp.: TAK, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania zamrażarkę o wymiarach zewnętrznych 670x890x1990 i wymiarach wewnętrznych 570x790x1300 (SzxGxW).

PAKIET XIV - Artykuły ochrony radiologicznej

Pytanie 18.

Wnosimy o usunięcie z załącznika nr 3, pakietu XIV słowa "nylon" i "nylonowy" ponieważ słowo to jest nazwą konkretnego produktu opatentowanego przez firmę DuPont. Zgodnie z Ustawą przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów.

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 19.

"materiał ochronny z lekkiej dwupierwiastkowej mieszanki bezołowiowej, nie zawierającej metali ciężkich, zapewniający deklarowany poziom ochrony (w [mm] Pb) przy napięciu 60-110 [kV] "

Z powyższego zapisu (dotyczącego materiału wewnętrznego fartuchów i osłon) w pakiecie XIV wnosimy o usunięcie wyrażenia „metali ciężkich” i zastąpienia go wyrażeniem „niezawierający kadmu, rtęci i ołowiu”. Do metali ciężkich można zaliczyć bizmut, który jest podstawowym składnikiem wszystkich dostępnych na rynku mieszanek ochronnych bezołowiowych. Wnosimy więc o zastąpienie tego wyrażenia.

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 20.

Czy Zamawiający w pakiecie XIV dopuści fartuchy i osłony wykonane z materiału zewnętrznego z dzianiny pokrytej poliuretanem, odpornego na uszkodzenia, charakteryzującego się niską reaktywnością chemiczną, wolnego od lateksu i PCV, posiadającego najwyższą odporność na zanieczyszczenia, bakteriostatycznego, przystosowanego do dezynfekcji ogólnymi środkami?

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 21.

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisu odnośnie do materiału wierzchniego fartuchów i osłon. Czy Zamawiający dopuszcza osłony wykonane z materiału wierzchniego gładkiego, łatwozmywalnego (powlekanego poliuretanem) poparte instrukcją konserwacji, kartą techniczną i oświadczeniem producenta odzieży ochronnej? Dodam, iż ten materiał stosowany jest powszechnie przez szpitale w Polsce.

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 22.

pakiet XIV, poz. 1. Fartuchy ochronne typu garsonka typu I - 28 sztuk, pkt. 7 "dopasowanie kamizelki za pomocą elastycznych, nakładających się paneli tylnych, zapinanych elastycznymi pasami na rzepy z przodu" Czy Zamawiający dopuści inne alternatywne sposoby dopasowania kamizelki spełniające te same funkcje np. za pomocą wszytego od wewnętrznej strony elastycznego pasa dopasowującego kamizelkę i odciążającego odcinek lędźwiowy kręgosłupa?

Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 23.

pakiet XIV, poz. 2. Fartuchy ochronne typu garsonka typu II - 3 sztuki, pkt. 7 oraz poz. 4. Kamizelka ochronna - 1 sztuka pkt. 6:

"kamizelka dopasowana za pomocą zapięcia na suwak i rzep"

Czy Zamawiający dopuści alternatywną i wygodniejszą formę dopasowania kamizelki, która oprócz wymaganego zapięcia na rzepy posiada wszyty od wewnętrznej strony elastyczny pas dopasowujący kamizelkę i odciążający odcinek lędźwiowy kręgosłupa? Jest to dużo wygodniejszy sposób dopasowania kamizelki do sylwetki, a co za tym idzie odciążenia kręgosłupa. Zapięcie na suwak, aby spełniało swoją funkcję wymaga, aby rozmiar kamizelki idealnie pasował na użytkownika, jest to niewykonalne w przypadku, gdy kamizelka będzie zakładana przez kilku użytkowników różniących się wymiarami. W przypadku zastosowania elastycznego pasa wewnętrznego lekkie różnice w rozmiarach użytkowników nie stanowią problemu.

Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 24.

1. Fartuchy ochronne typu garsonka typu I, 2. Fartuchy ochronne typu garsonka typu II, 3. Spódnica ochronna - Poz. 6

4. Kamizelka ochronna, 5. Osłony na tarczycę typu I, 6. Osłony na tarczycę typu II, 7. Czapka ochronna - Poz. 5

Prosimy o dopuszczenie materiału zewnętrznego pokrytego poliuretanem, odpornego na uszkodzenia, charakteryzującego się niską reaktywnością chemiczną, wolnego od lateksu i PCV, posiadającego najwyższą odporność na zanieczyszczenia, bakteriostatyczny, przystosowany do dezynfekcji ogólnymi środkami.

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 25.

1. Fartuchy ochronne typu garsonka typu I, 2. Fartuchy ochronne typu garsonka typu II,
3. Spódnica ochronna - Poz. 6
4. Kamizelka ochronna, 5. Osłony na tarczycę typu I, 6. Osłony na tarczycę typu II, 7. Czapka ochronna - Poz. 5

Termin „metale ciężkie” jest nieprecyzyjny i można zaliczyć do niego min. bizmut który jest podstawowym składnikiem wszystkich dostępnych na rynku mieszanek ochronnych bezołowiowych, tym samym prosimy o zmianę terminu „nie zawierający metali ciężkich” na „nie zawierający kadmu, rtęci i ołowiu”

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 26.

1. Fartuchy ochronne typu garsonka typu I -Poz. 7
4. Kamizelka ochronna - Poz. 6

Prosimy o dopuszczenie dopasowania kamizelki za pomocą nakładających się paneli tylnych, zapinanych elastycznymi pasami na rzepy z przodu.

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 27.

1. Fartuchy ochronne typu garsonka typu I - Poz. 9

Fason kamizelki został określony w poz. 7 jako kamizelka dopasowana za pomocą paneli tylnych zapinana na rzepy z przodu. W takim rozwiązaniu występują nakładające się panele tylne i nie występują nakładające się na siebie poły kamizelki. Prosimy tym samym o odstąpienie od wymogu nakładających się na siebie poły kamizelki zapewniających większe ochronę oraz możliwość lepszego dopasowania.

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 28.

2. Fartuchy ochronne typu garsonka typu II - Poz. 9

Fason kamizelki został określony w poz. 7 jako kamizelka dopasowana za pomocą zapięcia na suwak i rzep. W takim rozwiązaniu poły kamizelki są połączone suwakiem a sam suwak zakryty dodatkowym pasem materiału ochronnego zapinany na rzep i nie występują nakładające się na siebie poły kamizelki. Prosimy tym samym o odstąpienie od wymogu nakładających się na siebie poły kamizelki zapewniających większe ochronę oraz możliwość lepszego dopasowania.

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 29.

4. Kamizelka ochronna Poz. 7

Fason kamizelki został określony w poz. 6 jako kamizelka dopasowana za pomocą paneli tylnych zapinana na rzepy z przodu. W takim rozwiązaniu występują nakładające się panele tylne i nie występują nakładające się na siebie poły kamizelki. Prosimy tym samym o odstąpienie od wymogu nakładających się na siebie poły kamizelki zapewniających większe ochronę oraz możliwość lepszego dopasowania.

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 30.

- Osłony na tarczycę typu I - Poz. 8

Prosimy o dopuszczenie stójki o wysokości 50 mm.

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

PAKIET XVI - Mobilny pionizator pacjenta - 1 sztuka

Pytanie 31.

Załącznik nr 3 (Opis przedmiotu zamówienia) Pakiet XVI pkt. 18

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w pilot na którym znajdują się przyciski, min. podnoszenia, obniżania, pionizacji, przechyłów bocznych, a na kolumnie pionizatora znajdują się te same przyciski z wyjątkiem - ze względów bezpieczeństwa - przycisku przechyłów bocznych?

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

PAKIET XVII – Pompy infuzyjne z wyposażeniem

Pytanie 32.

Dotyczy pakietu 17 pozycja 4. Czy Zamawiający zezwoli na wydzielenie z pakietu 17 pozycję 4?

Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 33.

Poz. 30: Czy Zamawiający dopuści urządzenie z okresem gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru 12 miesięcy?

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 34.

Poz. 31: Czy Zamawiający dopuści przeglądy urządzenia zgodnie z zaleceniami Producenta z oświadczeniem potwierdzającym od Wykonawcy?

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

PAKIET XIX - Aparat do EKG - TYP I - 2 sztuki

Pytanie 35.

Pkt 6 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga, aby oferowany aparat EKG posiadał możliwość rozbudowy w przyszłości o przyjmowanie zleceń HL7 zgodnie z opisem w punkcie 6 czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z oferowanymi aparatami oraz uwzględnienia w ofercie kosztów integracji z systemem szpitalnym, łącznie z kosztami od strony systemu HIS?

Odp.: Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisami SWZ w punkcie 6 wymaga, aby oferowany aparat do EKG posiadał możliwość przyjmowania zleceń HL7. Zamawiający informuje, że nie wymaga dostarczenia wraz z oferowanymi aparatami oraz uwzględnienia w ofercie kosztów integracji z systemem szpitalnym, łącznie z kosztami od strony systemu HIS.

Pytanie 36.

Pkt 10 Czy Zamawiający dopuści prędkość zapisu 5/12,5/25/50 [mm/s]?

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 37.

Pkt 11 Czy Zamawiający dopuści długość zapisu badania automatycznego 10 s?

Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 38.

Pkt 12 Czy Zamawiający dopuści wydruk w trybie 3, 6 lub 12 przebiegów EKG na drukarce aparatu w formacie A5 oraz z możliwością rozbudowy o wydruk na zewnętrznej drukarce sieciowej?

Pragniemy zwrócić uwagę, że wydruk w trybie 1-kanałowym nie ma wartości diagnostycznej i nie znajduje odzwierciedlenia w aktualnych wytycznych i standardach.

Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 39.

Pkt 15 Czy Zamawiający dopuści klawiaturę funkcyjną i alfanumeryczną programową, wyświetlaną na ekranie dotykowym?

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 40.

Pkt 17 Czy Zamawiający dopuści możliwość archiwizacji w pamięci wewnętrznej do 300 badań?

Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 41.

Pkt 18 Czy Zamawiający potwierdza, że wymienione opcje eksportu wymagane są zamiennie i dopuszcza export badania do pamięci USB?

Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 42.

Pkt 20 Czy Zamawiający dopuści wydruk minimum 180 minut podczas akwizycji i drukowania jednostronicowego raportu EKG co 15 min na zasilaniu akumulatorowym?

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 43.

Pkt 22 Czy Zamawiający dopuści aparat EKG bez funkcji opisanej w punkcie 22?

Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 44.

Pkt 23 Czy Zamawiający dopuści aparat EKG bez funkcji opisanej w punkcie 23?

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 45.

Pkt 30 i 34 Czy Zamawiający dopuści aparat bez wyróżnionego trybu AUTOMANUAL? Pragniemy zwrócić uwagę, że w standardowym badaniu EKG wykorzystuje się tryby automatyczne i manualne

Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 46.

Pkt 32 Czy Zamawiający dopuści zapis wsteczny przy badaniu automatycznym bez możliwości zapisu wstecznego przy badaniu ręcznym? Badanie ręczne pozwala na zapis EKG od momentu zainicjowania pomiaru co wskazuje na brak możliwości prowadzenia zapisu wstecznego w trybie badania ręcznego.

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 47.

Pkt 36 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga oprogramowania do zarządzania badaniami EKG w dostawie z aparatami EKG czy możliwości współpracy z oprogramowaniem służącym do zarządzania badaniami EKG i rozbudowy o takie rozwiązanie w przyszłości?

Odp.: Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisami SWZ w punkcie 36 wymaga, aby aparat do EKG miał możliwość współpracy z oprogramowaniem służącym do zarządzania badaniami EKG. Zamawiający nie wymaga dostarczenia ww. oprogramowania wraz z aparatem.

Pytanie 48.

Pkt 37 Czy Zamawiający dopuści interfejs komunikacyjny 2 x port USB?

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 49.

Pkt 40 Czy Zamawiający dopuści wagę aparatu (bez akumulatora i papieru) 3kg?

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 50.

Pkt 44 Czy Zamawiający dopuści pas piersiowy przeznaczony do elektrod blaszkowych, wymiary 100 x 1500 [mm] (szer. x dł.) - 2 szt.?

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 51.

Pkt 55 Czy Zamawiający dopuści adapter EKG typu łącznik do elektrod jednorazowych zatrzask (10 szt.)?

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 52.

Warunki gwarancji i serwisu: pkt 57 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację czasu przystąpienia do naprawy na max. 72 godziny w dni robocze (od poniedziałku do piątku, bez sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy) od zgłoszenia konieczności naprawy?

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 53.

Warunki gwarancji i serwisu: Pkt 58 – w przypadku określonych napraw zachodzi konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, co (zwłaszcza w obecnie dynamicznie rozwijającej się sytuacji w kraju oraz na świecie) może wydłużyć czas naprawy do 14 dni. Wobec powyższego zwracamy się z prośbą o dodanie do w/w punktu następującego zastrzeżenia: „a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy: do 14 dni”

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 54.

Warunki gwarancji i serwisu: pkt 58 – w przypadku braku zgody na powyższe pytanie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację czasu naprawy na: „max. 7 dni roboczych (od poniedziałku do piątku, bez sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy od daty zgłoszenia konieczności naprawy”?

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 55.

Warunki gwarancji i serwisu: pkt 43 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację czasu przystąpienia do naprawy na max. 72 godziny w dni robocze (od poniedziałku do piątku, bez sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy) od zgłoszenia konieczności naprawy?

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 56.

Warunki gwarancji i serwisu: pkt 44 – w przypadku określonych napraw zachodzi konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, co (zwłaszcza w obecnie dynamicznie rozwijającej się sytuacji w kraju oraz na świecie) może wydłużyć czas naprawy do 14 dni. Wobec powyższego zwracamy się z prośbą o dodanie do w/w punktu następującego zastrzeżenia: „a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy: do 14 dni”

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 57.

Warunki gwarancji i serwisu: pkt 44 – w przypadku braku zgody na powyższe pytanie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację czasu naprawy na: „max. 7 dni roboczych (od poniedziałku do piątku, bez sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy od daty zgłoszenia konieczności naprawy”?

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

PAKIET XX– Aparat do EKG - TYP II - 1 sztuka

Pytanie 58.

DZ.271.33.2023 PAKIET XX PYTANIE pkt.36-Czy Zamawiający dopuści do oceny aparat EKG posiadający złącze: 3xUSB +LAN?

Odp.: NIE, Zamawiający zapisy SWZ w punkcie 36 pozostawia bez zmian.

PAKIET XXI– Aparat do znieczulania wysokiej klasy z wyposażeniem - 1 sztuka

Pytanie 59.

Dotyczy pakietu nr XXI - Aparat do znieczulania wysokiej klasy z wyposażeniem - 1 sztuka, A. Aparat do znieczulania - 1 sztuka, pkt 17

Czy doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający miał na myśli „elektroniczne przepływomierze dla O2 i [N2O], (powietrze)”?

Odp.: TAK, Zamawiający informuje, że doszło do oczywistej omyłki pisarskiej i miał na myśli „elektroniczne przepływomierze dla O2 i [N2O], (powietrze)”.

Pytanie 60.

Dotyczy pakietu nr XXI - Aparat do znieczulania wysokiej klasy z wyposażeniem - 1 sztuka, B. KARDIOMONITOR - 1 sztuka, pkt 97

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny nie powystawowy z rokiem produkcji 2022?

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

WZÓR UMOWY

Pytanie 61.

Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ (wzór umowy)

Prosimy o obniżenie wysokości kary umownej z tytułu nieterminowej realizacji przedmiotu zamówienia, o której mowa w § 4 ust. 1, z: 0,5% na: 0,1%.

Odp.: NIE, Zamawiający zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.

Pytanie 62.

Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ (wzór umowy)

Prosimy o obniżenie maksymalnej wysokości kar umownych, o której mowa w § 4 ust. 4, z: 40% na: 30%.

Odp.: NIE, Zamawiający zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.

Pytanie 63.

Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ (wzór umowy)

Prosimy o obniżenie wysokości kary umownej z tytułu niezrealizowania przez wykonawcę obowiązku, o której mowa w § 4 ust. 7, z: 0,5% na: 0,1%.

Odp.: NIE, Zamawiający zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.

Pytanie 64.

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5:

1. W razie nieterminowej realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający naliczy karę umowną z tego tytułu w wysokości 0,5 % kwoty niezrealizowanej części przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie wskazanym w § 2 ust. 2 zdanie pierwsze, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy.

2. W razie nieterminowej realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający może również za uprzednim pisemnym wyznaczeniem dodatkowego 14-dniowego terminu na realizację zamówienia od umowy odstąpić na ogólnych zasadach kodeksu cywilnego, naliczając z tego tytułu karę umowną w wysokości 10 % niezrealizowanej kwoty określonej w § 2 ust. 1 zachowując prawo od kary umownej naliczonej na podstawie ust. 1, do dnia odstąpienia.

3. W razie nieterminowego wykonywania obowiązków wynikających z rękojmi lub z udzielonej gwarancji, Zamawiający może naliczyć karę umowną z tego tytułu w wysokości 0,1% ceny wadliwej części przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po wyznaczonym terminie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej części przedmiotu umowy.

7. W razie dostarczenia wadliwego towaru, Wykonawca jest zobowiązany do wymiany na wolny od wad niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 21 dni roboczych licząc od daty złożenia zastrzeżenia. W razie niezrealizowania przez wykonawcę powyższego obowiązku w terminie, zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,5 % kwoty określonej w § 2 ust. 1, w ramach którego dostarczono wadliwy towar, za każdy dzień zwłoki", jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej części przedmiotu umowy.

8. W związku z treścią art. 5k ROZPORZĄDZENIA RADY (UE) NR 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie Wykonawca jest zobowiązany zapewnić aby przez cały okres obowiązywania umowy z Zamawiającym nie podlegał pod sankcje opisaną w wyżej wymienionym przepisie. W wypadku zaistnienia którejkolwiek z przesłanek opisanych w wyżej wymienionym artykule skutkujących zakazem dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych w jego rozumieniu Wykonawca zobligowany jest do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. W takim wypadku Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kary umownej w wysokości 10 % wartości zamówienia podanego w §2 ust. 1. W wypadku zaniechania przez Wykonawcę zawiadomienia Zamawiającego o zaistnieniu zdarzenia opisanego w zdaniu poprzednim Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kary umownej w wysokości 15 % wartości zamówienia o której mowa w §2 ust. 1.

Odp.: NIE, Zamawiający zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.

Pytanie 65.

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odp.: NIE, Zamawiający zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.

Pytanie 66.

Pytania do wzoru umowy dla pakietów: I-XVIII Dotyczy wzoru umowy § 3 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zapłata wynagrodzenia nastąpiła przelewem w terminie do 45 dni od daty otrzymania faktury (...)?

Odp.: NIE, Zamawiający zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.

Pytanie 67.

Pytania do wzoru umowy dla pakietów: I-XVIII Dotyczy wzoru umowy § 3

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odp.: NIE, Zamawiający zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.

Pytanie 68.

Pytania do wzoru umowy dla pakietów: I-XVIII Dotyczy wzoru umowy § 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie osobnych umów dla poszczególnych pakietów? W przypadku podpisania umowy na więcej niż jeden pakiet naliczanie kar od wartości brutto całej umowy będzie miało charakter zawyżony.

Odp.: Zamawiający informuje, że umowy będą zawierane oddzielnie na poszczególne pakiety.

Pytanie 69.

Pytania do wzoru umowy dla pakietów: I-XVIII Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 1 i 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości brutto przedmiotu umowy (urządzenia), którego dotyczy zwłoka (a nie od całkowitej wartości umowy)? Jeśli dostawa przedmiotu umowy będzie w zdecydowanej mierze zrealizowana, to naliczanie kary umownej od całkowitej wartości umowy, będzie miało charakter rażąco zawyżony, umożliwiając Zamawiającemu wzbogacenie się, co jest sprzeczne z naturą kary umownej.

Odp.: NIE, Zamawiający zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.

Pytanie 70.

Pytania do wzoru umowy dla pakietów: I-XVIII Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 1 oraz ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do: 0,2% kwoty brutto urządzenia, którego zwłoka dotyczy?

Odp.: NIE, Zamawiający zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.

Pytanie 71.

Pytania do wzoru umowy dla pakietów: I-XVIII Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości brutto przedmiotu umowy (urządzenia), którego dotyczy zwłoka (a nie od całkowitej wartości umowy)? Jeśli zobowiązania z tyt. gwarancji i rękojmi czy innych obowiązków określonych umowie będą w zdecydowanej mierze zrealizowane (a zwłoka będzie dot. jednego urządzenia), to naliczanie kary umownej od całkowitej wartości umowy, będzie miało charakter rażąco zawyżony, umożliwiając Zamawiającemu wzbogacenie się, co jest sprzeczne z naturą kary umownej

Odp.: NIE, Zamawiający zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.

Pytanie 72.

Pytania do wzoru umowy dla pakietów: I-XVIII Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 4

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby maksymalna wysokość kar umownych, którą mogą dochodzić strony wynosiła 10% wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w par. 2 ust.1 Umowy?

Odp.: NIE, Zamawiający zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.

Pytanie 73.

Pytania do wzoru umowy dla pakietów: I-XVIII Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 7
Opisana w w/w ustępie kara jest naszym zdaniem rażąco wysoka. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary do wysokości 5% wartości zamówienia w przypadku zaistnienia którejkolwiek z przesłanek opisanych w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) NR 833/2014 z dnia 31 lipca 2014r. oraz do wysokości 10% wartości zamówienia opisanego w par. 2 ust.1 za zaniechanie przez Wykonawcę zawiadomienia Zamawiającego o zaistnieniu zdarzenia opisanego powyżej?

Odp.: NIE, Zamawiający zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.

Pytanie 74.

Pytania do wzoru umowy dla pakietów: I-XVIII Dotyczy wzoru umowy § 5
W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją na świecie oraz w kraju proponujemy dodatkowo Paragrafu o treści:

1. *Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, lub też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany zagrożenia epidemicznego, stany epidemii, stany nadzwyczajne, w tym stany klęski żywiołowej, decyzje, zarządzenia organów państwa itp.*
2. *Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają przedłużeniu o czas trwania siły wyższej.*
3. *W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe oraz będzie poszukiwać wszelkich sensownych alternatywnych środków działania, możliwych mimo zaistnienia okoliczności siły wyższej.*

Odp.: NIE, Zamawiający zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.

Pytanie 75.

Pytania do wzoru umowy dla pakietów: I-XVIII Dotyczy wzoru umowy § 4 pkt 3 (w obecnym brzmieniu pkt. 10)

Prosimy o doprecyzowanie kary umownej poprzez uprzednie wezwanie do przystąpienia do realizacji naprawy gwarancyjnej, przed naliczeniem kary umownej.

Odp.: NIE, Zamawiający zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.

Pytanie 76.

Pytania do wzoru umowy dla pakietów: XIX- XXIII Dotyczy wzoru umowy § 3 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zapłata wynagrodzenia nastąpiła przelewem w terminie do 45 dni od daty otrzymania faktury (...)?

Odp.: NIE, Zamawiający zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.

Pytanie 77.

Pytania do wzoru umowy dla pakietów: XIX- XXIII Dotyczy wzoru umowy § 3

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odp.: NIE, Zamawiający zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.

Pytanie 78.

Pytania do wzoru umowy dla pakietów: XIX- XXIII Dotyczy wzoru umowy § 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie osobnych umów dla poszczególnych pakietów? W przypadku podpisania umowy na więcej niż jeden pakiet naliczanie kar od wartości brutto całej umowy będzie miało charakter zawyżony.

Odp.: Zamawiający informuje, że umowy będą zawierane oddzielnie na poszczególne pakiety.

Pytanie 79.

Pytania do wzoru umowy dla pakietów: XIX- XXIII Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 1 i 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości brutto przedmiotu umowy (urządzenia), którego dotyczy zwłoka (a nie od całkowitej wartości umowy)? Jeśli dostawa przedmiotu umowy będzie w zdecydowanej mierze zrealizowana, to naliczanie kary umownej od całkowitej wartości umowy, będzie miało charakter rażąco zawyżony, umożliwiając Zamawiającemu wzbogacenie się, co jest sprzeczne z naturą kary umownej.

Odp.: NIE, Zamawiający zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.

Pytanie 80.

Pytania do wzoru umowy dla pakietów: XIX- XXIII Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 1 oraz ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do: 0,2% kwoty brutto urządzenia, którego zwłoka dotyczy?

Odp.: NIE, Zamawiający zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.

Pytanie 81.

Pytania do wzoru umowy dla pakietów: XIX- XXIII Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości brutto przedmiotu umowy (urządzenia), którego dotyczy zwłoka (a nie od całkowitej wartości umowy)? Jeśli zobowiązania z tyt. gwarancji i rękojmi czy innych obowiązków określonych umowie będą w zdecydowanej mierze zrealizowane (a zwłoka będzie dot. jednego urządzenia), to naliczanie kary umownej od całkowitej wartości umowy, będzie miało charakter rażąco zawyżony, umożliwiając Zamawiającemu wzbogacenie się, co jest sprzeczne z naturą kary umownej

Odp.: NIE, Zamawiający zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.

Pytanie 82.

Pytania do wzoru umowy dla pakietów: XIX- XXIII Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 4
Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby maksymalna wysokość kar umownych, którą mogą dochodzić strony wynosiła 10% wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w par. 2 ust.1 Umowy?

Odp.: NIE, Zamawiający zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.

Pytanie 83.

Pytania do wzoru umowy dla pakietów: XIX- XXIII Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 7
Opisana w w/w ustępie kara jest naszym zdaniem rażąco wysoka. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary do wysokości 5% wartości zamówienia w przypadku zaistnienia którejkolwiek z przesłanek opisanych w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) NR 833/2014 z dnia 31 lipca 2014r. oraz do wysokości 10% wartości zamówienia opisanego w par. 2 ust.1 za zaniechanie przez Wykonawcę zawiadomienia Zamawiającego o zaistnieniu zdarzenia opisanego powyżej?

Odp.: NIE, Zamawiający zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.

Pytanie 84.

Pytania do wzoru umowy dla pakietów: XIX- XXIII Dotyczy wzoru umowy § 5

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją na świecie oraz w kraju proponujemy dodatkowo Paragrafu o treści:

1. *Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, lub też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany zagrożenia epidemicznego, stany epidemii, stany nadzwyczajne, w tym stany klęski żywiołowej, decyzje, zarządzenia organów państwa itp.*

2. *Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają przedłużeniu o czas trwania siły wyższej.*

3. *W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe oraz będzie poszukiwać wszelkich sensownych alternatywnych środków działania, możliwych mimo zaistnienia okoliczności siły wyższej.*

Odp.: NIE, Zamawiający zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.

Pytanie 85.

Pytania do wzoru umowy dla pakietów: XIX- XXIII Dotyczy wzoru umowy § 4 pkt 3 (w obecnym brzmieniu pkt. 10)

Prosimy o doprecyzowanie kary umownej poprzez uprzednie wezwanie do przystąpienia do realizacji naprawy gwarancyjnej, przed naliczeniem kary umownej.

Odp.: NIE, Zamawiający zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.

Pytanie 86.

Umowa do pakietu XIV, § 2 Cena i termin warunki wykonania umowy

Wnosimy o usunięcie z pkt 3 zapisu o "instalacji i uruchomieniu sprzętu wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia". Asortyment objęty pakietem nr XIV nie wymaga tych czynności.

Odp.: NIE, Zamawiający zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.

Pytanie 87.

dotyczy wzoru umowy, §3:

W celu usprawnienia komunikacji w sprawach związanych z realizacją umowy prosimy o dodanie w §2 zapisu o treści: „Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie realizacji umowy ze strony Zamawiającego jest: (imię i nazwisko); tel.....; e-mail: Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie realizacji umowy ze strony Wykonawcy jest: (imię i nazwisko); tel.....; e-mail:”

Odp.: NIE, Zamawiający zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.

Pytanie 88.

Dotyczy wzoru umowy, §3:

Prosimy o dodanie w treści §3 wzoru umowy zapisu: „Osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie treści faktury jest: (imię i nazwisko); e-mail.....; tel.”, co znacząco ułatwi uzgodnienie treści faktury.

Odp.: NIE, Zamawiający zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.

Pytanie 89.

Dotyczy wzoru umowy - §4. Kary umowne:

Z uwagi na pandemię COVID-19 prosimy Zamawiającego o jednoznaczne potwierdzenie, że kary umowne i odszkodowania będą należne tylko w przypadku winy Wykonawcy z wyłączeniem przypadków opóźnień w dotrzymaniu terminów wynikających z umowy związanych z siłą wyższą, ograniczeniami eksportowymi lub importowymi dotyczącymi

wyrobów medycznych, następczą niemożliwością wykonania umowy z powodu opóźnienia w dostawach, braku produktów, przerwania łańcucha dostaw, brakiem lub zmniejszeniem personelu, który może wykonać dostawę, instalacje i/lub szkoleniem, serwis itd. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzględnienie zmiany w projekcie umowy.

Odp.: NIE, Zamawiający zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.

Pytanie 90.

Dotyczy terminu wykonania zamówienia:

Czy z uwagi na niemożliwą do przewidzenia sytuację związaną z pandemią COVID-19 Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia o czas spowodowany niemożliwością wykonania umowy z powodu siły wyższej, ograniczeniami eksportowymi lub importowymi dotyczącymi wyrobów medycznych, opóźnień w dostawach, braku produktów, braku dostępu do miejsca instalacji przedmiotu zamówienia, przerwania łańcucha dostaw, brakiem lub zmniejszeniem personelu, który może wykonać dostawę, instalacje i/lub szkolenie?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzględnienie zmiany we wzorze umowy.

Odp.: NIE, Zamawiający zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.

Pytanie 91.

Dotyczy wzoru umowy - §4 ust. 4:

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie łącznej wysokości kar umownych do 10% wartości określonej w § 2 ust. 1 Umowy?

Odp.: NIE, Zamawiający zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.

Pytanie 92.

Dotyczy wzoru umowy - §4 ust. 8:

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie kar określonych w §4 ust. 8 do 10% wartości określonej w § 2 ust. 1 Umowy?

Odp.: NIE, Zamawiający zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.

RODO

Pytanie 93.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu na zgłoszenie naruszenia do 72 lub 48 lub 36 godzin, o czym mowa w §2 ust. 10 lit. C

Odp.: NIE, Zamawiający zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.

Pytanie 94.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie ustępu o brzmieniu:

„Zlecający i Zleceniobiorca nie ponoszą odpowiedzialności wobec drugiej strony za szkody, utratę zysków, przewidywanych oszczędności, wartości firmy, reputacji, ani za szkody przypadkowe lub wtórne, wynikające z:

- nieautoryzowanego dostępu do sieci lub produktu, pomimo zastosowania przez stronę środków bezpieczeństwa zgodnie z Art. 32 RODO,
- wszelkich działań egzekucyjnych wszczętych przeciwko drugiej stronie przez jakiegokolwiek organy regulacyjne, wynikających z naruszenia przez jedną ze stron swoich zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.”?

Odp.: NIE, Zamawiający zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.