

Wymiana modemu 3G na modem Multitech 4G w ilości 10szt. w defibrylatorach LifePak 15.

Sprzęt ten musi spełniać minimalne warunki:

- Modem umożliwiający wykonanie teletransmisji z urządzenia LifePak 15 za pomocą sieci komórkowej do systemu Lifenet.
- Modem, który zapewnia bezpieczne przesłanie danych z urządzenia LifePak wraz z parametrami oraz danymi pacjenta.
- Modem ten zapewni możliwość przesłania danych z każdego miejsca, w którym ma dostęp do sieci komórkowej.
- Umożliwia również codzienną aktualizację stanu gotowości urządzenia LifePak 15
- Modem ten posiada możliwość przesyłania danych w technologii 4G
- Urządzenie o niewielkich wymiarach które mieści się w bocznej kieszeni defibrylatora.
- Pobieranie danych do 150 Mb/s Wysyłanie do 50 Mb/s

Powyższe parametry należy traktować jako wzór spełniający minimalne wymagania.

Proponowane

przez Wykonawców elementy nie mogą posiadać parametrów gorszych od podanych jako wzór.

Na sprzedany przedmiot zamówienia Wykonawca udziela co najmniej 12 miesięcy gwarancji, której termin rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone usterki lub wady zainstalowanych modemów to czynności odbioru zostaną wstrzymane do czasu usunięcia wad lub usterek. Podpisanie protokołu odbioru nastąpi niezwłocznie po usunięciu wad i usterek.

Wykonawca gwarantuje, że modemy są fabrycznie nowe, kompletne, nieużywane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz, że do jego uruchomienia i poprawnego działania nie jest wymagany zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. (karta SIM po stronie Zamawiającego).

Wykonawca gwarantuje, że modemy są dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie Polski zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych i aktach wykonawczych do tej ustawy.