

Łódź, 12.01.2024r.

Sygnatura: ZP/4/2024

Sprawa: **Dostawa Komory hipoksyjnej dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi**

Działając w oparciu art. 284 pkt 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 1.

Czy Zamawiający zaakceptuje zmianę treści pkt 6 Opisu przedmiotu zamówienia jak poniżej?:

JEST:

„{...} wyposażone w mechanizm filtracji HEPA, który zapewnia czyste środowisko wewnętrzne o skuteczności 99,995 % dla cząstek $\geq 0,3 \mu\text{m}$ ”

PO ZMIANIE:

„{...} wyposażone lub z możliwością doposażenia w mechanizm filtracji HEPA, który zapewnia czyste środowisko wewnętrzne o skuteczności 99,995 % dla cząstek $\geq 0,3 \mu\text{m}$ ”

Uzasadnienie:

Wykonawca spełnia wymogi stawiane przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia nie mniej jednak kwota wskazana przez Zamawiającego nie jest wystarczająca na jednorazową dostawę urządzenia wraz z filtrami HEPA. Jednocześnie wskazuje się, iż system w przyszłości może być doposażony o mechanizm filtracji HEPA.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w pkt.6 OPZ .