



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00

Inowrocław, 11.04.2019 r.

EZP 195/2019

**Wszyscy Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu**


dot. przetargu nieograniczonego nr D-7/2019 na dostawę zestawów do operacji zaćmy i jaskry, witrektomii, zestawów do iniekcji doszkliskowych oraz soczewek wewnątrzgałkowych

Sprostowanie dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ, w zadaniu 4 p.4

Jest:

Zadanie nr 4

Lp	Nazwa asortymentu -Soczewki Wewnątrzgałkowe	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	% Vat	Wartość brn
----	---	------	-------	------------------	---------------	-------	-------------





**Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu**

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax **52/35-45-587** ; centrala tel./fax 52/354-55-00

1	Soczewki wewnątrzgałkowe	szt	150				
	<p>1 .Jednoczęściowa soczewka zwijalna z asferyczną optyką, akrylowa o właściwościach hydrofobowych i stopniu uwodnienia poniżej 0,5% oraz filtrami UV i światła niebieskiego z jednorazowym kardridżem do implantacji. Średnica części optycznej – 6 mm Długość całkowita – 13 mm Angulacja części haptycznych – 0 stopni Współczynnik refrakcji – 1,55 lub więcej Wymagany zakres dostępnych mocy; + 6D do + 30 D Ocena jakościowa – współczynnik refrakcji soczewki 1,55 lub wyżej – 10 pkt współczynnik refrakcji poniżej 1,55 – 0 pkt</p>						
	stopień uwodnienia.....(podać)						
	współczynnik refrakcji(podać)						
	<p>2. Jednoczęściowa soczewka zwijalna , akrylowa, sferyczna o właściwościach hydrofobowych; Stopień uwodnienia poniżej 0,5% filtr UV .Jednorazowy kardridż do implantacji. Średnica części optycznej - 6 mm Angulacja części haptycznych – 0 stopni Długość całkowita -13 mm Współczynnik refrakcji - 1,55 lub więcej Wymagany zakres dostępnych mocy: +6 D do +40 D Ocena jakościowa stopnia uwodnienia: poniżej 0,5% - 10 pkt powyżej 0,5% - 0 pkt Ocena jakościowa współczynnik refrakcji soczewki 1,55 lub wyżej – 10 pkt współczynnik refrakcji poniżej 1,55 – 0 pkt</p>	szt	30				
	stopień uwodnienia.....(podać)						
	współczynnik refrakcji(podać)						





**Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu**

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97


województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00

3	<p>3. Jednoczęściowa soczewka zwijalna, akrylowa, asferyczna, o właściwościach hydrofobowych. Stopień uwodnienia poniżej 0,5%, filtr UV. Jednorazowym kardridż do implantacji. Średnica części optycznej - 6 mm Angulacja części haptycznych – 0 stopni Długość całkowita – 13mm Współczynnik refrakcji – 1,55 lub więcej Wymagany zakres dostępnych mocy soczewki +6 D do + 30 D Ocena jakościowa stopnia uwodnienia : poniżej 0,5% - 10 pkt powyżej 0,5% - 0 pkt Ocena jakościowa; współczynnik refrakcji soczewki 1,55 lub wyżej – 10 pkt współczynnik refrakcji poniżej 1,55 – 0 pkt</p>	szt	2500				
stopień uwodnienia.....(podać)							
współczynnik refrakcji(podać)							
4	<p>4. Soczewka zwijalna wieloczęściowa, część optyczna akrylowa, części haptyczne zbudowane z PMMA, posiadająca filtr UV Stopień uwodnienia poniżej 0,5% Średnica części optycznej: 6 – 6,5 mm Długość całkowita – 13 mm Współczynnik refrakcji – 1,55 lub więcej Wymagany zakres mocy soczewki ; - 5 D do + 30 D Ocena jakościowa stopnia uwodnienia : poniżej 0,5% - 10 pkt powyżej 0,5% - 0 pkt Ocena jakościowa: współczynnik refrakcji soczewki 1,55 lub wyżej – 10 pkt współczynnik refrakcji poniżej 1,55 – 0 pkt</p>	szt	50				
współczynnik refrakcji(podać)							





**Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu**

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00

5	<p>5. Soczewka wewnątrzgałkowa korygująca astygmatyzm rogówkowy, posiadająca dwuwypukły toryczny, asferyczny typ optyki, filtr UV i światła niebieskiego, o ukątowaniu części haptycznych wynoszącym 0 stopni. Wymagany zakres mocy soczewki od + 6 D do + 34 D (ekwiwalent sferyczny) oraz dostępnych korekcjach cylindrycznych wynoszących: 1.00, 1.50, 2.25, 3.00, 3.75, 4.50, 5.25, 6.00 dioptrii. W komplecie z każdą soczewką kardridż jednorazowego użytku i 2 pisaki do znakowania narzędzi i markowania oka.</p> <p>Długość całkowita – 13 mm Średnica części optycznej - 6 mm Współczynnik refrakcji 1,55 lub więcej Stopień uwodnienia poniżej 0,5%</p> <p>Ocena jakościowa stopnia uwodnienia; poniżej 0,5% - 10 pkt powyżej 0,5% - 0 pkt Ocena jakościowa: współczynnik refrakcji soczewki 1,55 lub wyżej – 10 pkt współczynnik refrakcji poniżej 1,55 – 0 pkt</p>	szt	20				
stopień uwodnienia.....(podać)							
współczynnik refrakcji(podać)							
Razem:							

UWAGA !!!!!

1. Zamawiający wymaga od wykonawcy utworzenia komisji soczewek
2. Zamawiający wymaga od wykonawcy nieodpłatnego przekazania 3 zestawów implantacyjnych składających się z pęsety i injektora.
3. W zadaniu 4 punkcie 4 i 5 rozmiar soczewki nie ujęty w depozycie zakup dokonywany będzie na bieżące zamówienie.





Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
 województwo kujawsko-pomorskie
 Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494
Dział Zamówień Publicznych
 tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00

Podpis osoby upoważnionej

Winno być:

Zadanie nr 4

Lp	Nazwa asortymentu -Soczewki Wewnatrzgalkowe	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	% Vat	Wartość brutto
1	<p>Soczewki wewnątrzgalkowe</p> <p>1 .Jednoczęściowa soczewka zwijalna z asferyczną optyką, akrylowa o właściwościach hydrofobowych i stopniu uwodnienia poniżej 0,5% oraz filtrami UV i światła niebieskiego z jednorazowym kardridżem do implantacji. Średnica części optycznej – 6 mm Długość całkowita – 13 mm Angulacja części haptycznych – 0 stopni Współczynnik refrakcji – 1,55 lub więcej Wymagany zakres dostępnych mocy; + 6D do + 30 D Ocena jakościowa – współczynnik refrakcji soczewki 1,55 lub wyżej – 10 pkt współczynnik refrakcji poniżej 1,55 – 0 pkt</p>	szt	150				
	stopień uwodnienia.....(podać)						
	współczynnik refrakcji(podać)						





Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00

Razem:

UWAGA !!!!!

1. Zamawiający wymaga od wykonawcy utworzenia komisji soczewek
2. Zamawiający wymaga od wykonawcy nieodpłatnego przekazania 3 zestawów implantacyjnych składających się z pęsety i iniektora.
3. W zadaniu 4 punkcie 4 i 5 rozmiar soczewki nie ujęty w depozycie zakup dokonywany będzie na bieżące zamówienie.

.....
Podpis osoby upoważnionej

Zamawiający działając na podst. art. 12a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz.2164) przedłuża termin składania ofert do dnia **17.04.2019 roku do godz. 10:00**

KIEROWNIK DZIAŁU
Zamówień Publicznych
Ewa Sempowicz

