

Rapor no

: 68110102-181.06.03- 1215 8097

### pH ÖLÇÜMÜ ANALİZİ


ALTAYLAR MEDİKAL TIBBİ MALZ. İNŞ. TEKS. GIDA İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. firması tarafından analizi istenilen PAHACEL Okside Rejenere Selüloz isimli 611660 LOT numaralı ürünün pH ölçümü detayları ve sonucu aşağıda açıklanmıştır.

**Deneysel Prosedür:** PAHACEL Okside Rejenere Selüloz örneğinden 150 cm<sup>2</sup> kesilerek 50 mL sentetik vücut sıvısı (ringer solüsyonu, pH 7.1 ayarlı) içine konulup 37°C'de incubator içinde 30 dk karıştırıldıktan sonra pH metre ile pH değeri ölçülmüştür.


**Sonuç:** pH değeri 2.9 olarak belirlenmiştir.

### Açıklamalar:

#### Sorumlu İmzalar:



Sicil No: 53856



Sicil No: 53701

Bu rapor ve sonuçları talepte bulunan kuruluş ve müşterilerince ticaret ve reklam amaçları ile kullanılamaz. Rapor tamamen veya kısmen çoğaltılamaz/yayınlanamaz. Raporda (\*) işaretli analizler akredite edilmiştir. İmzasız analiz raporları geçersizdir.

Bu rapor 6 sayfa olup, 2 asıl (1 asıl müşteriye, 1 asıl Enstitü arşivine) olarak hazırlanmıştır.

Sayfa 6/6

#### ANALIZA POMIARU pH

Poniżej przedstawiamy szczegóły i wyniki pomiaru pH wyrobu o numerze 611660 LOT o nazwie PAHACEL Utleniona Regenerowana Celuloza, której analizę zleciła firma ALTAYLAR MEDİKAL TİBBİ MALZ. İNŞ. TEKS. GIDA İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. [ALTAYLAR MEDİKAL ARTYKUŁY MEDYCZNE BUDOWNICTWO PRZEMYSŁ TEKSTYŁNY SPOŻYWCZY IMPORT EKSPORT I HANDEL SP. Z O.O.]

**Procedura doświadczenia:** Z próbki utlenionej regenerowanej celulozy PAHACEL ucięto 150 cm<sup>2</sup> i zanurzono w 50 ml syntetycznego płynu ustrojowego (roztwór Ringera pH 7,1), a następnie mieszano przez 30 minut w inkubatorze w temperaturze 37 °C, po czym zmierzono pH-metrem wartość pH.

**Wynik:** wartość pH określono jako 2,9.

#### Wyjaśnienia:

##### Podpisy osób odpowiedzialnych:

[podpis nieczytelny]  
Nr rejestrowy: 53856

[podpis nieczytelny]  
Nr rejestrowy: 53701

Niniejszy raport i jego wyniki nie mogą być używane w celach handlowych i reklamowych przez instytucje i klientów, którzy o nie wystąpili. Raportu nie wolno częściowo ani całkowicie publikować/powielać. Analizy oznaczone znakiem (\*) w raporcie zostały akredytowane. Raporty z analiz nieposiadające podpisu są nieważne.

Niniejszy raport składający się z 6 stron został przygotowany w 2 egzemplarzach  
(1 oryginał dla klienta, 1 oryginał do archiwum instytutu).

Strona 6/6