



SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W LĘBORKU



e-mail: sekretariat@szpital-lebork.com.pl, www.szpital-lebork.com.pl

84-300 LĘBORK, UL. JULIANA WĘGRZYNOWICZA 13, TEL. 59 86 35 202, FAX 59 86 33 173, DYREKCJA TEL. 59 8635 325

Lębork, 16.08.2024 r.

ZP.261.23.2024

Identyfikator postępowania:

ocds-148610-b8ba4808-5017-4158-a580-b10c3f2e6530

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na „**Dostawy odczynników – testów multiplexPCR kompatybilnych z analizatorem FilmArray TORCH2 dla Laboratorium Mikrobiologicznego SPS ZOZ w Lęborku**”. Znak sprawy: ZP-TP/23/24

Działając w oparciu o art. 284 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

1. Rozdział IV, pkt 2 do SWZ. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych.

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia wraz z pierwszą dostawą w wersji drukowanej dla wszystkich produktów objętych umową, metodyk i kart charakterystyki preparatu niebezpiecznego, w języku polskim i zgodzi się na samodzielne pobranie dokumentów bezpośrednio ze strony wykonawcy, do której Zamawiający ma stały, całodobowy i bezpłatny dostęp?

Uzasadnienie: Strona internetowa oferenta została stworzona po to, aby ułatwić klientom dostęp do potrzebnych informacji oraz usprawnić procesy związane z dostawami produktów. Wykonawca udostępni adres strony internetowej, na której będą się znajdowały wymagane dokumenty, do samodzielnego pobrania przez Zamawiającego.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytania do Umowy:

2. §1 ust. 6 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Zakupione wyroby muszą posiadać aktualne karty charakterystyki, zgodne z rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/878 z 18.06.2020 r. zmieniającym załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH); Wykonawca, w trakcie trwania niniejszej umowy, dostarczy w wersji

elektronicznej każdą aktualizację kart charakterystyki (o ile nie została udostępniona do pobrania w bibliotece technicznej) – jeśli dotyczy.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

3. §3 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Wykonawca udostępni w bibliotece technicznej dostępnej pod adresem www..... lub dostarczy Zamawiającemu wraz z pierwszą dostawą metodyki i karty charakterystyki preparatu niebezpiecznego w języku polskim w wersji drukowanej dla wszystkich produktów objętych umową”?

Uzasadnienie: Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów Wykonawca umożliwia obecnie Zamawiającym możliwość nieograniczonego, całodobowego i bezpłatnego dostępu do biblioteki technicznej znajdującej się na stronie internetowej Wykonawcy dzięki, której Zamawiający będzie miał zarówno podgląd jak i możliwość pobrania szeregu zawsze aktualnych dokumentów dotyczących przedmiotu umowy w tym m.in. deklaracji zgodności, certyfikatów kontroli jakości, dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu, ŚKJ, ulotek, instrukcji oraz kart charakterystyk. Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą o przychylne rozpatrzenie pytania i rozszerzenie zapisu.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

4. §3 ust. 6 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„W przypadku wad jakościowych Wykonawca zobowiązuje się do wymiany towaru w terminie do pięciu dni roboczych, a w przypadku niekompletności – usunięcia braków w terminie do pięciu dni roboczych od uwzględnienia zgłoszonej reklamacji”?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

5. §3 ust. 7 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Jeżeli Wykonawca nie uwzględni braków ilościowych lub wad jakościowych wymienionych w protokole, o którym mowa w ust. 5, zobowiązany jest na piśmie przedstawić swoje stanowisko. Nie wstrzymuje to jego obowiązku określonego w ust. 6. W takim przypadku wartość towaru dostarczonego przez niego, w ilości wymienionej w protokole określonym w ust. 5, podlega doliczeniu do kolejnej jednostkowej dostawy”?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

6. §5 ust. 2 pkt 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„trzykrotna kolejna zwłoka Wykonawcy w realizacji zamówienia przekraczająca każdorazowo co najmniej 3 dni robocze”?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

7. §7 ust. 1 pkt 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„za naruszenie przez Wykonawcę obowiązków określonych w § 3 w wysokości 25 zł za każde naruszenie”?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w treści oferty zmian i modyfikacji wprowadzonych niniejszymi wyjaśnieniami.

Zatwierdził:

Adam Hoffmann

Zastępca Dyrektora ds. Finansowych