

Załącznik nr 8 do SWZ

Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia, Dostawa implantów kregosłupowych PN-29/2024

1. Zamawiający oczekuje instrumentarium posiadającego ważne świadectwo dopuszczenia do obrotu i używania na czas trwania umowy a w przypadku uszkodzenia narzędzia w trakcie zabiegu -wymienia je na nowe nie obciążając szpitala kosztami naprawy.
2. Szkolenia personelu i materiałów informacyjnych z dokładnym opisem przedmiotu zamówienia oraz techniki operacyjnej. Szkolenia lekarzy w placówkach z doświadczeniem w implantacji oferowanych implantów oraz szkolenie na preparatach anatomicznych najlepiej nie utrwalonych.
3. Zamawiający zastrzega sobie zamianę rozmiarów w zakresie przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający wymaga wyszczególnienia cen jednostkowych (netto, brutto) poszczególnych elementów implantów składających się na wartość kompletu (netto, brutto).
5. Zamawiający oczekuje instrukcji postępowania z instrumentarium po zabiegu operacyjnym w celu przeprowadzenia właściwej dezynfekcji i sterylizacji.
6. Zamawiający oczekuje 2 pełnych linii implantów stanowiących depozyt szpitala.
7. Zamawiający oczekuje zalaminowanych zdjęć tac/zestawów z narzędziami w 2 egzemplarzach.
8. Zamawiający oczekuje bezpłatnego udostępnienia instrumentarium niezbędnego do usunięcia stabilizacji po wygaśnięciu umowy przetargowej.
9. Zamawiający oczekuje informacji o składzie chemicznym implantów oraz informacji o możliwości wykonania pacjentowi MRI po wszczępieniu implantu.
10. Zamawiający oczekuje faktur z dołączonym protokołem zużycia.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia ilościowego i wartościowego między poszczególnymi pakietami, na które podpisano umowę do wartości nie większej niż całkowita wartość umowy.
12. **OBOWIĄZKOWO** z dniem wprowadzenia do szpitala sterylnych implantów pakowanych pojedynczo, zamawiający oczekuje wklejek dokumentujących implant **OCZEKUJE** raportów z informacją o kończących się datach sterylności implantów, przysyłanych z dwutygodniowym wyprzedzeniem. **ZOBOWIĄZUJE** oferującego do wymiany implantów przeterminowanych na implanty z dłuższą datą ważności zgodnie z raportem o kończącej się ważności.
13. Zamawiający oczekuje dostarczenia wraz z implantami- firmowych protokołów zużycia.

Podpis i pieczęć Wykonawcy