



Centrum Polityki Zakupowej

Dział Procedur Zakupowych

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA**  
**O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**  
**ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW**  
**zestaw nr 1**

Dotyczy: postępowania nr 5750.291.1.8.2023.JZ prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę termomiksera laboratoryjnego do mikropróbówek dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

W odpowiedzi na pytanie zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawcę, Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), udziela odpowiedzi uczestnikom postępowania.

Nr pytania	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1	Czy Zamawiający dopuści urządzenie w którym liczba obrotów na minutę wynosi od 300 do 3000 rpm?	Zamawiający nie dopuszcza.

Termin składania ofert i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Z poważaniem  
Przewodniczący Komisji Przetargowej

SPECJALISTA ADMINISTRACYJNY  
ds. zamówień publicznych

Ewa Rola