

Lublin, dnia 03.03.2021 r.

RCKiK.DOP.SZ-3321/6/21

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

**„Dostawa urządzenia do redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych w składnikach krwi wraz z 400 sztukami zestawów do inaktywacji biologicznych czynników chorobotwórczych w składnikach krwi, zamrażarki skrzyniowej do przechowywania osocza oraz zamrażarki szufladowej do przechowywania osocza na potrzeby RCKiK w Lublinie”**

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, działając w oparciu o zapisy art. 135 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 137 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz dokonuje zmiany Specyfikacji warunków zamówienia (dalej zwany SWZ).

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ OPISU POTRZEB I WYMAGAŃ**

**Pytanie nr 1.**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o grubości izolacji 80 mm? Proponowana przez nas grubość izolacji jest wystarczająca do utrzymywania odpowiedniego poziomu temperatury we wnętrzu zamrażarki.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 2.**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o dokładności 0,1 st. C? Jest to parametr lepszy od wyspecyfikowanego.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 3.**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w półki druciane powlekane tworzywem?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenie wyposażone w półki druciane powlekane tworzywem, pod warunkiem, że w/w półki nie są stale przymocowane, lecz można je wyjmować. Po zdemontowaniu półek, wewnętrzne ściany urządzenia pozostają gładkie, bez wystających elementów. Demontaż półek nie wpłynie na parametry urządzenia. Użytkownik sam, bez użycia specjalistycznych narzędzi może wyjmować półki z urządzenia.**

**ZMIANA SWZ**

Zamawiający dokonuje zmiany treści:

**1) Załącznik 1.2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pozycja 2.**

**Obecne brzmienie:**

2.	Pojemność minimum 415 litrów
----	------------------------------



**Nowe brzmienie:**

2.	Pojemność 580 litrów
----	----------------------

**Zmieniony Załącznik nr 1.2 do SWZ w załączeniu do niniejszego pisma.**

**2) Załącznik 1.3 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pozycja 2.**

**Obecne brzmienie:**

2.	Pojemność całkowita brutto minimum 430 litrów
----	---

**Nowe brzmienie:**

2.	Pojemność 580 litrów
----	----------------------

**Zmieniony Załącznik nr 1.3 do SWZ w załączeniu do niniejszego pisma.**

**Z upoważnienia Dyrektora**

**Z-ca Dyrektora**  
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych  
Regionalnego Centrum  
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  
w Lublinie  
*mgr Grzegorz Fiedorowicz*



## Załącznik Nr 1.2 –Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia-ZMIANA

<b>SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA</b>	
<b>CZĘŚĆ II</b>	
<b>Dostawa zamrażarki skrzyniowej do przechowywania osocza.</b>	
<b>Lp.</b>	<b>Parametr wymagany</b>
1.	Maksymalne wymiary zewnętrzne: szer. 1800 mm x gł. 900 mm wys. 1000 mm
2.	Pojemność 580 litrów
3.	Możliwość pracy w zakresie temperatur - 35 do -45 °C Dokładność odczytu: max 1°C
4.	Konstrukcja, materiały, wykonanie: - metalowa obudowa urządzenia - metalowe ściany komory chłodniczej zabezpieczone przed korozją - elementy zewnętrzne i wewnętrzne odporne na działanie środków dezynfekujących - pokrywa zamykana na klucz - możliwość współpracy z centralnym systemem monitoringu temperatury, funkcjonującym u Zamawiającego (otwór walidacyjny na wprowadzenie 2 czujników) - izolacja o grubości min. 100 mm - kółka jezdne, w tym minimum 2 z blokadą - kosze metalowe w ilości odpowiedniej do pojemności zamrażarki
5.	Układ chłodzenia: - ekologiczny czynnik chłodniczy wolny od CFC
6.	Sterowanie: - wyświetlacz cyfrowy zaprogramowanej temperatury na zewnątrz zamrażarki
7.	System alarmowy - podtrzymywany bateryjnie alarm co najmniej dźwiękowy przekroczenia zakresu ustawionej temperatury
8.	Zasilanie: 230 V / 50 Hz
9.	Urządzenie oznakowane znakiem CE
10.	Urządzenia fabrycznie nowe, niepowystawowe, rok produkcji – 2019 - 2020



## Załącznik Nr 1.3 –Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia-ZMIANA

<b>SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA</b>	
<b>CZĘŚĆ III</b>	
<b>Dostawa zamrażarki szufladowej do przechowywania osocza.</b>	
<b>Lp.</b>	<b>Parametr wymagany</b>
1.	Maksymalne wymiary zewnętrzne: - szer. 864 mm x gł. 945 mm wys. 2012 mm
2.	Pojemność 580 litrów
3.	Wbudowany system szuflad z możliwością wysunięcia z komory
4.	Możliwość pracy w zakresie temperatur - 9 do - 35°C Dokładność odczytu: max 1°C
5.	Konstrukcja, materiały, wykonanie - metalowa obudowa urządzenia - metalowe ściany komory chłodniczej zabezpieczone przed korozją - elementy zewnętrzne i wewnętrzne odporne na działanie środków dezynfekujących - możliwość współpracy z centralnym systemem monitoringu temperatury, funkcjonującym u Zamawiającego (możliwość wprowadzenia 2 czujników) - kółka jezdne, w tym minimum 2 z blokadą - szuflady w ilości odpowiedniej do pojemności zamrażarki
6.	Układ chłodzenia: - ekologiczny czynnik chłodniczy wolny od CFC, automatyczne odszranianie
7.	Sterowanie: - wyświetlacz cyfrowy zaprogramowanej temperatury na zewnątrz zamrażarki
8.	System alarmowy: - podtrzymywany bateryjnie alarm co najmniej dźwiękowy przekroczenia zakresu ustawionej temperatury
9.	Zasilanie: 230 V / 50 Hz
10.	Urządzenie oznakowane znakiem CE
11.	Urządzenia fabrycznie nowe, niepowystawowe, rok produkcji – 2019 - 2020