



Nasz znak: ZOZ.V.010/DZP/64/20

Sucha Beskidzka, dnia 25.09.2020r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.:

**Dostawę sprzętu medycznego dla oddziału Neonatologicznego oraz Ginekologiczno -  
Położniczego wraz z Blokiem Porodowym (V)**

w ramach Projektu o numerze RPMP.12.01.03-12-0629/17 pn. „Kompleksowa modernizacja i wyposażenie oddziałów szpitalnych ZOZ Sucha Beskidzka – Dziennego Chemioterapii Onkologicznej, Neonatologicznego oraz Ginekologiczno - Położniczego wraz z Blokiem Porodowym” złożony w postępowaniu konkursowym nr RPMP.12.01.03-IZ.00-12-031/17 ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) do Działania 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałania 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

**Pytanie 1, dotyczy pakietu nr 5 Pulsoksymetry, załącznik 1e do SIWZ punkt 28**

Czy nie zaszła pomyłka i Zamawiający miał na myśli zakres pomiaru perfuzji przy wartości min. 0,02% punktowany: „0,02% - 25 pkt, powyżej 0,02% - 0 pkt”?

Treść tej pozycji dotyczy dolnej granicy Indexu Perfuzji, która jest głównym problemem zbierania sygnału pomiaru, bo im niższa, tym trudniej złapać sygnał i monitorować (szczególnie, pacjenci z zimnymi i obrzękniętymi palcami, pacjenci resuscytowani i z krytycznymi parametrami).

**Odp. Tak, zaszła omyłka.**

**Pytanie 2, dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ wzór umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę kary umownej wynikającej z §6 ust. 1c i d do 0,5% wartości netto niezrealizowanej części umowy/sprzętu, którego dotyczy naprawa gwarancyjna?

**Odp. § 6 nie zawiera ust. 1c i d.**

Z poważaniem:

MAŁOPOLSKA  
Zespół Opieki Zdrowotnej  
w Suchej Beskidzkiej  
mgr Janusz Kociński

Kierownik  
Działu Zamówień Publicznych  
mgr Sabina Steczek

lubania