



*Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii
w Olsztynie*

ZPZ - 2375 - ⁵¹⁰⁴³...../20

Olsztyn, dnia ¹⁰...09.2020 r.

**Do wszystkich
uczestników postępowania**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów jednorazowych niesterylnych, nr sprawy ZPZ -35/07/20.

W związku z zapytaniami uczestników postępowania na dostawę materiałów jednorazowych niesterylnych, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 1 oraz ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1 (dotyczy pakietu nr 29 pozycja 1 i 2)

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 29 poz. 1 mankietów w rozmiarze 26-33cm; poz. 2 mankietów w rozmiarze 33-41cm – pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktów o powyższych parametrach.

Pytanie 2 (dotyczy pakietu nr 35)

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 35 mankietów w rozmiarze 26-33cm – pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu o powyższych parametrach.

Pytanie 3 (dotyczy pakietu nr 31)

W związku z tym, że aplikatory do podawania leku Lidocaina Egis 10% aerozol na skórę 38g nie są wyrobem medycznym a środkiem technicznym służącym do podawania leku Lidocaina zwracamy się z prośbą o wykreślenie z SIWZ z pkt. 11 ppkt. 11.5 – 1) i 2).

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga przedstawienia w/w dokumentu w przypadku, gdy produkt nie jest wyrobem medycznym.

Pytanie 4 (dotyczy pakietu nr 19)

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o weryfikację ilości zestawów jednorazowych do poboru granulocytów z krwi obwodowej za pomocą separatora komórkowego COM.TEC. W załączniku nr 2 – formularz cenowy Zamawiający określił wymaganą ilość 1 szt., przy czym oferowane zestawy pakowane są po 5 sztuk w kartonie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że rezygnuje z zamówienia asortymentu wskazanego w pozycji nr 1.

Jednocześnie informuje, że do niniejszego pisma zostanie dołączony opis przedmiotu zamówienia po modyfikacji.

Pytanie 5 (dotyczy wzoru umowy)

Dot. zapisów w § 7 pkt. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej z 1% na 0,5% wartości brutto niezrealizowanej dostawy za każdy dzień opóźnienia z dostarczeniem produktów do Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie 6 (dotyczy SIWZ – grupa kapitałowa)

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiegokolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 7 (dotyczy pakietu nr 3 pozycja 5)

Prosimy o wyjaśnienie czy elektroda do Holtera ma posiadać podłużne wycięcie bez przecięcia boków elektrody służące do przełożenia kabla, co powoduje że elektroda nie ulega rozerwaniu w trakcie mocowania kabla

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wymaga powyższego rozwiązania

Pytanie 8 (dotyczy pakietu nr 3 pozycja 7)

Prosimy o informację czy Zamawiający w ww. pozycji oczekuje elektrody z kablem na zewnątrz czy wewnątrz opakowania

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje elektrody z kablem na zewnątrz opakowania.

Pytanie 9 (dotyczy pakietu nr 3 pozycja 13)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o wymiarach 210x25, w pozostałych parametrach bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie 10 (dotyczy wzoru umowy – par. 3 ust. 1 i 3)

Prosimy o wykreślenie z projektu umowy par. 3 ust. 1 i 3. Proponowany zapis umowny jest obejściem art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zakazującego jakichkolwiek zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Niedopuszczalne jest wymaganie od Wykonawcy, aby był przygotowany na zmianę ilości poszczególnych pozycji towaru, czyli przedmiotu zamówienia

(a tym samym zmianę umowy), w sposób zależny jedynie od woli Zamawiającego. SIWZ zawiera bowiem, stosownie do art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp opis przedmiotu zamówienia, stanowiącego integralną część umowy o zamówienie, i wykonawca składa ofertę, która jest związana, tylko w zakresie tak opisanego przedmiotu. Tylko w ten sposób wykonawca, znając przedmiot zamówienia, tj. poszczególne pozycje towaru i ich ilość, może prawidłowo przygotować i skalkulować ofertę. Zamawiający oczekując od wykonawcy pełnej gotowości na zmianę przedmiotu zamówienia, tj. ilości poszczególnych pozycji towaru, według własnego uznania, samowolnie ingeruje w treść umowy (zmienia jej przedmiot), co jest niedopuszczalne w świetle art. 144 pzp.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie 11 (dotyczy pakietu nr 23 pozycja 2)

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować szczytce biopsyjne uchylne (możliwość biopsji stycznej), kolonoskopowe – długość 230cm, wielorazowego użytku, łyżeczki biopsyjne owalne z okienkiem?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie 12 (dotyczy wzoru umowy – par. 7 ust. 1)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 1% do 0,5%?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie 13 (dotyczy wzoru umowy – par. 7 ust. 2 pkt. 2)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% do 5%?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie 14 (dotyczy wzoru umowy – par. 7 ust. 4)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% do 5%?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie 15 (dotyczy wzoru umowy – par. 7 ust. 5)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% do 5%?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie 16

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja, czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego?

Odpowiedź: Informuję, że wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja oraz, że Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego

Pytanie 17 (dotyczy pakietu nr 21)

Dot. zapisów SIWZ rozdz. 19 pkt 19.3 (dot. Pakiet nr 21)

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację zakresu kryterium - termin dostawy, gdzie minimalny termin wynosi 2 dni a maksymalny 4 dni z odpowiednim przyznaniem punktacji. Oczekiwanie realizacji zamówienia w ciągu 1 dnia, nie uwzględnia odległości kilometrowej z odległych miast i tym samym wpływa negatywnie na równe traktowanie oferentów (zgodnie z rozdz. 2 art. 7.1 Ustawy Pzp), preferując wykonawców z bliskiej okolicy. Dodatkowo, procedury logistyczne w firmach przewozowych, narzucają minimalny czas realizacji zamówienia, który może wynieść nawet 3 dni robocze, od chwili złożenia zamówienia.

Kolejnym argumentem niech będzie fakt, iż dostarczany asortyment nie posiada bardzo krótkiego terminu ważności, przez co Zamawiający jest w stanie wcześniej określić wielkość zapotrzebowania i może wcześniej złożyć zamówienie, dzięki czemu Wykonawca będzie mógł terminowo zrealizować dostawę.

Dlatego zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę zapisu w SWZ – kryterium dostawy (dot. Pakiet nr 21).

Odpowiedź: Zamawiający dokona stosownej zmiany SIWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 18 (dotyczy wzoru umowy – par. 5 ust. 4)

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację Wzoru Umowy poprzez dopisanie: „przy jednorazowym zamówieniu powyżej 150,00 zł netto”

Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł, koszty transportu, na które składają się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie 19 (dotyczy wzoru umowy – par. 7)

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów § 7 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie 20 (dotyczy pakietu nr 4 punkt 3)

Czy Zamawiający dopuści przezroczyste pojemniki 1 l zamiast kolorowych? Prośbę swą motywujemy faktem, iż jeden z producentów wymaganych przez Państwa wkładów produkuje tylko przezroczyste pojemniki, nadmieniamy, iż dostarczaliśmy Państwu przezroczyste pojemniki w latach 2017 - 2018 i spełniają one wszystkie pozostałe parametry zawarte w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania przezroczystych pojemników. W związku z powyższym Zamawiający dokona zmiany opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 21 (dotyczy pakietu nr 4 punkt 1)

Czy Zamawiający wymaga, aby na każdym wkładzie była umieszczona fabrycznie nadrukowana data ważności i numer serii? Zamawiający ma wówczas pełną kontrolę nad używanym asortymentem pod względem przydatności (data ważności) i identyfikacji (numer serii) nad asortymentem, po dekompletacji opakowania zbiorczego poprzez wydawkę na oddziały.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga aby na każdym wkładzie była umieszczona fabrycznie nadrukowana data ważności i numer serii.

Pytanie 22 (dotyczy pakietu nr 18 pozycja 1)

Czy Zamawiający dopuści Elektrode neutralna jednorazowa, dwudzielna, owalna, hydrożelowa, o powierzchni czynnej 103cm², o powierzchni ogólnej 168cm²?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia że stosowane elektrody muszą być kompatybilne z diatermią Emed ES 350.

Pytanie 23 (dotyczy pakietu nr 18 pozycja 2)

Prosimy o doprecyzowanie do jakiego typu diatermii elektrochirurgicznej ma być kabel?

Odpowiedź: Kabel ma być kompatybilny z diatermią Emed ES 350.

Pytanie 24 (dotyczy pakietu nr 20 pozycja 1)

Czy Zamawiający dopuści Uchwyt monopolarny wielorazowy z elektrodą nożową, dwoma przyciskami: cięcia i koagulacji, przełącznikiem kołyskowym - cięcie i koagulacja, przewodem długości co najmniej 4,5 m, złączem trojbolcowym kompatybilnym z posiadanym przez Zamawiającego generatorem Valleylab i elektrodami z typowym trzonkiem 2,4 mm. ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie asortymentu o powyższych parametrach.

Pytanie 25 (dotyczy pakietu nr 2 pozycja 1)

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie poz. 1 i utworzenie oddzielnego pakietu, pozwoli to na złożenie korzystniejszej oferty cenowej.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie 26 (dotyczy pakietu nr 10 pozycja b)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika o pojemności 200 ml.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie 27 (dotyczy pakietu nr 10 pozycja b)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika o pojemności 190 ml ze szczelną pokrywą zamykaną na wcisk

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie 28 (dotyczy pakietu nr 10 pozycja b)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika o pojemności 366 ml ze szczelną pokrywą zamykaną na wcisk

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie 29 (dotyczy pakietu nr 10 pozycja c)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika o pojemności 520 ml ze szczelną pokrywą zamykaną na wcisk

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie 30 (dotyczy pakietu nr 10 pozycja d)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika o pojemności 1,2 L

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie asortymentu o powyższych parametrach.

Pytanie 31 (dotyczy pakietu nr 10 pozycja e)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika o pojemności 2,3 L

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie asortymentu o powyższych parametrach.

Pytanie 32 (dotyczy pakietu nr 10 pozycja f)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika o pojemności 5,6 L

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie asortymentu o powyższych parametrach.

Pytanie 33 (dotyczy pakietu nr 10 pozycja g)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika o pojemności 10,6 L

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie asortymentu o powyższych parametrach.

Pytanie 34

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie w formularzu ofertowym wyłącznie tych pakietów, na które będzie składana oferta?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 35

Wykonawca zwraca się z prośbą o odstąpienie przez Zamawiającego od wymogu wniesienia wadium.

Na mocy art. 77 pkt. 24 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorstwom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 1086), dalej Tarcza 4.0, wyłączono obowiązek wnoszenia wadium przewidziany w art. 45 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z treścią uzasadnienia projektu Tarczy 4.0, rozwiązanie to, uwzględniając fakt pogorszenia się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców działających na rynku zamówień publicznych, ma się przyczynić do ograniczenia po stronie wykonawców kosztów uzyskania zamówienia publicznego, a przez to zwiększyć dostępności rynku zamówień publicznych dla wykonawców w okresie występowania epidemii COVID-19 oraz pobudzić koniunkturę gospodarczą. Skoro ustawodawca, z uwagi na sytuację ekonomiczno-gospodarczą towarzyszącą epidemii COVID-19, złagodził wymogi dotyczące postępowań o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych, a więc w odniesieniu do postępowań o najwyższych wartościach, to tym bardziej Zamawiający winien rozważyć zasadność sięgania po rozwiązania fakultatywne, nieobligatoryjne, takie jak właśnie żądanie wniesienia wadium w ramach postępowania poniżej progów unijnych. Dokonując oceny stosowności podejmowanych w ramach postępowania działań można sięgnąć do dalszej części uzasadnienia projektu Tarczy 4.0, gdzie jako przesłanki mogące przemawiać za koniecznością żądania wniesienia wadium (o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy Pzp) wskazano okoliczności skutkujące poważnym zakłóceniem postępowania przetargowego, w tym mogące wpłynąć na jego wynik (np. ryzyko wystąpienia zmywy wykonawców, udziału w postępowaniu niesolidnego wykonawcy). Ponieważ charakter i zakres niniejszego postępowania nie wskazuje na występowanie ww. ryzyk, to żądanie wniesienia wadium w tym przypadku nie jest celowe.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie 36 (dotyczy pakietu nr 20)

Punkt 1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie uchwytu monopolarnego wielorazowego z elektrodą nożową, dwoma przyciskami do cięcia i koagulacji, przewodem długości co najmniej 4,5 m, złączem trójbolcowym i przeznaczonym do elektrod z typowym trzonkiem 2,4 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie 37 (dotyczy pakietu nr 1 pozycja 3)

Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków do leków w opakowaniu a'75 sztuk z przeliczeniem na 5.027 pełnych opakowań, co daje 377.025 sztuk? Sposób pakowania jest kwestią techniczną i nie ma jakiegokolwiek znaczenia dla walorów użytkowych wyrobu, dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego rozwiązania.

Pytanie 38 (dotyczy pakietu nr 2 pozycja 5)

Czy Zamawiający dopuści wycenę kapturków jednorazowych do pomiaru temperatury w uchu w opakowaniu a'200 sztuk z przeliczeniem na 2 pełne opakowania, co daje 400 sztuk? Sposób pakowania jest kwestią techniczną i nie ma jakiegokolwiek znaczenia dla walorów użytkowych wyrobu, dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego rozwiązania.

Pytanie 39 (dotyczy pakietu nr 5 pozycja 6)

Czy Zamawiający dopuści wycenę osłonek do głowic endowaginalnych, nawilżanych w opakowaniu a'144 sztuki z przeliczeniem na 71 pełnych opakowań, co daje 10.224 sztuk? Sposób pakowania jest kwestią techniczną i nie ma jakiegokolwiek znaczenia dla walorów użytkowych wyrobu, dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego rozwiązania.

Pytanie 40 (dotyczy pakietu nr 10)

Czy Zamawiający dopuści pojemniki o stawce VAT 23%? Dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego rozwiązania.

Pytanie 41

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 42 (dotyczy pakietu nr 1 pozycja 2)

Czy Zamawiający dopuści pojemniki na odpady medyczne o wysokości 22cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie 43 (dotyczy pakietu nr 1 pozycja 3)

Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków do leków w opakowaniu a'90 sztuk z przeliczeniem opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego rozwiązania.

Pytanie 44 (dotyczy pakietu nr 2 pozycja 5)

Czy Zamawiający dopuści kapturki jednorazowe do termometrów Braun w opakowaniu a'20szt z przeliczeniem opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego rozwiązania.

Pytanie 45 (dotyczy pakietu nr 5 pozycja 5)

Czy Zamawiający dopuści miski nerkowate o max pojemności 900 ml, pojemność użytkowa 300 ml?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie 46 (dotyczy pakietu nr 5 pozycja 6)

Czy Zamawiający dopuści osłonki do głowic endowaginalnych nawilżane w opakowaniu a'144 sztuki z przeliczeniem do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego rozwiązania.

Pytanie 47 (dotyczy pakietu nr 12 pozycja 1)

Czy Zamawiający dopuści matę dekontaminacyjną o wymiarach 115x45 cm (30 cienkich listków) posiadającą samoprzylepną warstwę spodnią zapobiegającemu niepożądanemu przesuwaniu się maty, brak potrzeby czyszczenia maty - kiedy powierzchnia maty zapełniona jest zanieczyszczeniami, należy ją zerwać odsłaniając nową, czystą powłokę?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza asortyment o powyższych parametrach.

Pytanie 48 (dotyczy pakietu nr 15)

Czy elektroda ma być wpinana do kabla czy posiadać zintegrowany kabel do połączenia z diatermią?

Odpowiedź: Tak, elektroda ma być wpinana do kabla.

Pytanie 49 (dotyczy pakietu nr 18 pozycja 1 i 2)

Prosimy o wydzielenie pozycji 1 i 2 do osobnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie 50 (dotyczy pakietu nr 18 pozycja 1)

Prosimy o dopuszczenie elektrody o powierzchni 107cm²

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie 51 (dotyczy pakietu nr 18 pozycja 2)

Prosimy o podanie, z jaką diatermią ma współpracować kabel?

Odpowiedź: Diatermia Emed ES 350

Pytanie 52 (dotyczy pakietu nr 29 pozycja 1 i 2)

Prosimy o potwierdzenie, że chodzi o mankiety jednopacjentowe.

Prosimy o podanie jakie złącze mają mieć mankiety: Submin czy DINACLICK?

Odpowiedź: Mankiety mają mieć podłączenie Submin

Pytanie 53 (dotyczy pakietu nr 29 pozycja 1)

Prosimy o dopuszczenie mankietu w rozmiarze 25-35 cm lub 26-35.5cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie mankietu w rozmiarze 25-35 cm.

Pytanie 54 (dotyczy pakietu nr 29 pozycja 2)

Prosimy o dopuszczenie mankietu w rozmiarze 33-47 cm lub 35-45cm

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie 55 (dotyczy pakietu nr 32 pozycja 1)

Prosimy o wydzielenie pozycji 1 do osobnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Prosimy o dopuszczenie rękawicy w rozmiarach M i L

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie 56 (dotyczy pakietu nr 35)

1). Prosimy o dopuszczenie mankietu w rozmiarze 25-35 cm

2). Prosimy o podanie, czy chodzi o mankiety jedнопrzewodowe czy dwuprzewodowe?

3). Prosimy o podanie, czy chodzi o mankiety do kardiomonitorów czy do ciśnieniomierzy?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że:

1). dopuszcza mankiety w rozmiarze 25-35 cm.

2). wymaga mankietów jedнопrzewodowych.

3). wymaga mankietów do ciśnieniomierzy.

Pytanie 57 (dotyczy pakietu nr 4)

Czy Zamawiający w pakiecie 4 dopuści wkłady jednorazowe o poj. 2,5l i 1,5l, kompatybilne ze zbiornikami wielorazowymi, posiadające zintegrowaną pokrywę z dwoma portami: portem do pacjenta i portem do połączenia szeregowego, dwa uchwyty przy wkładzie umożliwiające obsługę przez osoby prawo i leworęczne; zabezpieczenie zwrotne przez cofaniem się wydzieliny do pacjenta; posiadające zintegrowany filtr antybakteryjny i przeciwprzelewowo (hydrofobowy); ochrona przeciwbryzgowa zapobiegająca przedwczesnemu zamknięciu filtra; łącznik kątowy zabezpieczający przed zamknięciem światła drenu pacjenta; wymiana wkładów bez konieczności odłączenia źródła ssania?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie 58 (dotyczy pakietu nr 4)

Czy Zamawiający dopuści kanistry wielorazowego użytku przeznaczone do dezynfekcji o pojemności 1,5l i 2,5l; nietłukące; odporne na uszkodzenia mechaniczne; posiadające blokadę zabezpieczającą przed wysuwaniem się z uchwytu w czasie wymiany wkładów, dzięki czemu wkład możemy wymienić jedną ręką. Zbiorniki podobnie jak wkłady są kodowane kolorem, co ułatwia rozpoznanie odpowiednich pojemności zbiornika i wkładu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie 59 (dotyczy pakietu nr 9)

Czy Zamawiający dopuści mankiety ciśnieniowe 1000ml: • niezawodny i trwały, przystosowany do wkładów o pojemności 500 ml i 1000 ml, zapewniający stałą wartość ciśnienia w każdym miejscu mankietu, • duża, czytelna skala o średnicy 49 mm, możliwość obrotu manometru w kierunku patrzenia, • biała, liniowa skala z z podziałką co 2 mmHg, oznaczeniem cyfrowym co 20 mmHg w całym zakresie pomiarowym 0-300 mmHg, • dokładność pomiaru +/- 3mmHg, • korpus metalowy, chromowany, • bawełniana niebieska kieszeń – rozpinana - z pętlą do zawieszania na stojaku i możliwością podwieszenia worka, • bawełnianą kieszeń można

dezynfekować i prac w temperaturze do 60°C. • transparentna siatka umożliwia obserwację ilości płynu, • specjalnie utwardzana miedziano-berylowa membrana, praktycznie nie podlegająca procesowi starzenia, • zabezpieczony przed przepompowaniem - aneroid testowany do 600 mmHg, • precyzyjny łatwo wyczuwalny śrubowy zawór spustowy z filtrem przeciwkurzowym zabezpieczającym układ pomiarowy, • brak konieczności zerowania wskazówki, • bezlateksowy wkład ciśnieniowy oraz gruszka pompująca?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie 60 (dotyczy pakietu nr 14 pozycja 1)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worki urostomijne, samoprzypelne, do wycięcia, w systemie jednoczęściowe z otworem wyjściowym 12-46 mm (do przycięcia)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego asortymentu.

Pytanie 61 (dotyczy pakietu nr 14 pozycja 2)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worki ileostomijne, samoprzylepne, do wycięcia, w systemie jednoczęściowe, przezroczyste z otworem wyjściowym 15 – 60 mm (do przycięcia)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego asortymentu.

Pytanie 62(dotyczy wzoru umowy)

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”? Uzasadnione jest aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”

Wnosimy o wprowadzenie do umowy nowego paragrafu regulujące skutki wystąpienia siły wyższej mającej wpływ na realizację obowiązków wynikających z łączącej strony umowy. Proponowane brzmienie:

Siła Wyższa

1. Strony umowy zgodnie z postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych, a także innych zdarzeń, na które strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć bądź przewidzieć w chwili podpisania umowy (siła wyższa).

2. Strona umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek działania siły wyższej, jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu i ustaniu działania siły wyższej. Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypełnianie zobowiązań wynikających z Umowy, zakres asortymentu, którego dotyczy, i środki przedsięwzięte, aby te konsekwencje złagodzić.

3. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu umowy, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.

4. Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej. W czasie istnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych.

5. W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej utrzymują się dłużej niż trzy miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, każda ze stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w części objętej działaniem siły wyższej. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Wprowadzenie powyższej regulacji pozwoli na jednoznaczne określenie obowiązków stron w przypadku wystąpienia siły wyższej. Wskazać bowiem należy, iż siła wyższa traktowana jest jako jedna z przesłanek wyłączających odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, a więc również umożliwiającą wykonawcy uwolnienie się od ponoszenia odpowiedzialności za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie tej umowy, w tym za uchybienia terminowi wykonania zakontraktowanych prac czy dostaw. Jednakże w celu zapewnienia ochrony interesów obu stron umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej wprowadzenie powyższych zapisów pozwoli na podjęcie działań mających na celu ograniczenie negatywnych skutków wynikających z tego stanu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie 63 (dotyczy pakietu nr 1 pozycja 1)

Czy zamawiający dopuści pojemnik o poj. 0,5-0,8 litra, o średnicy ok. 10,5-12 cm, wysokości 11,5 cm, otwór wrzutowy ok. 6 cm, w kolorze czerwonym, w pokrywie nacięcia do zdejmowania igieł?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie 64 (dotyczy pakietu nr 1 pozycja 2)

Czy zamawiający dopuści pojemnik o poj. 2 litry, o średnicy ok. 10,5-12 cm, wysokości 22 cm, otwór wrzutowy ok. 6 cm, w kolorze czerwonym, w pokrywie nacięcia do zdejmowania igieł?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie 65 (dotyczy pakietu nr 1 pozycja 3)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 75 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego rozwiązania.

Pytanie 66 (dotyczy pakietu nr 5 pozycja 1)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego rozwiązania.

Pytanie 67 (dotyczy pakietu nr 5 pozycja 6)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 144 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego rozwiązania.

Pytanie 68 (dotyczy pakietu nr 8 pozycja 1)

Czy nie zaszła omyłka i Zamawiający oczekuje zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej na 6 procedur o składzie:

- 2 osobne opakowania każde zawierające: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z 3 otworami ssącymi, z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania i pofałdowaną gąbką na górnej powierzchni, 7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydyny w wyciskanej saszetce, 1 gąbkę aplikator

- 4 osobne opakowanie zawierające: 1 gąbkę pokrytą dwuwęglanem sodu z odsysaniem z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania oraz z zagiętą końcówką, 7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 1,5% roztworem nadtlenku wodoru w wyciskanej saszetce, 1 saszetkę z 2 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylpirydyną i witaminą E oraz 1 gąbkę aplikator. Każde pojedyncze opakowanie pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania. Oferowany zestaw o potwierdzonej badaniami klinicznymi skuteczności w redukcji VAP. Zestaw posiada uchwyt do yankauera, umożliwia powieszenie na plastikowej zawieszce oraz zawiera numerację sugerującą kolejność stosowania pojedynczych odrywanych opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wymaga zaoferowania ww. asortymentu

Pytanie 69 (dotyczy pakietu nr 8 pozycja 1)

Czy w trosce o zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa pacjentom Zamawiający oczekuje, aby zestaw zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 05 listopada 2010r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych, zarejestrowany był jako wyrób medyczny w klasie IIa?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 70 (dotyczy pakietu nr 8 pozycja 1)

Czy w celu zapewnienia jak najlepszej jakości produktu Zamawiający oczekuje, aby każde pojedyncze opakowanie pełniło jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwalało na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania?

Takie rozwiązanie nie wymaga stosowania dodatkowych narzędzi (kieliszki, miski), generującego większe koszty.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 71 (dotyczy pakietu nr 8 pozycja 1)

Czy w celu zapewnienia jak najlepszej ochrony dla pacjenta Zamawiający oczekuje, aby oferowany zestaw posiadał udowodnioną badaniami klinicznymi skuteczność w redukcji VAP?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 72 (dotyczy pakietu nr 8 pozycja 1)

Prosimy o wyjaśnienie, w związku ze zmianą zestawów przez producenta Zamawiający oczekuje zestawu do 24-godzinnej toalety jamy ustnej na sześć procedur o składzie:

Dwa osobne opakowania każde zawierające:

- Jedną szczoteczkę do zębów z odsysaniem z 3 otworami ssącymi, z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania i pofałdowaną gąbką na górnej powierzchni

- Płyn do czyszczenia jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydyny w wyciskanej saszetce, 7ml

- Jedną gąbkę aplikator

Cztery osobne opakowanie zawierające:

- Jedną gąbkę pokrytą dwuwęglanem sodu z odsysaniem z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania oraz z zagiętą końcówką,
- Płyn do płukania jamy ustnej o właściwościach myjących, dezynfekujących i nawilżających zawierający cetylopirydynę w wyciskanej saszetce, 7ml

Każde pojedyncze opakowanie pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania. Zestaw posiada uchwyt do yankauera, umożliwi powieszenie na plastikowej zawieszce oraz zawiera numerację sugerującą kolejność stosowania pojedynczych odrywanych opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie 73 (dotyczy pakietu nr 8 pozycja 2)

Czy zamawiający wymaga w tej pozycji: Gąbka do toalety jamy ustnej z poprzecznym pofałdowaniem – ułatwiająca usunięcie zdewitalizowanych tkanek ,pokryta dwuwęglanem sodu, każda indywidualnie osobno pakowana w opakowanie foliowe.?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wymaga zaoferowania ww. asortymentu

Pytanie 74 (dotyczy pakietu nr 8 pozycja 3)

Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie czy fiksatory powinny posiadać możliwość trójstopniowej aplikacji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania sortymentu o powyższych parametrach.

Pytanie 75 (dotyczy pakietu nr 9)

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie mankietu do szybkich przetoczeń, możliwość umieszczania płynów 1000 ml, zakres 0-300 mm Hg, wyposażone w nylonową, siatkową kieszeń ułatwiającą kontrolę poziomu przetaczanego płynu, posiadający posiadający cylindryczny, wysuwany, miernik ciśnienia z widoczną obrotową oraz kolorową podziałką, prosty w użyciu zawór odcinający zabezpieczony przed wypadaniem, rozmiar oznaczony kolorem, pozbawione lateksu i neoprenu, jednorazowe, czyste mikrobiologicznie. Duża wygodna gruszka do pompowania mankietu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie 76 (dotyczy pakietu nr 3 pozycja 4 i 5)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 3 pozycje nr: 4, 5 do osobnego pakietu? Wydzielenie w/w pozycji pozwoli na przygotowanie korzystniejszej oferty dla szpitala.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie 77 (dotyczy pakietu nr 3 pozycja 4)

1. Czy Zamawiający dopuści jako równoważną elektrodę do EKG, dla dorosłych, piankową, z ciekłym żelam?
2. Czy Zamawiający dopuści jako równoważną elektrodę do EKG, dla dorosłych, z podłożem z laminowanego papieru/poliestru, ze stałym żelam?
3. Czy Zamawiający oczekuje elektrodę do EKG, radioprzeźiernej dla promieni X, bezpiecznej w środowisku MR (może pozostać na pacjencie podczas badań)?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie 78 (dotyczy pakietu nr 3 pozycja 5)

1. Czy Zamawiający dopuści jako równoważną elektrodę do EKG, do badań holterowskich i wysiłkowych, z ciekłym żelem, 57 x 35 mm, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ?
2. Czy Zamawiający dopuści jako równoważną elektrodę do EKG, do badań holterowskich i wysiłkowych, z ciekłym żelem, 57 x 48 mm, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ?
3. Czy Zamawiający dopuści jako równoważną elektrodę do EKG, do badań holterowskich i wysiłkowych, z ciekłym żelem, 68,2 x 55 mm, o podłożu z „oddychającego” mikroporowatego materiału z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ?
4. Czy Zamawiający oczekują elektrodę do EKG, do badań holterowskich i wysiłkowych, z przesuniętym złączem, z wysokiej jakości czujnikiem Ag/AgCl zapewniającym doskonałą jakość zapisu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie 79 (dotyczy pakietu nr 6)

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków do glukometrów z funkcją wyrzutu paska za pomocą przycisku (funkcja bezdotykowego usuwania paska z glukometru eliminuje kontakt personelu z krwią pacjentów przy każdym wyjmowaniu zużytego paska z glukometru, zabezpieczając pacjentów i personel Szpitala przed transmisją zakażeń drogą krwi)?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie 80 (dotyczy pakietu nr 6)

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych ze standardowym zakresem korekty hematokrytu, wynoszącym min. 20-60%? Informujemy, że paski z węższym zakresem korekty hematokrytu, np. 35-60%, nie są przeznaczone do stosowania u wielu różnych grup pacjentów, takich jak kobiety w ciąży, niemowlęta i dzieci poniżej 6 r.ż., gdyż fizjologiczne wartości hematokrytu u tych pacjentów mogą być niższe niż 35%. Glukometr wskaże wtedy zafałszowane wyniki pomiarów.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie 81 (dotyczy pakietu nr 6)

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane paski testowe do glukometrów były wyrobem medycznym refundowanym? Refundacja pasków testowych oznacza nadzór na szczeblu urzędowym nad materiałami informacyjnymi dostarczanymi wraz z paskami, co zmniejsza prawdopodobieństwo publikowania materiałów wprowadzających użytkownika w błąd.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie 82 (dotyczy pakietu nr 6)

Czy Zamawiający dopuści paski testowe, których instrukcje i opakowania handlowe zawierają rozbieżne informacje dotyczące dopuszczalnego zakresu temperatury przechowywania pasków testowych – tzn. temperatura przechowywania wyszczególniona w postaci międzynarodowego, zharmonizowanego symbolu w tej samej instrukcji obsługi i na zewnętrznym opakowaniu handlowym pasków jest inna od temperatury przechowywania, którą podaje tekst instrukcji? Taka rozbieżność sugeruje, że instrukcja obsługi nie została rzetelnie przetłumaczona.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania sortymentu o powyższych parametrach.

Pytanie 83 (dotyczy pakietu nr 16)

Czy Zamawiający wymaga, aby Testy posiadały bardzo łatwy i wygodny dostęp do studzienki testowej zamykany ruchomym okienkiem, wyposażonym w specjalny ogranicznik zabezpieczający przed samoczynnym przesunięciem i wypadnięciem.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 84 (dotyczy pakietu nr 36 pozycja 18)

W związku z tym, iż uszczelki do butelki Maj-901/902 pakowane są w opakowaniach zbiorczych po 5 sztuk, prosimy o informację, czy Zamawiający wymaga zaoferowania 1 opakowania (5 sztuk) czy 2 opakowań (czyli 10 sztuk) uszczelek?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania 1 opakowania (5 sztuk).

Pytanie 85 (dotyczy pakietu nr 36 pozycja 19 i 20)

W związku z wycofaniem z dystrybucji niesterylnych balonów do EUS-a zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w poz. 19 i 20 równoważnych balonów sterylnych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania sortymentu o powyższych parametrach.

Pytanie 86 (dotyczy pakietu nr 36 pozycja 24-28)

Ze względu na wycofanie z dniem 01.04.2020 elektrod monopolarnych wielorazowego użytku, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 24-28 elektrod monopolarnych jednorazowego użytku (parametry techniczne zgodnie z wymaganiami Zamawiającego). Elektrody jednorazowe pakowane są po 12 szt (jest to min ilość handlowa), co prosimy aby Zamawiający uwzględnił przy określeniu ilości, które należy zaoferować w poszczególnych pozycjach.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania asortymentu o powyższych parametrach w ilościach: pozycja 24 – 24 sztuki; pozycja 25 – 24 sztuki; pozycja 26 – 12 sztuk; pozycja 27 – 12 sztuk; pozycja 28 – 12 sztuk.

Pytanie 87 (dotyczy pakietu nr 36 pozycja 8, 12, 13, 18)

Dotyczy zapisów SIWZ, rozdział 11.5, podpunkt 1); dotyczy pakietu nr 36, pozycje 8, 12, 13, 18: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sprzętu / asortymentu, który nie jest wyrobem medycznym (stawka VAT 23%) w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie 88 (dotyczy pakietu nr 36 pozycja 8, 12, 13, 18)

Dotyczy zapisów SIWZ, rozdział 11.5, podpunkt 1); dotyczy pakietu nr 36, pozycje 8, 12, 13, 18: Czy w przypadku zaoferowania produktu, który nie jest wyrobem medycznym (stawka VAT

23%) w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, Zamawiający nie będzie wymagał dokumentów wymienionych w SIWZ – rozdział 11.5, podpunkt 1)? Dla takiego produktu zostanie przedstawione stosowne oświadczenie

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 89

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację jednego z kryteriów oceny, tj. terminu dostawy zamówień, przewidzianego w pkt. 19.3 SIWZ poprzez przyjęcie, iż najkrótszy termin może wynosić 2 dni robocze? Wykonawca wskazuje, że określenie minimalnego terminu dostawy jako 1 dzień roboczy przekłada się na preferencyjne traktowanie przez Zamawiającego Wykonawców, których siedziby/magazyny są zlokalizowane w niewielkiej odległości od wskazanego przez Zamawiającego miejsca dostawy i mają obiektywną możliwość prawidłowego wykonania umowy w tak określonym terminie. Ewentualne deklarowanie takich terminów przez innych Wykonawców oraz ich akceptowanie przez Zamawiającego wiąże się de facto z wyrażeniem aprobaty przez obie strony dla: (a) przyjęcia w umowie nierealnych terminów spełnienia świadczeń, (b) wadliwego (nieterminowego) wykonywania przedmiotu umowy oraz (c) automatycznego ponoszenia przez wykonawcę negatywnych tego konsekwencji finansowych. Wykonawca wskazuje, iż takie działania prowadzą do zakłócenia konkurencji między Wykonawcami, a także ich nierównego traktowania (por. wyrok KIO z dnia 5 lipca 2012 r., o sygnaturze KIO 1306/12: Utrudnieniem dostępu do rynku może być każde nieuczciwe działanie innego przedsiębiorcy, które powoduje eliminowanie z wolnej gry rynkowej innych przedsiębiorców rzetelnie oferujących swoje towary czy usługi (...). W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej, takie działania nakierowane by były na uzyskanie przedmiotowego zamówienia - zmierzały do wygrania za wszelką cenę przetargu prowadzonego przez zamawiającego, nawet jeśli w tym celu podano nierealny czas reakcji grupy interwencyjnej, co w istocie stanowiłoby zachowanie sprzeczne z dobrymi obyczajami w działalności gospodarczej, godzące w zasady uczciwej konkurencji. Takim zachowaniem z całą pewnością jest oferowanie świadczenia w konkretnych warunkach niewykonalnego do spełnienia (...) po to tylko, by uzyskać zamówienie.”). W związku z powyższym Wykonawca wnosi o określenie minimalnego terminu dostawy na 2 dni robocze.

Odpowiedź: Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 90

Wykonawca zwraca się z prośbą o odstąpienie przez Zamawiającego od wymogu wniesienia wadium.

Na mocy art. 77 pkt. 24 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorstwom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 1086), dalej Tarcza 4.0, wyłączono obowiązek wnoszenia wadium przewidziany w art. 45 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z treścią uzasadnienia projektu Tarczy 4.0, rozwiązanie to, uwzględniając fakt pogorszenia się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców działających na rynku zamówień publicznych, ma się przyczynić do ograniczenia po stronie wykonawców kosztów uzyskania zamówienia publicznego, a przez to zwiększyć dostępności rynku zamówień publicznych dla wykonawców w okresie występowania epidemii COVID-19 oraz pobudzić koniunkturę gospodarczą. Skoro ustawodawca z uwagi na sytuację ekonomiczno-gospodarczą towarzyszącą epidemii COVID-19 złagodził wymogi dotyczące postępowań o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych, a więc w postępowań o najwyższych wartościach, to tym bardziej Zamawiający winien rozważyć zasadność sięgania po rozwiązania fakultatywne, nieobligatoryjne, takie jak właśnie żądanie wniesienia wadium w ramach postępowań poniżej progów unijnych. Dokonując oceny stosowności podejmowanych w ramach postępowania działań można sięgnąć do dalszej części uzasadnienia projektu Tarczy 4.0, gdzie jako przesłanki mogące przemawiać za koniecznością żądania wniesienia wadium wskazano okoliczności skutkujące poważnym zakłóceniem postępowania przetargowego, w tym mogących wpłynąć na jego wynik (ryzyko wystąpienia

zmowy wykonawców lub udziału w postępowaniu niesolidnego wykonawcy). Ponieważ charakter i zakres niniejszego postępowania nie wskazuje na występowanie ww. ryzyk, to żądanie wniesienia wadium w tym przypadku nie jest celowe.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie 91 (dotyczy wzoru umowy)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na urealnienie minimalnego poziomu realizacji umowy i określenia go na poziomie 80% wartości brutto umowy? Wykonawca wskazuje, iż określenie przez Zamawiającego minimalnego poziomu zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany pozwala Wykonawcom na rzetelne i właściwe dokonanie wyceny oferty. W orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 8 stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) Izba wskazała, że niedopuszczalną praktyką jest określenie przez Zamawiającego jedynie górnej granicy swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno wyda na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia: „Taki sposób określenia przedmiotu zamówienia nie spełnia wymogów art. 29 ust 2 ustawy Pzp, który nakazuje, aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny”. Izba uznała ponadto w tym przypadku, że „Zamawiający zastosował praktykę handlową, która pozostawia Wykonawcę w niepewności, co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w ramach umowy, oraz uniemożliwia kalkulację ceny umownej. W efekcie na Wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko gospodarcze kontraktu, co z kolei stoi w sprzeczności z zasadą równości stron umowy”. Instytucja prawa opcji pozwala zatem na precyzyjne określenie poziomu zamówienia, który zostanie przez zamawiającego zrealizowany, co pozwala Wykonawcom na prawidłowe dokonanie wyceny oferty (por. wyrok KIO z dnia 23 lipca 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 1447/10, wyrok KIO z dnia, sygn. akt KIO/UZP 2376/10). Brak określonego poziomu realizacji umowy jest tożsamy z ponoszeniem przez Wykonawcę wysokiego ryzyka związanego z koniecznością zabezpieczenia dostaw na potrzeby realizacji umowy bez gwarancji nawet zwrotu poniesionych kosztów przygotowania do umowy. Powyższe może znaleźć odzwierciedlenie w treści i ilości otrzymanych przez Zamawiającego ofert.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie 92 (dotyczy wzoru umowy)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do wzoru umowy klauzuli waloryzacyjnej?

Wykonawca proponuje następującą treść ww. klauzuli:

„Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy, jeżeli umowa trwa powyżej 12 miesięcy oraz występuje jedna z poniższych okoliczności:

- a) zmiana średniego kursu EUR ogłoszonego w dniu zawarcia umowy o 2%, lub
- b) zmiana średniego kursu USD ogłoszonego w dniu zawarcia umowy o 2%, lub
- c) po dniu zawarcia umowy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS przekroczy 3%

Odpowiedzi winne być udzielane w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania pisma, a cały proces negocjacji zakończony w terminie do 30 dni roboczych od daty złożenia wniosku inicjującego proces.

Każdorazowo dokonana zmiana nie może skutkować podwyższeniem wynagrodzenia o 5% pierwotnej wartości Umowy.”

Wykonawca wyjaśnia, iż umowa będzie umową długoterminową, i niewątpliwym jest, iż w okresie jej obowiązywania może nastąpić zmiana siły nabywczej pieniądza. Wprowadzenie klauzuli umożliwi zaktualizowanie wynagrodzenia Wykonawcy pod kątem rzeczywistej wartości ekonomicznej świadczonych dostaw, co przyczyni się zarówno do jak najpełniejszego wykonywania umowy jak również sporządzenia właściwej kalkulacji oferty zobowiązania długoterminowego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie 93 (dotyczy wzoru umowy)

Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisów §7 ust. 1 pkt. 1 oraz §7 ust. 2 wzoru umowy w ten sposób, aby kary umowne były naliczane w związku z wystąpieniem zwłoki, a nie opóźnienia realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający uregulował obowiązek zapłaty kar umownych w przypadku opóźnienia Wykonawcy. Projektując zapisy umowne w przedmiocie kar umownych, Zamawiający powinien mieć na uwadze, że wykonawcy nie odpowiadają za zdarzenia, na których powstanie nie mają wpływu. Ponadto takie uregulowanie jest nieuzasadnionym rozszerzeniem odpowiedzialności wykonawcy. Kary umowne winny być powiązane z zawinieniem wykonawcy, na bazie art. 473 k.c. w związku z art. 5 k.c.

Wykonawca nadmienia, iż klauzula przewidująca karę umowną za każdy dzień opóźnienia, a więc przerzucającej na wykonawcę odpowiedzialność za zdarzenia leżące poza jego kontrolą została wskazana na stronach Urzędu Zamówień Publicznych za klauzulę kontrowersyjną, naruszającą w sposób nadmierny równowagę stron (https://www.uzp.gov.pl/_data/assets/pdf_file/0012/41313/Lista-klauzul-naruszajacych-rownowage-kontraktowa-w-sposob-nadmierny.pdf).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie 94 (dotyczy wzoru umowy)

Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisów umowy przewidzianych w §7 wzoru umowy w ten sposób, że kara umowna będzie naliczana od wartości netto a nie brutto. Podatek VAT jako należność publicznoprawna jest odprowadzany przez Wykonawcę do urzędu skarbowego i nie prowadzi do powstania po stronie Wykonawcy jakiegokolwiek przysporzenia majątkowego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie 95 (dotyczy wzoru umowy)

Wykonawca zwraca się z prośbą o rezygnację z zapisu §7 ust. 4 bowiem jego dyspozycja została już ujęta w zapisie §7 ust. 6 wzoru umowy.

Odpowiedź: Zamawiający dokona stosownej modyfikacji wzoru umowy.

Pytanie 96 (dotyczy wzoru umowy)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby suma kar umownych naliczonych w oparciu o umowę nie przekroczyła poziomu 15% wartości netto umowy?

Wykonawca zwraca uwagę, iż w świetle orzecznictwa, a także wyjaśnień umieszczonych na stronach Urzędu Zamówień Publicznych, za karę rażąco wygórowaną, nieproporcjonalną i nie spełniającą swej kompensacyjnej funkcji należy uznać karę w sytuacji, w której równa się ona bądź jest zbliżona do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania. Wprowadzenie limitu zgodnie z powyższą propozycją pozwoli uniknąć takiej sytuacji.

Wykonawca nadmienia, iż klauzula przewidująca kary umowne o wygórowanym została uznana przez Urząd Zamówień Publicznych za klauzulę kontrowersyjną, naruszającą równowagę stron w sposób nadmierny, a „kara umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznającym mu korzyść majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela szkody” (wyrok SN z dn. 24 stycznia 2014 r., sygn. I CSK 124/13).

Nadto zgodnie z przyjętym przez KIO stanowiskiem: „Nie można akceptować takich mechanizmów, które pozbawią wykonawcy przychodu z tytułu świadczonej usługi. Kara umowna powinna mieć wysokość, która będzie odczuwalna w stopniu dyscyplinującym stronę umowy, ale nie w stopniu prowadzącym do rażącego wzbogacenia jednej strony kosztem drugiej, a wręcz czyniącym niecelowym jej wykonywanie.” (wyrok z dn. 28.12.2018 r., sygn. akt 2574/18). W świetle powyższego zasadnym jest postulat Wykonawcy, aby już na etapie formułowania warunków umowy wprowadzić rozwiązania zabezpieczające przez zaistnieniem skrytykowanej przez KIO sytuacji.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie 97 (dotyczy pakietu nr 8 pozycja 1 i 2)

Czy Zamawiający wydzieli poz. 1 i 2 do osobnego pakietu? Pozostałe artykuły nie mają związku z higieną jamy ustnej i mogą ograniczyć konkurencyjność ofert.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie 98 (dotyczy pakietu nr 8 pozycja 1)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów do 24-godzinnej toalety jamy ustnej z możliwością powieszenia na plastikowej, dołączonej do zestawu zawieszce oraz sugerowaną kolejnością stosowania składających się z:

a. 2 opakowania - zawierające szczoteczkę do zębów z funkcją odsysania (trzonek szczoteczki i włosie wykonane z jednego odlewu co eliminuje ryzyko wypadania włosa i aspiracji do dróg oddechowych pacjenta), z złączem do linii odsysającej oraz otworem umożliwiającym regulację siły odsysania, saszetka z antyseptycznym płynem do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydyny oraz aplikatorem do zwilżania ust pacjenta w formie gąbki na patyku, kieliszek do dozowania płynu.

b. 4 opakowania - zawierające aplikator czyszcząca-ssący, którego główka zbudowana z miękkich silikonowych płytek umożliwia delikatne czyszczenie z równoczesnym odsysaniem zębów, dziąseł, języka i podniebienia (unikatowa konstrukcja główki ułatwia nanoszenie roztworów antybakteryjnych stosowanych do higieny jamy ustnej) złączem do linii odsysającej oraz otworem umożliwiającym regulację siły odsysania, saszetka z antyseptycznym płynem do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydyny oraz aplikatorem do zwilżania ust pacjenta w formie gąbki na patyku, kieliszek do dozowania płynu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie 99 (dotyczy pakietu nr 8 pozycja 2)

Prosimy Zamawiającego o umożliwienie zaoferowania na zasadach równoważności aplikatorów pakowanych po 2 szt. i umożliwienie zaoferowania 2150 opakowań (w każdym 2 aplikatory).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie 100 (dotyczy pakietu nr 9)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie mankietu ciśnieniowego 1000ml. - Mankiet wykonany z przezroczystego białego materiału umożliwiającego podgląd poziomu płynu - O budowie pozwalającej na utrzymywanie stałej wartości ciśnienia w każdym miejscu mankietu - Posiadający możliwość zawieszania na stojaku jezdny - Worek do płynu zawieszany wewnątrz mankietu - Proste zawieszanie worka - (budowa mankietu umożliwia jego rozchylenie w celu zawieszenia worka) - Ciśnienie wskazywane na czytelnym manometrze słupkowym - Wyposażony w dużą, trwałą gruszkę do pompowania mankietu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie 101 (dotyczy pakietu nr 29)

Aby precyzyjnie dobrać odpowiedni asortyment czy Zamawiający wymaga mankietów wykonanych w technologii CRITIKON* SOFT-CUF* BP skonstruowanych z miękkiego, chłonnego materiału z zaokrąglonymi rogami, co maksymalizuje wygodę pacjenta podczas dłuższej hospitalizacji. Mankiety są idealne dla pacjentów pozostających w szpitalu przez dłuższy czas lub w przypadku protokołów, w których mankiety jest przewożony wraz z pacjentem przez cały czas pozostawania w obrębie szpitala poczym zutylizowany po zastosowaniu u pojedynczego pacjenta, co pozwala na zapobieganie zakażeniom za rozsądną cenę.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu o powyższych parametrach.

Pytanie 102 (dotyczy pakietu nr 35)

Aby precyzyjnie dobrać odpowiedni asortyment czy Zamawiający wymaga mankietów wykonanych w technologii CRITIKON* SOFT-CUF* BP skonstruowanych z miękkiego, chłonnego materiału z zaokrąglonymi rogami, co maksymalizuje wygodę pacjenta podczas dłuższej hospitalizacji. Mankiety są idealne dla pacjentów pozostających w szpitalu przez dłuższy czas lub w przypadku protokołów, w których mankiet jest przewożony wraz z pacjentem przez cały czas pozostawania w obrębie szpitala poczym zutyliczowany po zastosowaniu u pojedynczego pacjenta, co pozwala na zapobieganie zakażeniom za rozsądną cenę.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu o powyższych parametrach.

Pytanie 103 (dotyczy pakietu nr 35)

Czy Zamawiający wymaga mankietów jedno lub dwu tubowych?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga mankietów jednotubowych.

Pytanie 104 (dotyczy §7 ust. 1.1 wzoru umowy)

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kary umownej zawartej w umowie w w/w ustępie z 1% na 0,5% wartości brutto niezrealizowanej dostawy za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie 105 (dotyczy pakietu nr 29 pozycja 1)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania Mankiet 2-żyłowy, rozmiar 25-35 cm, dwuwarstwowy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie 106 (dotyczy pakietu nr 29 pozycja 2)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania Mankiet 2-żyłowy dla dorosłych duży, rozmiar 33-47 cm, dwuwarstwowy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie 107 (dotyczy pakietu nr 35 pozycja 1)

Czy Zamawiający dopuści mankiet 1-żyłowy, rozmiar 25-35 cm, z kłamrą?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie 108 (dotyczy pakietu nr 17 pozycja 1)

Czy Zamawiający w zadaniu 17 dopuszcza:

Poz. 1 worek urostomijny, jednoczęściowy, samoprzylepny, przezroczysty, płytka hydrokoloidowa, elastyczna, do docięcia 10-45 mm, pojemność 460 mm, ujście zamykane na miękkie kurek

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego asortymentu.

Pytanie 109 (dotyczy pakietu nr 17 pozycja 1)

Czy Zamawiający w zadaniu 17 dopuszcza:

Poz. 1. worek urostomijny, jednoczęściowy, samoprzylepny, przezroczysty, płytka hydrokoloidowa, zapobiegająca podrażnieniom skóry, do docięcia 10-66 mm, pojemność 330 ml, ujście zamykane na kurek

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego asortymentu.

Pytanie 110(dotyczy pakietu nr 17 pozycja 1)

Czy Zamawiający w zadaniu 17 dopuszcza:

Poz. 1 worek urostomijny, jenczęściowy, samoprzylepny, przezroczysty, płytka hydrokolidowa, zapobiegająca podrażnieniom skóry, do docięcia 10-76 mm, pojemność 400 ml, ujście zamykane na kurek

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego asortymentu.

Pytanie 111(dotyczy pakietu nr 17 pozycja 2)

Czy Zamawiający w zadaniu 17 dopuszcza:

Poz. 2 worek ileostomijny, jenczęściowy, samoprzylepny, przezroczysty, płytka hydrokolidowa, elastyczna, do docięcia 10-55 mm, pojemność 510 ml, ujście zamykane na rzep

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego asortymentu.

Pytanie 112(dotyczy pakietu nr 17 pozycja 2)

Czy Zamawiający w zadaniu 17 dopuszcza:

Poz. 2 worek ileostomijny, jenczęściowy, samoprzylepny, przezroczysty, płytka hydrokolidowa, zapobiegająca podrażnieniom skóry, do docięcia 10-76 mm, pojemność 650 ml, ujście zamykane na rzep

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego asortymentu.

Pytanie 113 (dotyczy pakietu nr 17 pozycja 3)

Czy Zamawiający w zadaniu 17 dopuszcza:

Poz. 3 pasta stomijna uszczelniająco-gojąca, opakowanie 60 g.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego asortymentu.

Pytanie 114(dotyczy pakietu nr 17 pozycja 4)

Czy Zamawiający w zadaniu 17 dopuszcza:

Poz. 4 neutralizator zapachów w płynie, butelka 240 ml.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego asortymentu.

Pytanie 115

Czy Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych (worki stomijne pakowane po 30 szt w opakowaniu handlowym)? W przypadku naszej firmy nie ma możliwości sprzedawania w pojedynczych sztuk, gdyż magazyn znajduje się na Wę-grzech skąd bezpośrednio wysyłany jest towar do Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ww. rozwiązania.

UWAGA!

W przypadku zmian parametrów produktów zgodnie z udzielonymi odpowiedziami Zamawiającego - proszę pod danym pakietem formularza cenowego wpisać informację: „dopuszczono zgodnie z odpowiedziami Zamawiającego z dnia....” oraz wpisać parametr.

Z-CIA DYREKTORA DS. TECHNICZNO-LOGISTYCZNYCH
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

inż. Jolanta Grabińska

.....
(podpis osoby zatwierdzającej)

Załączniki:

- 1). Załącznik nr 2 - Formularz cenowy PO MODYFIKACJI
- 2). Załącznik nr 5 - Wzór umowy PO MODYFIKACJI

Sporządziła – Dorota Borkowska

Egz. nr 1 - a/a

Otrzymują: Ogłoszenie na stronie internetowej