

Gdańsk, dnia 03.06.2022 r.

GUM2022ZP0056

Do uczestników postępowania

Dotyczy: Dostawa sprzętu laboratoryjnego i zamrażarki niskotemperaturowej w 6 pakietach dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Gdański Uniwersytet Medyczny, jako Zamawiający zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych jak niżej:

Pytanie 1:

Pakiet 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wirówkę o poziomie głośności mniejszym równym 56 dB?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2:

Pakiet 4: Czy Zamawiający dopuści rotor o pojemności 12 x 1,5/2 ml z możliwością zastosowania adapterów na probówki 0,5 ml i 0,2 ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 3:

Pakiet 4: Czy Zamawiający dopuści wirówkę o warunkach pracy od 5 do 35 stopni C?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści.

*p.o. Kanclerza
/-/
Prof. dr hab. Jacek Bigda*

Sporządziła: Weronika Garstecka