



„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.

19-300 Elk, ul. Baranki 24,

tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala

tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

tel. 87 620-95-93

tel. 87 620-95-76

tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl

e-mail: przetargi@promedica.elk.pl

www.promedica.elk.com.pl

Odpowiedź na Zapytanie 38

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/DZZP/ 1750 / 2904 / 24

Data: 22.08.2024 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o. Znak Sprawy 2133/2024.

Na podstawie art. 135 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

PYTANIE nr 1 dot. Załącznika Nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy

Prosimy Zamawiającego o obniżenie kar umownych wynikających z zapisów §6 ust. 1.3 i 1.5 do 0,5%?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE nr 2 dot. Pakietu 19 - Załącznik Nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Czy zamawiający dopuści Maskę nadkrtaniowa dla dorosłych i dzieci, wykonaną z miękkiego termoplastycznego tworzywa; posiadająca miękki żelowy mankiet uszczelniający bez konieczności pompowania, kanał gastryczny (dopuszczony brak kanału w rozmiarze 1 – noworodki do 5 kg); anatomicznie wyprofilowany stabilizator położenia w jamie ustnej, zintegrowane zabezpieczenie przed przegryzieniem; dokładne oznaczenie rozmiaru na grzbiecie maski. Rozmiary w przedziałach wagowych: rozm. 5 : 90+kg, rozm. 4 : 50-90+kg, rozm. 3 : 30-60 kg, rozm. 2,5 : 25-30kg, rozm. 2 : 10-25kg, rozm. 1,5 : 5-12kg, rozm. 1 : 2-5kg?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 3 dot. Pakietu 64 - Załącznik Nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Czy Zamawiający będzie wymagał Pokrowce na materacyk jednorazowego użytku do lampy do fototerapii neoBLUE czy dopuszczone i zwalidowane przez producenta lampy firmę NATUS?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga pokrowce na materacyk jednorazowego użytku do lampy do fototerapii neoBLUE czy dopuszczone i zwalidowane przez producenta lampy firmę NATUS.

PYTANIE nr 4 dot. Pakietu 45 - Załącznik Nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Czy Zamawiający będzie wymagał Zestaw jednorazowych przetworników do pomiaru ciśnienia metodą krwawą. Długość linii 152 cm, Sterylny, zawierający linię tętniczną, kraniki, korki w kolorze żółtym w celu uniknięcia kontaminacji podczas przepłukiwania systemu, linia przepłukująca trwale, nierozzerwalnie połączona przetwornikiem, przyrząd do przetaczania płynów. Kompatybilny z kardiomonitorem Mindray IPM9800 i Beneview T8?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zestawu jednorazowych przetworników do pomiaru ciśnienia metodą krwawą długość linii pomiędzy 120 a 220cm, przetwornik powinien mieć połączenie CONNECTOR ROUND z kablem do monitorowania IBP. Zestaw musi spełniać pozostałe wymogi określone w Formularzu Asortymentowo-Cenowym oraz udzielonych przez Zamawiającego odpowiedziach na zapytania.



PYTANIE nr 5 dot. Pakietu 43 - Załącznik Nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Jaki rodzaj połączenia kabel – czujnik Zamawiający oczekuje ? Szara kostka LNCS czy płaskie z chipem typu RD?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje płaskiego połączenia kabel-czujnik z chipem typu RD.

PYTANIE nr 6 dot. Pakietu 43 - Załącznik Nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Czy Zamawiający oczekuje 5 szt. czujników 1 pacjentowych? czy 5 opakowań po 20 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje 5 szt czujników 1 pacjentowych.

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.

Z poważaniem

