

ZP/20/24

### Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

**dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie podstawowym o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zmianami), dalej: „ustawa” pn. Sukcesywna dostawa wyrobów jednorazowych oraz drobnego sprzętu medycznego do Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 6 ustawy, Zamawiający przedstawia pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

1. Pakiet 4 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści podwójną skalę pomiarową, która ułatwi Personelowi odczyt wartości?  
Reszta parametrów zgodna z SWZ.

**Odpowiedź:** Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

2. Pakiet 4 pozycja 3

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawki cewnikowej z końcówką ściętą prosto, nie pod kątem?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza (nie wymaga) zaoferowanie strzykawki cewnikowej z końcówką ściętą prosto, nie pod kątem.

3. Pakiet 4 pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści opakowanie 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań w formularzu asortymentowo-cenowym ?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

4. Pakiet 4 pozycja 9

Prosimy o dopuszczenie równoważnego produktu o poniższych parametrach

- Przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych/ transfuzji, z komora kroplowa wolna od PVC o długości min. 80mm w części przezroczystej , z odpowietrznikiem, zatyczka filtra w kolorze czerwonym, pojemność komory 18 ml, całość bez zawartości ftalanów DEHP, BBP, DBP i lateksu (informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym), bez zawartości

bisfenolu A ( BPA), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu(dodatkowy otwór/pochewka) , nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, dren o dł. 150 cm wyposażony w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, opakowanie kolorystyczne - nadruk w kolorze czerwonym, Opakowanie jednostkowe folia-papier ze znacznikiem sterylizacji i fabrycznie umieszczonym dwuwymiarowym kodem kreskowym umożliwiającym elektroniczny odczyt daty ważności i numeru serii, sterylna, opakowanie 180 szt,

**Odpowiedź:** Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

5. Pakiet 4 pozycja 9 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje aby przyrządy do transfuzji były pakowane w opakowanie jednostkowe folia-papier (1 szt.) z fabrycznie umieszczonym na tym opakowaniu kodem UDI, co ułatwia obsługę procesów logistycznych i gospodarkę magazynową Zamawiającego

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, o którym mowa w pytaniu (nie wymaga).

6. Pakiet 4 pozycja 10

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych z elastyczną komorą kroplową bez zawartości bez PCV?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, o którym mowa w pytaniu (nie wymaga).

7. Pakiet 4 pozycja 10

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje aby przyrządy były pakowane w opakowanie jednostkowe folia-papier (1 szt.) z fabrycznie umieszczonym na tym opakowaniu kodem UDI, co ułatwia obsługę procesów logistycznych i gospodarkę magazynową Zamawiającego

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, o którym mowa w pytaniu (nie wymaga).

Wyjaśnienia są wiążące z chwilą publikacji.

/-/ Paweł Dopierała

Prezes Zarządu

Prezes zarządu