

Konin, 05.08.2022 r.

**WSZ-EP-24/1179/2022**

**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego/  
strona internetowa prowadzonego postępowania**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pod nazwą: „Dostawa sprzętu jednorazowego i wyrobów medycznych”, nr sprawy WSZ-EP-24/2022**

**Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ – nr 45**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ”.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

1. Pakiet 28. Czy dla dodatkowej ochrony przed zakażeniami koreczki górnego portu kaniuli mają mieć możliwość zablokowania przed przypadkowym otwarciem poprzez obrót koreczka o 180 stopni?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wymaga powyższego, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

2. Pakiet 56. Czy zestawy do podawania cytostatyków mają być także kompatybilne z pompami Infusomat Space?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wymaga powyższego, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

3. Pakiet 57. Czy zestawy do podawania cytostatyków mają być także kompatybilne z pompami Infusomat Space?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wymaga powyższego, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

4. Pakiet 119 poz.1. Proszę o dopuszczenie: Bezpieczny zestaw do przetoczeń płynów infuzyjnych, wentylowany, dwuczęściowa komora kroplowa z filtrem 15µm, automatycznie i niezawodnie zatrzymująca infuzję i zapobiegająca przedostawaniu się powietrza do linii infuzyjnej po opróżnieniu komory kroplowej, skalibrowana do dostarczenia 20 kropli na 1 ml, bez dodatkowego zacisku umożliwiającą zatrzymanie infuzji bez konieczności zmiany przepływu zaciskiem rolkowym, zacisk rolkowy, długość drenu 180-185 cm, zakończony końcówką Luer-Lock i nasadką z filtrem hydrofobowym usuwającym powietrze z drenu podczas wypełniania zestawu. Produkt nie zawiera DEHP, sterylny, jednorazowego użytku.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

5. Pakiet 119 poz.2. Proszę o dopuszczenie: Bezpieczny zestaw do przetoczeń płynów infuzyjnych z bezigłowym dostępem bocznym, wentylowany, dwuczęściowa komora kroplowa z filtrem 15µm, automatycznie i niezawodnie zatrzymujący infuzję i zapobiegający przedostawaniu się powietrza do linii infuzyjnej po opróżnieniu komory kroplowej, skalibrowana do dostarczania 20 kropli na 1 ml, bez dodatkowego zacisku , zacisk rolkowy, długość drenu 185-210cm, zakończony końcówką Luer-Lock i nasadką z filtrem hydrofobowym usuwającym powietrze z drenu podczas wypełniania zestawu. Produkt nie zawiera DEHP, sterylny, jednorazowego użytku.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

6. Pakiet 119 poz.3. Proszę o dopuszczenie : Bezpieczny zestaw do przetoczeń krwi i płynów krwiopochodnych, dwuczęściowa niewentylowana komora kroplowa z integrowanym filtrem siatkowym 200 mikronów eliminuje zanieczyszczenia, skrzepy krwi i resztki komórkowe, komora kroplowa o dużej objętości z dużą powierzchnią filtra zapewnia płynny, nieprzerwany przepływ krwi i płynów krwiopochodnych, skalibrowana do dostarczania 20 kropli na 1 ml, długość drenu 150-185 cm, zakończony końcówką Luer-Lock i nasadką z filtrem hydrofobowym usuwającym powietrze z drenu podczas wypełniania zestawu. Produkt nie zawiera DEHP, sterylny, jednorazowego użytku.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.