

Gdańsk, dnia 29.04.2021 r.

D10.251.2.M.2021

**WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp.

**DOSTAWA APARATURY MEDYCZNEJ
DLA SZPITALA COPERNICUS PL SP. Z O.O.**

W związku z pytaniami ze strony Wykonawców Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia, w następujący sposób:

PYTANIE:

W nawiązaniu do udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi z dnia 27.04.2021 chcielibyśmy zwrócić uwagę, że pozostawienie bez zmian zapisów w punkcie 32 zad 1 usg I oraz punkcie 31 zad 1 usg II uniemożliwia złożenie oferty przez Wykonawcę firmę GE, gdyż w linii aparatów LOGiQ nie występuje opcja DICOM viewer – tzn. oprogramowania z przeglądarką DICOM.

Aparat, który Wykonawca chciałby zaoferować w przetargu posiada możliwości zgrywania badań w formacie jpeg i avi oraz bezkosztową możliwość instalacji przeglądarki DICOM na komputerach na których będą oglądane badania z aparatów usg. W naszym przekonaniu ww. rozwiązanie czynią ofertę równoważną.

Wykonawca proponuje dostarczenie wraz z aparatem 10 sztuk pamięci usb tzw. pendrive z oprogramowaniem do przeglądania obrazów DICOM. Prosimy o dopuszczenie takiego rozwiązania.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie ze zmienionym OPZ Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych modyfikuje treść SWZ w w/w zakresie i załącza zmodyfikowany załącznik nr 1 B - OPZ. Wszelkie wyjaśnienia, dopuszczenia i zmiany SWZ stanowią integralną część SWZ, należy je uwzględnić i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty.

Z poważaniem

Załącznik:

- opis przedmiotu zamówienia po zmianie

Sporządził Sekretarz komisji: Marta Muszyńska-Orciuch