



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 16.09.2020

Dotyczy: ZAPYTANIA OFERTOWEGO RPoZP 31/2020/ TESTY DIAGNOSTYCZNE

Pytania i odpowiedzi nr 3

1. Czy Zamawiający w ramach pakietu nr 2 Narkotyki w moczu dopuści testy o następującej czułości: AMP 1000 ng/ml, BZD300 ng/ml, COC 300 ng/ml, MOR/OPI 300 ng/ml, THC 50 ng/ml?
Odp.: Zamawiający nie dopuści testu o w/w parametrach, czułość testu niezgodna ze specyfikacją przedmiotu zamówienia.

2. Zapytanie do pakietu nr 1 pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści test do oznaczania g.lamblija w kale o czułości 97% i swoistości 99%?
Odp.: Zamawiający nie dopuści testu o w/w parametrach, czułość testu niezgodna ze specyfikacją przedmiotu zamówienia.

KOMENDANT


płk mgr inż. Krzysztof Pietraszko

M.J. 91/ 810 59 82