



7	Dwukanalowe cewniki poliuretanowe dializacyjne, wysokoprzepływowe, o nerkowatym kształcie przekroju, powierzchnia cewnika pokryta powłoką z jonów bizmutu o właściwościach przeciwbakteryjnych, schodkowa końcówka cewnika dwuświatłowodowego pozbawiona otworów bocznych, o średnicy zewnętrznej 11,5 F, 13,0 F, długościach 15, 20, 25cm w zestawach; w zależności od potrzeb zamawiającego			szt	50								
<b>razem</b>								x		x	x	x	x

**\*\*należy wyszczególnić poszczególne preparaty i osprzęt oraz opisać oferowany asortyment**

**Uwaga! Zamawiający wymaga opisów poszczególnych produktów potwierdzających spełnienie wymagań określonych przez zamawiającego.**

Nazwa	x	jm	ilość	Cena netto dzierżawy na 1 m-c	cena brutto dzierżawy na 1 m-c	wartość netto dzierżawy za 24 m-ce	Vat%	Wartość brutto dzierżawy za 24 m-ce
A		B	C	D	E	F	G	
Dzierżawa aparatu do CRRT zgodnie z wymaganymi parametrami technicznymi oraz z bieżącą aktualizacją oprogramowania	x	m-c	24					
Dzierżawa aparat do CRRT z możliwością wykonywania terapii ECCO2R zgodnie z wymaganymi parametrami technicznymi oraz z bieżącą aktualizacją oprogramowania	x	m-c	24					

24 m-czna WARTOŚĆ ZADANIA		
Nazwa	Wartość netto	wartość brutto
Materiały zużywalne		
Dzierżawa aparatów razem		
<b>razem</b>		

\* należy podać

**Wartość netto:** ..... **Słownie:** .....

**Wartość brutto:** ..... **Słownie:** .....

**Data:** .....

**Podpis Wykonawcy**  
.....