



Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy

WSzSL/FZ.381.56/22/ 361 /2022



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Legnica, dnia 16-09-2022r.

Do zainteresowanych

**INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ**

Dotyczy: POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWY PASKÓW TESTOWYCH DO GLUKOMETRÓW  
znak sprawy WSzSL/FZ-56/22

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy informuje, że działając na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) (dalej uPzp) w dniu 16-09-2022 r. dokonał wyboru oferty Wykonawcy jak niżej:

**Oferta nr 5 złożona przez Centrum Diabetologii Sp. z o.o. ul. Niedźwiedzia 29B 02-737 WARSZAWA NIP 5213643658**

Zgodnie z kryteriami określonymi w SWZ:

- a) Cena - 60 %,
- b) Parametry funkcjonalno-użytkowe – 40 %,

Oferty Wykonawców uzyskały punktację j.n.:

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Kryterium Cena (60%)	[Kryterium Parametry funkcjonalno-użytkowe – techniczne -40 %]*	Razem punktacja
1	Roche Diabetes Care Polska Sp. zo.o., ul. Wybrzeże Gdynskie 6B, 01-531 Warszawa, NIP 5252589064	31,80	36,67	68,47
2	NEUCA SPÓŁKA AKCYJNA ul. Forteczna 35-37 87-100 Toruń NIP 8790017162;	49,11	26,67	75,78
3	Centrum Zaopatrzenia Medycznego „CEZAL”SA-Wrocław, ul. Widna 4, 50-543 Wrocław NIP 8990107208;	35,80	23,33	59,13
4	Salus International Sp. z o.o. 40-273 Katowice, ul. Pułaskiego 9, NIP 6340125442	60,00	20,00	80,00
5	<b>Centrum Diabetologii Sp. z o.o. ul. Niedźwiedzia 29B 02-737 WARSZAWA NIP 5213643658,</b>	45,69	40,00	<b>85,69</b>

\*- Informacja o przyznanych punktach cząstkowych w kryterium „Parametry funkcjonalno użytkowe” znajduje się w Załączniku do niniejszej informacji.

Zamawiający wybrał ofertę zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w dokumentach zamówienia, na podstawie art. 239 ust. 1 uPzp.; Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania; złożone oferty spełniają wymagania określone w dokumentach zamówienia.

Niniejsza informacja zostaje przekazana Wykonawcom drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznej platformy zamówień [https://platformazakupowa.pl/pn/szpital\\_legnica](https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_legnica) poprzez stronę internetową Szpitala: [www.szpital.legnica.pl](http://www.szpital.legnica.pl)

Z poważaniem,

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
w Legnicy

Anna Płotnicka-Mieloch

Załącznik do informacji o rozstrzygnięciu postępowania WSzSL/FZ-56/22

Parametry funkcjonalno-użytkowe

	Przyznane punkty cząstkowe Oferta 1(Roche Diabetes Care Polska Sp. z o.o.)	Przyznane punkty cząstkowe Oferta 2 (Neuca S.A.)	Przyznane punkty cząstkowe Oferta 3 (CZM „CEZAL”S .A.)	Przyznane punkty cząstkowe Oferta 4 (Salus International Sp. z o.o.)	Przyznane punkty cząstkowe Oferta 5 Centrum Diabetologi i Sp. z o.o.)
A	Typ krwi do badania: krew włośniczkowa	0 pkt			
A1	Typ krwi do badania: min. krew włośniczkowa i krew żylna	5 pkt	5 pkt	5 pkt	5 pkt
B	Enzym: oksydaza glukozy	0 pkt			
B1	Enzym: dehydrogenaza glukozy	5 pkt	5 pkt	5 pkt	5 pkt
C	Automatyczne kodowanie (bez kluczy, chipów i ręcznego ustawiania kodów)	5 pkt	5 pkt	5 pkt	5 pkt
C1	Brak automatycznego kodowania	0 pkt			
D	Automatyczny wyrzut paska po pomiarze	5 pkt	5 pkt	5 pkt	5 pkt
D1	Brak automatycznego wyrzutu paska po pomiarze	0 pkt			
E	Okres ważności testów paskowych i płynów kontrolnych po otwarciu dla każdej z folii z osobna - min. 6 miesięcy	0 pkt	0 pkt	0 pkt	0 pkt
E1	Okres ważności testów paskowych i płynów kontrolnych po otwarciu dla każdej z folii z osobna -dłuższy niż 6 miesięcy	10 pkt			
F	Zakres hematokrytu na paskach testowych min. 20-60%	0 pkt	0 pkt*	0 pkt	5 pkt
F1	Szerszy zakres hematokrytu od opisanego w wierszu F	5 pkt	5 pkt		
G	Zakres oznaczenia wyniku glikemii dolna granica zakresu - ≤ 20mg/dl; górna granica zakresu - ≤ 600 mg/dL	0 pkt	0 pkt	0 pkt	5 pkt
G1	Szerszy zakres oznaczenia wyniku glikemii od opisanego w wierszu G	5 pkt	5 pkt		
H	Czas pomiaru 5 sekund	0 pkt	0 pkt	0 pkt	0 pkt
H1	Czas pomiaru poniżej 5 sekund	5 pkt	5 pkt		
I	Temperatura przechowywania pasków zakres od 2°C do 32°C	0 pkt	0 pkt	0 pkt	0 pkt
I1	Temperatura przechowywania pasków zakres od 2°C do więcej niż 32 °C	5 pkt	5 pkt		
J	Wielkość próbki krwi do badania 0,5– 0,6 µl	0 pkt	0 pkt	0 pkt	0 pkt
J1	Wielkość próbki krwi do badania poniżej 0,5 µl	5 pkt			
K	Podświetlany ekran odczytu danych na glukometrze	10 pkt	10 pkt	10 pkt	10 pkt
K1	Niepodświetlany ekran odczytu danych na glukometrze	0 pkt		0 pkt	
L	Zasilanie glukometrów bateriami AAA 1.5V	10 pkt	10 pkt		10 pkt
L1	Zasilanie glukometrów bateriami innymi niż AAA 1.5V	0 pkt		0 pkt	
M	Aplikacja w glukometrze umożliwiająca przenoszenie danych do pamięci komputerów	10 pkt	10 pkt		10 pkt
M1	Brak w glukometrze aplikacji opisananej w wierszu M	0 pkt	0 pkt**	0 pkt	0 pkt
<b>Łącznie</b>		<b>55 punktów</b>	<b>40 punktów</b>	<b>35 punktów</b>	<b>60 punktów</b>

\*. w złożonej z ofertą ulotce określony zakres hematokrytu na paskach testowych wynosi 35-60%, a nie jak zadeklarowano w ofercie 20-65%.

\*\*.. nie złożono z ofertą dokumentu z informacją potwierdzającą przenoszenie danych do pamięci komputerów

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016, str.1), dalej„RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
- w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Iwaszkiewicza 5; pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@szpital.legnica.pl
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1lit. C RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art. 74 uPzp;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art.78 ust.1 uPzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

•obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach uPzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z uPzp;

•w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

•Posiada Pan/Pani:

–na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

–na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z uPzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

–na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust.2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

•nie przysługuje Pani/Panu:

– w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

– prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art.20 RODO;

– na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO.

2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążyącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art.14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba, że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art.14 ust.5 RODO.

Dziękujemy za wzięcie udziału w postępowaniu.