

Od: DCM DOLMED S.A., fax 71 77-11-708, joanna.grzegdala@dolmed.pl

Do: **Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - DIG.290.2.2019**

Data: **23/09/2019**

L. dz. 4326/2019

Liczba stron: 2

---

**WYJAŚNIENIA / ZMIANA TREŚCI SIWZ (5)**

przedmiot postępowania: **Dostawa systemu rezonansu magnetycznego i tomografu komputerowego wraz z przebudową i adaptacją pomieszczeń na poziomie -1 w budynku DCM DOLMED S.A. we Wrocławiu przyul. Legnickiej 40**

tryb postępowania: przetarg nieograniczony

---

Zamawiający udziela wyjaśnień na otrzymane w toku postępowania zapytania:

**Pytanie nr 1**

Dotyczy Zał.4a. 4.18

Czy Zamawiający dopuści system bez podziału słownika fraz na grupy?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający zmienia treść w punkcie 4.18. Załącznika 4a na: „Lekarz opisujący musi mieć możliwość korzystania z gotowych fraz (autotekstu). Niezależnie od słowników fraz dostępnych dla wszystkich lekarzy opisujących, wymagana jest możliwość utworzenia i edytowania własnego słownika przez każdego lekarza posiadającego uprawnienia do opisywania badań.”.**

**Pytanie nr 2**

Dotyczy Zał.4a. 4.20

Czy Zamawiający dopuści system bez tej funkcjonalności? Wskazuje ona wyłącznie na jednego producenta systemów.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający zmienia treść w punkcie 4.20. Załącznika 4a na: „Wymagana jest możliwość przygotowania dokumentacji zewnętrznej dla pacjenta w postaci jednej płyty z nagranyimi kilkoma badaniami.”.**

**Pytanie nr 3**

Dotyczy Zał.4a. 4.27

Czy Zamawiający dopuści jedną przeglądarkę nagrywaną na płycie obsługującą dowolne modalności?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający zmienia treść w punkcie 4.27. Załącznika 4a na: „Płyta dla pacjenta musi zawierać komplet obrazów z badania w jakości diagnostycznej (DICOM), plik DICOMDIR oraz przeglądarkę dostosowaną do rodzaju badania – wymagana jest możliwość stosowania różnych przeglądarek dla różnych modalności albo jednej przeglądarki obsługującej modalności CR, CT, DX, MG, MR i US.”.**

**Pytanie 4**

Pytanie dot. stacji ogólnodiagnostycznej:

Czy Zamawiający zgodzi się na poniższe brzmienie parametrów?

4.5.6.9. Oznaczenie obszaru zainteresowania (ROI) wraz z informacjami:

- powierzchnia regionu zainteresowania,
- wartość średnia i odchylenie standardowe dla pikseli w rejonie zainteresowania.

4.5.6.10. Podstawowe pomiary analityczne, czyli co najmniej: gęstość bądź jasność we wskazanym punkcie, rozkład gęstości bądź jasności w wybranym obszarze zainteresowania, histogramy.

4.5.7.5. Współpraca z robotem (replikatorem) poprzez system RIS.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający zmienia treść wymagania w punkcie 4.5.6.9. na: „Oznaczenie obszaru zainteresowania**

Dolnośląskie Centrum  
Medyczne DOLMED S.A.  
ul. Legnicka 40  
53-674 Wrocław  
www.dolmed.pl

Sekretariat  
tel. 71 77 11 711  
fax 71 77 11 708  
dolmed@dolmed.pl

NIP: 8971707841  
Regon: 020126777  
KRS: 0000242837  
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-  
Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy 20 952 939,00 zł  
Kapitał wpłacony 20 952 939,00 zł  
Bank Zachodni WBK S.A. 35 O/Wrocław  
Nr rachunku:  
17 1500 1793 1217 9005 4362 0000



**DOLNY  
ŚLĄSK**

(ROI) wraz z informacjami: - powierzchnia regionu zainteresowania, - wartość średnia i odchylenie standardowe dla pikseli w rejonie zainteresowania.”.

Zamawiający zmienia treść wymagania w punkcie 4.5.6.10. na: „Podstawowe pomiary analityczne, czyli co najmniej gęstość bądź jasność we wskazanym punkcie, rozkład gęstości bądź jasności w wybranym obszarze zainteresowania, histogramy.”.

Zamawiający zmienia treść wymagania w punktach 4.5.7.5. oraz 3.5.10.5. na: „DICOM Part 10 (Media Storage and File Format for Media Interchange). Możliwość wypalenia płyty CD lub DVD z danymi obrazowymi przynajmniej na lokalnej nagrywance z poziomu przeglądarki diagnostycznej. Współpraca oprogramowania klienta systemu RIS pracującego na stacji diagnostycznej z robotem (replikatorem) obsługiwany przez system RIS.”.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia **09.10.2019 do godz. 10.00.**

Termin otwarcia ofert: **09.10.2019, godz. 10.15.**

Powyższe wyjaśnienia stanowią równocześnie zmianę treści SIWZ zgodnie z art.38 ust. 4 ustawy Pzp.

PREZES ZARZĄDU

Marek Moszczyński