

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 25.05.2023 r.

Sprawa ZP/12/2023

Wszyscy zainteresowani

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na : „*zakup i dostawy materiałów ogólnomedycznych*” ogłoszonego w **Biuletynie Zamówień Publicznych** pod nr 2023/BZP 00220581/01 z dnia 17.05.2023 r.

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) zwanej dalej ustawa Pzp Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim udostępnia treść zapytań wykonawców wraz z wyjaśnieniami zamawiającego:

1. Zadanie nr 1, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści skuteczność nawilżania 24mg przy VT 500?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Zadanie nr 1, pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuści wagę 22g?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

3. Zadanie nr 1, pozycja nr 4 – Czy zamawiający dopuści opór 1,0hPa przy przepływie 30l/min?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Wielospecjalistyczny Szpital
w Ostrowcu Świętokrzyskim
Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
Jerzy Szabela