

Łódź, dnia 18.01.2022 r.

FZ-2380/29/21/SS

**WYKONAWCY,
KTÓRZY POBRALI SWZ**

DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę odczynników i akcesoriów laboratoryjnych oraz odczynników uzupełniających do zestawów NARKO II

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) odpowiada na pytania Wykonawcy:

PYTANIE 1

Zwracam się z pytaniem dotyczącym pozycji 1 i 2 w Zadaniu 5.

W związku z szerokim wyborem linerów odpowiadających zarówno do autosamplera GC 2010 plus oraz GC 2025 prosimy o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia w w/w pozycjach. Do obydwu autosamplery można stosować linery o tych samych wymiarach.

ODPOWIEDŹ

Przedmiot pozycji nr 1 i 2 zadania 5 dotyczy linerów (wkładki szklanej) do dozowników split/splitless chromatografów firmy Shimadzu.

Zamawiający wymaga Linerów (wkładki szklanej) do dozownika typu split/splitless firmy Shimadzu, dezaktywowanych z dezaktywowaną wełną szklaną.

Linery przeznaczone do analizy śladowych ilości związków i aktywnych związków.

Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Zastępca
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi

/-/ mł. insp. Tomasz Jędrzejowski