



Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice
www.zzozwadowice.pl
email: sekretariat@zzozwadowice.pl
Klauzule RODO: <https://zzozwadowice.pl/rodo>

Wadowice, dnia 05.04.2022r.

ZP.26.2.19.2022.1

***Informacja o wpłynięciu pytań do zaproszenia do złożenia oferty
cenowej pn „Dostawa narzędzi chirurgicznych dla ZZOZ
w Wadowicach”***

Zamawiający Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice przekazuje zapytania od Wykonawców i udziela wyjaśnień dotyczących Zaproszenia do złożenia oferty cenowej pn „Dostawa narzędzi chirurgicznych dla ZZOZ w Wadowicach”

Pytanie nr 1 W związku z w/w postępowaniem prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie narzędzi o nieznacznie różniących się parametrach, umożliwiając tym samym złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty naszej firmie.

Lp.1 Nożyczki o dł. 170 mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje opisy bez zmian z uwagi na zabiegi neurochirurgiczne wymagające dużej precyzji.

Pytanie nr 2 W związku z w/w postępowaniem prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie narzędzi o nieznacznie różniących się parametrach, umożliwiając tym samym złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty naszej firmie.

Lp.10 Haczyk o szer. 7 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 W związku z w/w postępowaniem prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie narzędzi o nieznacznie różniących się parametrach, umożliwiając tym samym złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty naszej firmie.

Lp.12 Rozwieracz o dł. 150 mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje opisy bez zmian z uwagi na zabiegi neurochirurgiczne wymagające dużej precyzji.

Pytanie nr 4 W związku z w/w postępowaniem prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie narzędzi o nieznacznie różniących się parametrach, umożliwiając tym samym złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty naszej firmie.

Lp.17 Rozwieracz Beckmann ostry.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje opisy bez zmian z uwagi na zabiegi neurochirurgiczne wymagające dużej precyzji.

Pytanie nr 5 W związku z w/w postępowaniem prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie narzędzi o nieznacznie różniących się parametrach, umożliwiając tym samym złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty naszej firmie.

Lp.19,20,21,22,23 Prosimy o dopuszczenie Kerrisona o kącie zagięcia 40 st. (inny sposób pomiaru kąta), pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje opisy bez zmian.

Pytanie nr 6 W związku z w/w postępowaniem prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie narzędzi o nieznacznie różniących się parametrach, umożliwiając tym samym złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty naszej firmie.

Lp.24 Kerrison o dł. roboczej 80 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7 W związku z w/w postępowaniem prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie narzędzi o nieznacznie różniących się parametrach, umożliwiając tym samym złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty naszej firmie.

Lp.25 Kerrison o dł. roboczej 80 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8 W związku z w/w postępowaniem prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie narzędzi o nieznacznie różniących się parametrach, umożliwiając tym samym złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty naszej firmie.

Lp.26,27,28,29,30 Prosimy o dopuszczenie Kerrisona o kącie zagięcia 40 st. (inny sposób pomiaru kąta), pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje opisy bez zmian.

Pytanie nr 9 W związku z w/w postępowaniem prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie narzędzi o nieznacznie różniących się parametrach, umożliwiając tym samym złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty naszej firmie.

Lp.40 Retraktor o dł. 180 mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje opisy bez zmian.

Pytanie nr 10 W związku z w/w postępowaniem prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie narzędzi o nieznacznie różniących się parametrach, umożliwiając tym samym złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty naszej firmie.

Lp.46 Łyżeczka Scovile.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje opisy bez zmian.

Pytanie nr 11 Prosimy o wydłużenie terminu dostawy do 70 dni od dnia złożenia zamówienia. Prośbę naszą uzasadniamy tym, że przedmiot zamówienia stanowi wysokiej jakości sprzęt medyczny, a także z sytuacją epidemiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID 19 oraz wejściem w życie nowej Dyrektywy Unii Europejskiej MDR 745/2017 (Medical Device Regulation). Wymogi tej nowej dyrektywy powodują znaczne obostrzenia w procesach projektowania, wytwarzania, certyfikacji i dystrybucji instrumentów medycznych co nie pozostaje bez ogromnego wpływu na terminy dostaw wyrobów medycznych w całej Unii Europejskiej.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/zozwadowice> do dnia **06.04.2022r. godz. 10:00.** Otwarcie złożonych ofert nastąpi w **dniu 06.04.2022r. godz. 10:30.**

*Pełnomocnik Dyrektora
ds. Infrastruktury i Logistyki*

mgr inż. Tomasz Matera

Otrzymują:
1 x Wykonawcy (e-mail):
<https://platformazakupowa.pl/pn/zozwadowice>
1 x a/a.