

Tarnów, dnia 04.11.2020r.

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG.271.90 .KK..... /20

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów endoskopowych dla CPE Nr sprawy: 90/2020

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 30.10.2020r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytania do SIWZ:

Pytanie 1 dot.: Zakres nr 2

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie stentu z możliwością rozprężenia do 80% długości i możliwością ponownego, wielokrotnego złożenia, długość cewnika wprowadzającego 230 cm, minimum 2 markery w połowie długości stentu, średnica poszerzonych końców stentu 22 mm, średnica zestawu 10,2 Fr.

ODP Nie zapis pozostaje bez zmian. Średnica zestawu jest za duża.

Pytanie 2

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie stentu z możliwością rozprężenia do 80% długości i możliwością ponownego, wielokrotnego złożenia, średnica protezy 24 mm, średnica zestawu 10,2 Fr.

ODP Nie zapis pozostaje bez zmian. Średnica zestawu jest za duża.

Pytanie 3 dot.: Zakres nr 6

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie szczotek o długości 10-15,5 cm.

ODP Tak dopuszczamy.

Pytanie 4

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie szczotek o długości 10-25 cm.

ODP. Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 5 dot.: Zakres nr 11

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu ze zgłębnikiem wykonanym z silikonu, z jedną linią kontrastującą w RTG, Rozmiar Ch14/60 oraz Ch 18/60, zalecana możliwość usunięcia tylko przy użyciu endoskopu.

ODP Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 6 Zakres nr 12

Czy zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie kleszczy pokrytych PTFE, ze znacznikami głębokości na osłonce i końcówką widoczną w RTG, rozwarcie łyżeczek 5,0 mm, 5,7 mm lub 8,0 mm, rozmiar łyżeczek 2,3 mm lub 1,8 mm x minimum 3,21 mm.

ODP Nie, zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 7

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie kleszczy pokrytych PTFE, ze znacznikami głębokości na osłonce i końcówką widoczną w RTG, rozmiar łyżeczek 2,3 mm x minimum 3,86 mm.

ODP Nie, zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 8

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy drutu 0,33 mm.

ODP Nie, zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 9

Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie klipsownic o szerokości rozwarcia ramion klipsa 12 mm i 15 mm.

ODP Nie, zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 10

Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie klipsownic o średnicy 2,5 mm.

ODP Nie, zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 11

Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie pętli o otwarciu 30 mm i 40 mm (do wyboru).

ODP Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12 dot.: Zakres nr 13
Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie noża z zakończeniem w formie dysku, średnica zakończenia 0,8 mm.
ODP Nie, zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 13
Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie noża z zakończeniem w formie dysku, średnica zakończenia 0,8 mm, długość narzędzia 1820 mm.
ODP Nie, zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 14
Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie szczypiec o szerokości rozwarcia 9 mm.
ODP Tak, pod warunkiem spełnienia spełnia pozostałych wymagań tj.: posiadają funkcję rotacji, przystosowane do tamowania krwawień podczas rutynowych oraz zaawansowanych zabiegów endoskopowych w dolnym odcinku przewodu pokarmowego; długość narzędzia 2300 mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 3,1 mm; minimalna średnica kanału roboczego 3,2.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a

DYREKTOR
SZPITALA WIMBRODZKIEGO
Im. Św. Józefa SP ZOZ w Tarnowie
Anna Czech

f.