



FAMED

Żywiec

Biachem Sp. z o.o

ul. Sowlany, ul. Alejkowa 21/B9

15 - 528 Białystok

dn. 23.12.2022r.

**Dotyczy : Przeprowadzonych badań dopuszczających do stosowania produktów:
Sterisept Wipes, Steripes RTU, Bacticide AF Wipes, Sterisept Forte, Sterisept
Plus, Chlorinex – 60 do dezynfekcji wyrobów FAMED Żywiec Sp. z o. o.**

Laboratorium Famed Żywiec Sp. z o. o. informuje, że w/w produkty uzyskały pozytywne wyniki badań odpornościowych przeprowadzonych dla tworzywa ABS będącego materiałem konstrukcyjnym wyrobów medycznych Famed Żywiec Sp. z o. o. / łóżka szpitalne, fotele zabiegowe, wózki do przewożenia chorych/.

Badania zostały wykonane zgodnie z normą PN EN ISO 21530 metodą natryskową oraz kontaktową.

Z uwagi na wysoką tolerancję materiałową na tworzywo ABS w/w produkty będą zalecane do dezynfekcji wyrobów medycznych Famed Żywiec Sp. z o. o.

FAMED ŻYWIEC Sp. z o.o.

34-300 Żywiec, ul. Fabryczna 1

REGON 146369568 NIP 5272685925

tel. 33 86 66 000

Dział Ochrony Środowiska i Laboratorium

Dyrektor Jakości
Quality Director

Mirosława Raszka

Famed Żywiec Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 1; 34-300 Żywiec

t. +48 33 866 62 00

f. +48 33 475 58 90

e. sprzedaz@famed.com.pl

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

KRS: 0000437709, NIP: 5272685925, REGON: 146369568, BDO: 000005595,

Kapitał zakładowy: 31 100 750,00 PLN



www.famed.com.pl