



**109 Szpital Wojskowy z Przychodnią**  
**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**  
**w Szczecinie**



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 20.11.2024 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 39/2024

Dotyczy: postępowania w trybie zapytania ofertowego na dostawę chłodziarek podbłatowych oraz chłodziarki na odpady medyczne do Przychodni 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

**Pytania i odpowiedzi do zapytania nr 5**

**Część nr 1**

**Pyt.1**

Prosimy Zamawiającego o informację jak wygląda droga transportowa do miejsca posadowień urządzeń. Informacja ta jest niezbędna do wyceny oferty oraz zaplanowania logistycznej obsługi kontraktu.

a. Prosimy o wyjaśnienie, na którym poziomie będzie umieszczone urządzenie?

**Odp. Na piętrach od 0 do 3**

b. Czy jest winda towarowa/osobowa w budynku i jakie są jej wymiary -szer. głębokość, wysokość i nośność ?

**Odp. Winda osobowa 1000 kg, wymiary kabiny SxGxW 110x210x210 cm, wejście do windy 90 cmx 200 cm.**

c. Czy będzie konieczność przemieszczenia urządzenia po schodach ?

**Odp. Nie.**

d. Jakiej wielkości są otwory drzwiowe?

**Odp. Szer. 90 cm.**

e. Czy są jakieś inne ograniczenia architektoniczne na drodze transportu urządzenia ?

**Odp. Nie.**

**Zadanie 1**

**Pyt.1 poz. 20 i 21**

Prosimy o zgodę na chłodziarkę o wymiarach

a. Zew. (SxGxW) 650\*625\*810 mm

**Odp. Nie.**

b. Wew. (SxGxW) 554\*510\*588 mm

**Odp. Tak.**

**Pyt.2 poz. 8**

Prosimy o zgodę na wewnątrz ze aluminium malowanego powłoką natryskową w kolorze białym.

**Odp. Tak.**

**Pyt.3 poz. 7**

Prosimy o zgodę na 4 szt. chłodziarek z drzwiami pełnymi +15 szt. z drzwiami przeszklonymi. Czas dostawy przedmiotu zamówienia jest bardzo krótki, nie wszystkie modele są dostępne w podanym przez Zamawiającego przedziale czasowym.

**Odp. Nie.**

**Pyt.4 poz. 20 i 21**

Prosimy o zgodę na chłodziarkę o wymiarach

a. Zew. (SxGxW) 540\*560\*764mm

**Odp. Tak.**

b. Wew. (SxGxW) 444\*440\*536 mm

**Odp. Tak.**

KOMENDANT

Płk mgr Krzysztof Jurkowski

IB 91/8105982