

Wg załącznika 2a – parametry
wymagane analizatora

L.P.	PARAMETRY ANALIZATORA	WYMAGANE	OPIS
1	Producent - firma		Diasorin Poland Sp. z o.o.
2	Nazwa/typ urządzenia		LIAISON XL
3	Analizator wieloparametrowy, wolnostojący	tak	TAK, analizator wieloparametrowy, wolnostojący
4	Oznaczenia metodą chemiluminescencji	tak	TAK, metoda oznaczania: chemiluminescencja
5	Ciągły tryb pracy	tak	TAK, aparat zapewnia ciągły tryb pracy
6	Odczynniki gotowe do użytku	tak	TAK, zaoferowane odczynniki są gotowe do użycia
7	Minimum 100 miejsc próbkowych	tak	TAK, analizator posiada 120 miejsc próbkowych
8	Możliwość dokładania próbek i odczynników bez konieczności zatrzymania aparatu	tak	TAK, analizator zapewnia możliwość dokładania odczynników bez konieczności zatrzymywania analizatora
9	Maksymalna wydajność analizatora nie mniejsza niż 170* ozn. na godzinę	tak	TAK, maksymalna wydajność analizatora wynosi 171 testów na godzinę
10	Analizator z detektorem skrzepów w próbkach badanych	tak	TAK, analizator jest wyposażony w detektor skrzepów w próbkach badanych
11	Odczynniki chłodzone na pokładzie analizatora	tak	TAK, analizator zapewnia chłodzenie odczynników na pokładzie
12	Automatyczne rozcieńczanie próbek wysokododatnich	tak	TAK, analizator posiada funkcję automatycznego rozcieńczania próbek wysokododatnich
13	Kuwety reakcyjne i igły aspiracyjne jednorazowe	tak	TAK, analizator pracuje z wykorzystaniem jednorazowych kuwet pomiarowych oraz jednorazowych końcówek pobierających materiał pacjetna (zgodnie z odpowiedzią na pyt. 6 z dnia 03.12.2024)
14	Stale monitorowanie ilości odczynników i materiałów zużywalnych w aparacie	tak	TAK, analizator przez cały czas monitoruje ilości odczynników i materiałów zużywalnych
15	Krzywe kalibracyjne dostarczane w kodzie odczynników	tak	TAK, krzywe kalibracyjne dostarczane są za pomocą znacznika RFID (zgodnie z odpowiedzią na pyt. 7 z dnia 03.12.2024)
16	Komunikacja dwukierunkowa z systemem LIS	tak	TAK, Dostawca (Wykonawca) zapewni dwukierunkową komunikację analizatora z systemem LIS
17	Oprogramowanie w języku polskim	tak	TAK, analizator posiada oprogramowanie w języku polskim
18	Analizator zaopatrzony w UPS zapewniający min. 20 min. pracy bez zasilania zewnętrznego	tak	TAK, analizator zostanie zaopatrzony w UPS, zapewniający min. 20 min. pracy bez zasilania zewnętrznego
20	System kontroli jakości (wykresy Levey-Jeannings)	tak	TAK, analizator posiada system kontroli jakości (wykresy Levey-Jeannings)
22	Wymagane przeglądy techniczne na koszt dostawcy	tak	TAK, Dostawca (Wykonawca) zapewni wymagane przeglądy techniczne analizatora na własny koszt
23	Dostawca zapewnia udział Laboratorium w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości min. 2 razy w roku	tak	TAK, Dostawca (Wykonawca) zapewni udział Laboratorium w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości 1 x w roku (zgodnie z odpowiedzią na pyt. 8 z dnia 03.12.2024)

*Zgodnie z odpowiedzią na pyt. 5 z dnia 03.12.2024 r.

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa aparatu przez 36-12 miesięcy (zgodnie z odp.na pyt. 9 z dnia 03.12.2024), która obejmuje:

- dostawę,
- instalację,
- uruchomienie systemu,
- dokonanie niezbędnych kalibracji i walidacji syster
- przeszkolenie personelu w zakresie obsługi analizatora i techniki wykonywania badań

Wykonawca potwierdza, że oferta została przygotowana zgodnie z niżej wymienionymi wymaganiami Zamawiającego:
Uwaga!!!

W kolumnie „WYMAGANE” wyraz „TAK ”- oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji aparatury i jej parametrów technicznych.

Do oferty należy dołączyć oświadczenie o posiadaniu materiałów informacyjnych zawierających pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wyspecyfikowane parametry.
- Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po jego przekazaniu protokołem odbioru będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi)