



**Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu**

**Odpowiedzi na zapytania nr 1**

Dotyczy: postępowania nr **PWSW-DZP/382/I/09/21** „Zakup wraz z dostawą sprzętu i wyposażenia medycznego dla kierunku pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu”

W podziale na trzy zadania częściowe:

*Zadanie częściowe nr 1 - Zakup wraz z dostawą urządzeń medycznych*

*Zadanie częściowe nr 2 - Zakup wraz z dostawą wyposażenia medycznego*

*Zadanie częściowe nr 3 - Zakup wraz z dostawą тренаżerów, modeli i symulatorów medycznych*

Na podstawie art. 284 ust. 6 – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019) Zamawiający przekazuje treść zapytania zgłoszonego do specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniem Zamawiającego .

**Dotyczy: Zadanie częściowe nr 2 - Zakup wraz z dostawą wyposażenia medycznego**

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie zamówienia w terminie do 42 dni od daty podpisania umowy? Proponowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na zaproponowany termin realizacji prosimy o informację o ile Zamawiający ma możliwość jego wydłużenia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wydłuża termin wykonania zamówienia do 42 dni od dnia podpisania umowy.

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający dopuści **wózek inwalidzki** nie wyposażony w pas zabezpieczający przed wypadnięciem?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza wózka inwalidzkiego nie wyposażony w pas zabezpieczający przed wypadnięciem?

**Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający dopuści **wózek inwalidzki** posiadający maksymalne obciążenie do 120 kg?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza wózek inwalidzki posiadający maksymalne obciążenie do 120 kg



**Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający dopuści **łóżko specjalistyczne z przeznaczeniem do Intensywnej Opieki Medycznej** posiadające wskaźniki kąta nachylenia pleców oraz pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga zamontowane w części górnej barierki (w rogu)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza **łóżko specjalistyczne z przeznaczeniem do Intensywnej Opieki Medycznej** posiadające wskaźniki kąta nachylenia pleców oraz pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga zamontowane w części górnej barierki

**Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający dopuści **łóżko specjalistyczne z przeznaczeniem do Intensywnej Opieki Medycznej** posiadające ochronę przed płynami i kurzem IPX6?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza **łóżko specjalistyczne z przeznaczeniem do Intensywnej Opieki Medycznej** posiadające ochronę przed płynami i kurzem IPX6.

**Pytanie nr 6**

Czy Zamawiający dopuści **łóżko specjalistyczne z przeznaczeniem do Intensywnej Opieki Medycznej** posiadające bezpieczne obciążenie (z materacem i akcesoriami) 250 kg?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza **łóżko specjalistyczne z przeznaczeniem do Intensywnej Opieki Medycznej** posiadające bezpieczne obciążenie (z materacem i akcesoriami) 250 kg.

**Pytanie nr 7**

Czy Zamawiający dopuści **wózek wielofunkcyjny** wykonany ze stali lakierowanej proszkowo oraz wysokiej jakości tworzywa sztucznego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza **wózek wielofunkcyjny** wykonany ze stali lakierowanej proszkowo oraz wysokiej jakości tworzywa sztucznego.

**Pytanie nr 8**

Czy Zamawiający dopuści **wózek wielofunkcyjny** posiadający trzy szuflady?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza **wózek wielofunkcyjny** posiadający trzy szuflady

**Pytanie nr 9**

Czy Zamawiający dopuści **wózek wielofunkcyjny** o wymiarach 72 x 61 x 108 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza **wózek wielofunkcyjny** o wymiarach 72 x 61 x 108 cm



**Państwowa Wyższa Szkoła  
Wschodnioeuropejska  
w Przemyślu**

**Pytanie nr 10**

Czy Zamawiający dopuści **wózek wielofunkcyjny** o wadze ok 60 kg?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza wózka wielofunkcyjnego o wadze ok 60 kg.

**Pytanie nr 11**

Czy Zamawiający dopuści **taboret medyczny** posiadający maksymalną wysokość 780 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza taboret medyczny posiadający maksymalną wysokość 780 mm.

**Pytanie nr 12**

Czy Zamawiający dopuści **taboret medyczny** posiadający średnicę siedziska 390 mm oraz grubość 100 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza taboret medyczny posiadający średnicę siedziska 390 mm oraz grubość 100 mm.

**Pytanie nr 13**

Czy Zamawiający dopuści **stelaż do wlewów** posiadający możliwość regulacji wysokości stojaka 110 – 200 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza stelaż do wlewów posiadający możliwość regulacji wysokości stojaka 110 – 200 cm.

**Pytanie nr 14**

Czy Zamawiający dopuści **stelaż do wlewów** posiadający średnicę podstawy 68 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza stelaż do wlewów posiadający średnicę podstawy 68 cm.

**Pytanie nr 15**

Czy Zamawiający dopuści **stelaż do wlewów** w kolorze białym?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza **stelaża do wlewów** w kolorze białym.

Otrzymują:

1. Strona internetowa
2. a/a