

Zespół Opieki Zdrowotnej  
w Dąbrowie Tarnowskiej  
ul. Szpitalna 1  
33-200 Dąbrowa Tarnowska

## SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  
Prawo zamówień publicznych w trybie podstawowym bez negocjacji

**„Dostawa ambulansu sanitarnego typu C wraz z wyposażeniem”**

**Znak sprawy: 26/24/ZP**

Zatwierdził:

Dyrektor  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Dąbrowie Tarnowskiej

*(podpis elektroniczny)*

Dąbrowa Tarnowska 27.09.2024 r.

### I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zespół Opieki Zdrowotnej  
w Dąbrowie Tarnowskiej  
ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska  
tel. 14 64 43 245

Strona internetowa: [www.zozdt.pl](http://www.zozdt.pl)

e-mail: [dzp@zozdt.pl](mailto:dzp@zozdt.pl)

adres strony internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/zozdt>

### II. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na elektronicznej Platformie Zakupowej zwanej dalej "Platformą" pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/zozdt>

### III. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

**Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 z późn. zm.), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska;
- inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej jest Pan Paweł Dymon, e-mail: [daneosobowe@zozdt.pl](mailto:daneosobowe@zozdt.pl);
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub o okres wskazany w umowie o dofinansowanie projektu;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej, lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej, lub państwa członkowskiego);

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

#### IV. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych - zwanej dalej także „Pzp”.
2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy Kodeks cywilny.
3. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w art. 3 ustawy Pzp.

#### V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

1. „Dostawa ambulansu sanitarnego typu C wraz z wyposażeniem”
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SWZ – formularz cenowy, załącznik nr 2a – minimalne parametry techniczne. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców.
  3. Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 34.11.41.21-3 – Karetki
  4. Oferowane wyroby medyczne objęte przedmiotem zamówienia muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 974 z późn. zm.)
  5. Wymagania określone w dokumentach zamówienia w cz. I stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. Wymagania określone w cz. II stanowią wymagania fakultatywne.
  6. Zastosowane w SWZ i jej załącznikach przykłady nazw własnych produktów bądź producentów dotyczące określonych modeli, systemów, elementów, materiałów, itp. mają jedynie charakter wzorcowy (przykładowy) i dopuszczone jest składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne, które spełniają wszystkie wymagania techniczne i funkcjonalne wymienione w SWZ oraz w załącznikach nr 2 oraz 2a do SWZ.
  7. W przypadku opisanego przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia Zamawiający dopuszcza - złożenie oferty na wyrób równoważny (w przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje materiały i inne elementy równoważne, zobowiązany jest załączyć do oferty zestawienie zaproponowanych materiałów oraz innych elementów równoważnych). Za równoważny Zamawiający uzna wyrób o parametrach takich samych lub lepszych od pierwowzoru, posiadający minimum funkcje, zastosowanie i przeznaczenie jakie posiada pierwowzór. Udowodnienie równoważności będzie należało do Wykonawcy. W przypadku nieudowodnienia równoważności oferta będzie odrzucona jako niespełniająca wymogów SWZ.
- Zamawiający informuje, że ilekroć w SWZ opisuje on przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy

„lub równoważne”.

8. W sytuacji, o której mowa w pkt 7 Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty:

- zestawienie zaproponowanych materiałów i innych elementów równoważnych;
- niezbędne dokumenty, dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia, z których jednoznacznie będzie wynikać, iż stanowią one produkty równoważne do opisanych przez Zamawiającego.

9. W przypadku nieotrzymania dofinansowania Zamawiający na podstawie art. 310 Ustawy Pzp zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania.

#### **VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Przewidywany termin realizacji zamówienia: **20.12.2024 r.**

#### **VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu,

1.2. spełniają następujące warunki dotyczące:

1.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

1.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

1.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

1.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

#### **VIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA**

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku, do którego zachodzą którekolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp z zastrzeżeniem art.110 ust. 2 ustawy Pzp.

2. Zamawiający nie przewiduje fakultatywnych podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ustawy Pzp.

3. Wykonawca podlega wykluczeniu także w oparciu o podstawy wykluczenia wskazane w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej “ustawą sankcyjną”.

4. Oferta Wykonawcy, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej zostanie odrzucona, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy Pzp.

5. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

#### **IX. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, KTÓRYCH ZŁOŻENIA WYMAGA SIĘ OD WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

##### **A. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH**

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

##### **B. INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH**

1. Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych w zakresie braku podstaw wykluczenia (poprzestaje tylko na oświadczeniu wstępnym).

##### **C. INNE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA**

1. W celu wykazania niepodlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie Wykonawcy dotyczące braku podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 3 do SWZ – w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa powyżej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać brak podstaw wykluczenia Wykonawcy w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia.
3. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w pkt 1 i 2 lub jest ono niekompletne lub zawiera błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do jego złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na jego złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
4. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonego oświadczenia, o którym mowa w pkt powyżej.
5. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

#### DOKUMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ

1. **Formularz ofertowy** (załącznik nr 1 do SWZ).
2. **Formularz cenowy** (załącznik nr 2 do SWZ).
3. **Minimalne parametry techniczne** – (Załącznik nr 2a do SWZ)
4. **Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty**, tj. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy). Jeżeli osoba/ osoby podpisująca(e) ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo składa się w oryginale, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub w postaci elektronicznej kopii dokumentu, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.
5. **Dokumenty i oświadczenia wymienione w niniejszym dziale.**

#### X. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIELAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym złożonym przez osobę upoważnioną. Za dokument równoważny zostanie uznana elektroniczna kopia pełnomocnictwa w sytuacji, gdy zgodność kopii elektronicznej z oryginałem poświadczy notariusz kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w dziale IX – załącznik nr 3 do SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia (każdy podmiot wypełnia i podpisuje odrębny formularz).



4. Oświadczenia należy złożyć w oryginale w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub w innym dokumencie.

#### **XI. INFORMACJE NA TEMAT PODWYKONAWCÓW**

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych Podwykonawców, jeżeli są już znani. Należy w tym celu wypełnić odpowiedni punkt formularza ofertowego. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale Podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt niewypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi, tj. bez udziału Podwykonawców.
3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.
4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 Ustawy stosuje się odpowiednio.
5. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

#### **XII. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ**

1. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: Monika Kozioł - Dział Zamówień Publicznych tel. 14/ 64 43 245. Robert Żurawski – Pogotowie Ratunkowe tel. 14/ 64 43 282
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem platformzakupowa.pl pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/zozdt>.
3. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w zakresie:
  - przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ;
  - przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków dowodowych;
  - przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
  - przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
  - przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści przedmiotowych środków dowodowych;

- przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy – Prawo zamówień publicznych;
- przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy;
- przesyłania odwołania/inne odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.

Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.

4. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje za pośrednictwem **platformazakupowa.pl**. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.

5. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości przesłanych przez Zamawiającego bezpośrednio na platformazakupowa.pl, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

6. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:

- a. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
- b. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,
- c. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersji 10.0.,
- d. włączona obsługa JavaScript,
- e. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
- f. szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
- g. oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

7. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

- a. akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący,
- b. zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.

8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl), w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

9. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) znajdują się w zakładce

„Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem:  
<https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

10. Stosowanie do art. 284 ustawy Pzp Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

11. Zgodnie z art. 284 ust. 4 ustawy Pzp – w przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt 10, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

12. Wyjaśnienia treści specyfikacji oraz jej ewentualne zmiany będą dokonywane zgodnie z art. 284 ustawy Pzp. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania, bez ujawniania źródła zapytania. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do zapoznania się z treścią wyjaśnień zamieszczanych na stronie internetowej, na której udostępniono specyfikację.

13. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SWZ.

14. W przypadku, gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie (art.286 ust.3 ustawy Pzp).

15. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

#### **ZALECENIA:**

1. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.

2. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf.

3. Zamawiający zaleca, aby w nazwach plików nie stosować podkreślników. Zastosowanie podkreślnika w nazwie pliku może skutkować nieprawidłową weryfikacją podpisu elektronicznego i odrzuceniem oferty.

4. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:

a) .zip,

b) .7Z

5. Wśród formatów powszechnych a niewystępujących w rozporządzeniu występują: .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.

6. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.

7. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.

8. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.



9. Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
10. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.
11. Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza "Wyślij wiadomość do zamawiającego", nie za pośrednictwem adresu email.
12. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.
13. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosek. Zamawiający sugeruje złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosek.
14. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.
15. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
16. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
17. Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem elektronicznym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.

#### **XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:**

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
2. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
3. Wykonawca jest związany ofertą do dnia **08.11.2024 r.**

#### **XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:**

1. Oferta, wnioski oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu (opcja rekomendowana przez platformazakupowa.pl).
2. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
3. Oferta powinna być:
  - a) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,
  - b) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl,
  - c) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
4. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać "Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku".

5. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny, Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES.
6. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.
7. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty określono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>
8. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
9. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść Wykonawca, aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.
10. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba że w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.
11. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ust. 2 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez Podwykonawcę.
12. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
13. W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać następujące warunki:
  - a) oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela/ lidera.
  - b) podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

#### **XV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT**

- 1) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformie zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/zozdt> do dnia **10.10.2024 r. do godz. 09.00:00**
- 2) Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.
- 3) Po wypełnieniu formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.
- 4) Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl), wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl). Zaleca się stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust. 1 oraz ust. 2 Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

5) Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku "Złóż ofertę" i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.

6) Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

#### XVI. TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **10.10.2024 r. godz. 09.15:00**

2. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

3. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) w sekcji, "Komunikaty".

6. W przypadku ofert, które podlegają negocjacom, Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 5 pkt 2, niezwłocznie po otwarciu ofert ostatecznych albo unieważnieniu postępowania.

7. Zamawiający nie przewiduje Publicznej Sesji Otwarcia ofert.

#### XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

#### XVIII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY

1. Wykonawca zobowiązany jest podać cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia w złotych polskich (PLN), do dwóch miejsc po przecinku.

2. Wykonawca oblicza cenę oferty opierając się na opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku 2a wypełniając formularz cenowy stanowiący załącznik nr 2 do SWZ.

3. Cena (brutto) będzie brana pod uwagę przez Komisję w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5. Podana cena oferty winna zawierać wszystkie elementy związane z ewentualnymi upustami, dostawą, kosztami transportu, ubezpieczenia, opakowania oraz wszelkie inne.

6. Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

7. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

**XIX. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT**

1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie podlegają odrzuceniu. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w niżej wymienionych kryteriach, którym Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

Kryterium	Znaczenie w %
Cena brutto oferty	60 %
Parametry techniczne	40 %

Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej kryteria. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców wobec każdego z kryterium.

Obliczenie ilości przyznanych punktów w kryterium cena nastąpi wzorem odzwierciedlającym proporcje w stosunku do parametrów najkorzystniejszych w danym kryterium dla parametrów danej oferty:

**Wzór obliczenia pkt w kryterium cena:**

$$\frac{(\text{cena min} \times \text{max ilość pkt } 100)}{(\text{cena oferty badanej})} \times 60\%$$

Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Jeżeli obliczana cena ma więcej miejsc po przecinku należy ją zaokrąglić w ten sposób, że cyfry od 1 do 4 należy zaokrąglić w dół, natomiast cyfry od 5 do 9 należy zaokrąglić w górę.

Obliczenia ilości przyznanych punktów w kryterium parametry techniczne nastąpi na podstawie poniższego wzoru:

**Wzór obliczenia pkt. w kryterium parametry techniczne:**

$$\frac{(\text{punkty przyznane ofercie ocenianej} \times \text{max ilość pkt } 100)}{(\text{punkty za parametry techniczne oferty najkorzystniejszej})} \times 40\%$$

Ocena ogólna danej oferty jest sumą ocen poszczególnych kryteriów dokonanych zgodnie z powyższymi założeniami.

2. Maksymalna liczba punktów wynosi 100.

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Poprzez najwyższą liczbę punktów rozumie się sumę punktów przyznaną w kryterium cena oraz parametry techniczne.

4. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.

5. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.

6. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa powyżej, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

7. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

**XX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

1. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Zamawiający przed zawarciem umowy może żądać przedłożenia kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

2. Brak przekazania ww. dokumentu na wezwanie będzie jednoznaczne z faktem, iż zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

**XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY**

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w Dziale IX, art. 505 – 590 ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

**XXII. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

Zamawiający nie wymaga wniesienia należytego wykonania umowy.

**XXIII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY**

Projekt umowy stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

**XXIV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamówienie nie zostało podzielone na części. Zamawiający ze względów technologicznych, technicznych i organizacyjnych nie dokonuje podziału zamówienia na części.

Podział zamówienia na części mógłby w sposób istotny zagrozić terminowemu oraz właściwemu jakościowo wykonaniu zamówienia z uwagi na brak możliwości w czasie skoordynowania współpracy kilku Wykonawców.

**XXV. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, W TYM W PRZYPADKU ZAISTNIENIA JEDNEJ Z SYTUACJI OKREŚLONYCH W ART. 65 UST. 1, ART. 66 I ART. 69 USTAWY PZP**

Zamawiający nie przewiduje innego sposobu komunikowania się z Wykonawcami niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

**XXVI. LICZBA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, NA KTÓRĄ WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ OFERTĘ LUB MAKSYMALNA LICZBA CZĘŚCI, NA KTÓRE ZAMÓWIENIE MOŻE ZOSTAĆ UDZIELONE TEMU SAMEMU WYKONAWCY ORAZ KRYTERIA LUB ZASADY, MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO USTALENIA, KTÓRE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA ZOSTANĄ UDZIELONE JEDNEMU WYKONAWCY, W PRZYPADKU WYBORU JEGO OFERTY W WIĘKSZEJ NIŻ MAKSYMALNA LICZBA CZĘŚCI**

Nie dotyczy.

**XXVII. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ**

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

**XXVIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT WARIANTOWYCH, W TYM INFORMACJE O SPOSOBIE PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA LUB DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

**XXIX. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 214 UST. 1 PKT 7 I 8 USTAWY PZP, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIENI**

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy.

**XXX. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ WIZJI LOKALNEJ LUB SPRAWDZENIA PRZEZ NIEGO DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 131 UST. 2 USTAWY PZP, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚĆ ALBO WYMAGA ZŁOŻENIA OFERTY PO ODBYCIU WIZJI LOKALNEJ LUB SPRAWDZENIU TYCH DOKUMENTÓW**

Nie dotyczy.



**XXXI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIE W WALUTACH OBCYCH**

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

**XXXII. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ, WRAZ Z INFORMACJAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 230 USTAWY PZP, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE AUKCJĘ ELEKTRONICZNĄ**

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

**XXXIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT**

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

**XXXIV. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY, W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 95 USTAWY PZP**

Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 95 ustawy.

**XXXV. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W ART. 96 UST. 2 PKT 2 USTAWY PZP, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE TAKIE WYMAGANIA**

Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy.

**XXXVI. INFORMACJA O ZASTRZEŻENIU MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WYŁĄCZNIE PRZEZ WYKONAWCÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 94 USTAWY PZP, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE TAKIE WYMAGANIA**

Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy.

**XXXVII. INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH ZADAŃ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE TAKIEGO ZASTRZEŻENIA ZGODNIE Z ART. 60 I 121 USTAWY PZP**

Nie dotyczy.

**XXXVIII. WYMÓG LUB MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA OFERT W FORMIE KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH LUB DOŁĄCZENIA KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY, W SYTUACJI OKREŚLONEJ W ART. 93 USTAWY PZP**

Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.

**XXXIX. INFORMACJA CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA NEGOCJACJI**

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

**XL. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ**

Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz cenowy.

Załącznik nr 2a do SWZ – Minimalne parametry techniczne.

Załącznik nr 3 do SWZ – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące braku podstaw wykluczenia z postępowania.

Załącznik nr 4 do SWZ – Projekt umowy.

**Zamawiający:**

Zespół Opieki Zdrowotnej  
ul. Szpitalna 1  
33-200 Dąbrowa Tarnowska

**FORMULARZ OFERTOWY**

**Wykonawca:**

L.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów) (ulica, nr, kod pocztowy, miejscowość, województwo)	Numer Identyfikacji Podatkowej/ KRS
		ulica:..... kod pocztowy: ..... miejscowość: ..... województwo: .....	NIP: ..... KRS: .....

**Osoba uprawniona do kontaktów /Pełnomocnik:**

Imię i nazwisko	
Adres	
Nr telefonu	
Nr faksu	
e-mail	

1. Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawa ambulansu sanitarnego typu C wraz z wyposażeniem” oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Warunków Zamówienia za łączną cenę: .....zł. netto, ..... zł. brutto.

Wartość powinna być podana do dwóch miejsc po przecinku.

2. Termin płatności wynosi: 30 dni

3. Termin realizacji zamówienia: 20.12.2024 r.

4. Stwierdzamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego zgodnie z założeniami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia (przeglądy okresowe: samochodu bazowego, adaptacji medycznej oraz sprzętu medycznego nie mają być wliczone w cenę oferty).

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SWZ – akceptujemy warunki w niej określone, nie wnosimy zastrzeżeń oraz uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

6. Stwierdzamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi dla Zamawiającego postanowieniami, (wzorem umowy) i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę uwzględniając przedmiotowe postanowienia.

7. Oferowany ambulans spełnia wymagania określone w polskiej normie PN-EN 1789:2021-02, typ ambulansu C (lub normy równoważnej) w zakresie odpowiednim do przedmiotu (zakresu) prowadzonego postępowania przystosowanym do przewożenia maksymalnie trzech osób personelu medycznego oraz jednego pacjenta oraz jego wyposażenia specjalistycznego i PN-EN 1865-1 dla urządzeń do transportu pacjenta, które spełniają wymagania określone w przepisach dotyczących warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 Dz.U. 2015 poz. 305) oraz spełniają pozostałe wymagania określone przez Zamawiającego.

8. Zapewniamy podjęcie napraw gwarancyjnych zabudowy specjalistycznej zgodnie z zapisami projekcie umowy.

9. Zapewniamy wykonanie napraw gwarancyjnych pojazdu i wyposażenia specjalistycznego zgodnie z zapisami w projekcie umowy.

10. Zobowiązujemy się zapewnić w okresie min. 5 lat od daty przekazania ambulansu Zamawiającemu dostępność wszystkich elementów sprzętowych zabudowy specjalistycznej takich samych jak zamontowane pierwotnie lub innych równoważnych; całkowicie kompatybilnych zarówno pod względem mechanicznym, jak również elektrycznym i elektronicznym, aby możliwa była naprawa lub wymiana zepsutego lub uszkodzonego osprzętu, bez potrzeby jakichkolwiek przeróbek lub modernizacji w pojeździe. Dotyczy to wszystkich urządzeń zamontowanych w ambulansie w ramach adaptacji samochodu ciężarowego na ambulans sanitarny.

**11. Adresy, numery telefonów, adresy e-mail serwisów gwarancyjnych do zgłaszania awarii:**

1.1 pojazdu bazowego:

adres .....

telefon ....., - e-mail.....

2. zabudowy specjalistycznej ambulansu:

adres .....

telefon ....., - e-mail.....

2.1. sprzętu medycznego zamontowanego w ambulansie:

adres .....

telefon ....., - e-mail.....

**Uwaga ! /można załączyć w formie wykazów/**

12. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy: imię i nazwisko: .....,

oznaczenie funkcji: .....

13. Imię, Nazwisko i stanowisko osoby/osób, z którymi można kontaktować się przez cały okres trwania umowy:

1) Pan/Pani: ..... tel. ...., e-mail: .....

2) Pan/Pani: ..... tel. ...., e-mail: .....

7. Niżej podaną część/ zakres zamówienia, wykonywać będą w moim imieniu podwykonawcy \*\*

Część/zakres zamówienia	Firma podwykonawcy

14. Oświadczamy, że: \*)

1) polegamy na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ust. 3 ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia. W załączeniu składamy dokumenty, dotyczące zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

TAK  NIE

15. Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki/ konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: .....

(wypełniają jedynie przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej

lub składający wspólną ofertę)

16. Czy Wykonawca jest: \*)

mikroprzedsiębiorstwem	TAK
małym przedsiębiorstwem	TAK
średnim przedsiębiorstwem	TAK
dużym przedsiębiorstwem	TAK

17. Czy Wykonawca ma siedzibę w państwach EOG innych niż państwo Zamawiającego: \*)

TAK	NIE
-----	-----

18. Czy Wykonawca ma siedzibę w państwie spoza EOG:\*)

TAK	NIE
-----	-----

19. Wybór naszej oferty prowadzi do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego\*)

TAK	NIE
-----	-----

W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy wypełnić poniższą tabelę\*\*)

Nazwa (rodzaje) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług	Wartość bez kwoty podatku
.....)	.....) zł.
.....)	.....) zł.

20. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

21. Informujemy, że integralną częścią oferty są następujące dokumenty:

1) .....

\*) zaznaczyć właściwe

\*\*) Wykonawca wypełnia odpowiednio, jeżeli dotyczy

**UWAGA: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzona podpisem zaufanym lub podpisem osobistym**

**FORMULARZ CENOWY**

**Dostawa ambulansu sanitarnego typu C wraz z wyposażeniem \*)**

Lp.	Nazwa	Ilość	Cena netto	Stawka podatku VAT %	Cena brutto
1.	Ambulans sanitarny typu C z wyposażeniem	1			
<b>Wartość globalna</b>		<b>Netto:</b>		<b>Brutto:</b>	

\*) w przypadku zastosowania różnych stawek Vat wiersze należy powielić

1. Zobowiązuje się załączyć pisemne gwarancje dla wszystkich elementów pojazdu.
2. Ambulans posiada dokument np. certyfikat potwierdzający zgodność z aktualną normą PN-EN 1789. Należy załączyć wraz z przedmiotem zamówienia oraz podać datę wystawienia dokumentu, numer sprawozdania oraz nazwę jednostki, która przeprowadziła badania:

.....  
 .....

***UWAGA: Formularz winien zostać sporządzony, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym***



**FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH**

Marka, typ, nazwa handlowa ambulansu

.....

.....

Ambulans ma spełniać wymagania aktualnej normy PN-EN 1789:2021-02 w zakresie ambulansu typu C, sprzęt medyczny ma spełniać wymagania aktualnej normy PN EN 1865-1 (lub norm równoważnych) oraz spełniać dodatkowe wymagania określone poniżej:

**CZĘŚĆ I – WYMAGANIA OBLIGATORYJNE<sup>1</sup>**

**AMBULANS**

Lp.	Wymagane parametry – pojazd bazowy	TAK/NIE (określić)*	Parametr oferowany (proszę wpisać) *
<b>I. NADWOZIE</b>		-----	
1.	Typu „furgon” do 3,5 t dopuszczalnej masy całkowitej, bez ściany działowej pomiędzy kabiną kierowcy a przestrzenią ładunkową przeznaczoną do adaptacji na przedział medyczny. Ambulans wyposażony w cztery miejsca siedzące oraz jedno leżące ale przeznaczony do transportu maksymalnie czterech osób.		
2.	Kabina kierowcy wyposażona w dwa pojedyncze regulowane fotele: pasażera i kierowcy.		
3.	Wysokość przedziału medycznego min. 1,80 m.		
4.	Długość przedziału medycznego min. 3,25 m.		
5.	Szerokość przedziału medycznego min. 1,70 m.		
6.	Drzwi tylne wysokość min. 1,75 m, przeszklone, ze stopniem, otwierane na boki o min. 250° z systemem blokowania przy otwieraniu.		
7.	Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu z odsuwającą szybą, wyjście ze stopniem stałym wewnętrznym oraz zewnętrznym elektrycznym (obrotowym).		
8.	Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu, bez szyby.		
9.	Lakier w kolorze żółtym.		
10.	Centralny zamek wszystkich drzwi, sterowany pilotem.		
11.	Stopień wejściowy tylny, stanowiący zderzak ochronny.		
<b>II. SILNIK</b>		-----	
1.	Z zapłonem samoczynnym, turbodiesel o pojemności min. 1850 cm <sup>3</sup> i max. 2250 cm <sup>3</sup> .		
2.	Moc silnika minimum 160 KM, moment obrotowy nie mniejszy niż 360 Nm.		
3.	Silnik spełniający wymagania emisji spalin Euro VI lub Euro 6.		
<b>III. ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU</b>		-----	

<sup>1</sup> Zgodnie z treścią Specyfikacji warunków zamówienia, Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia spełniał **wszystkie** wymagania obligatoryjne (wskazane w części I formularza parametrów wymaganych). Niespełnienie jakiegokolwiek parametru skutkować będzie odrzuceniem oferty wykonawcy w trybie przewidzianym w art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

1.	Skrzynia biegów automatyczna.		
2.	Napęd na jedną oś (tylną) lub przednią.		
3.	Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy (ESP) lub równoważny.		
4.	System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej podczas ruszania (ASR).		
<b>IV. ZAWIESZENIE</b>		-----	
1.	Gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie, umożliwiające komfortowy przewóz pacjentów (resory dwupiórowe).		
2.	Fabrycznie wzmocniony stabilizator osi przedniej i tylnej, wzmocnione amortyzatory lub fabryczne zawieszenie niezależne.		
<b>V. UKŁAD HAMULCOWY</b>		-----	
1.	System ABS zapobiegający blokadzie kół podczas hamowania.		
2.	Elektroniczny system podziału siły hamowania.		
3.	System wspomagania nagłego hamowania.		
4.	Hamulce tarczowe na obu osiach (przód i tył).		
5.	Asystent ruszania tj. system zapobiegający staczaniu się przy ruszaniu „pod górę”.		
6.	Układ kontroli ciśnienia w oponach.		
<b>VI. UKŁAD KIEROWNICZY</b>		-----	
1.	Ze wspomaganiem.		
2.	Regulowana kolumna kierownicy w dwóch płaszczyznach tj. przód-tył, góra-dół.		
3.	Asystent bocznego wiatru.		
<b>VII. INSTALACJA ELEKTRYCZNA</b>		-----	
1.	Zespół dwóch akumulatorów o łącznej pojemności min. 180 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu.		
2.	Fabrycznie wzmocniony alternator o wydajności min. 190A.		
<b>VIII. WYPOSAŻENIE POJAZDU</b>		-----	
1.	Wszystkie miejsca siedzące zaopatrzone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa oraz zagłówki.		
2.	Zbiornik paliwa o pojemności min. 70 L.		
3.	Poduszki powietrzne: kierowcy i pasażera czołowe lub czołowe i boczne		
4.	Elektryczne otwieranie szyby w drzwiach przednich.		
5.	Klimatyzacja kabiny kierowcy.		
6.	Dzielone wsteczne lusterka zewnętrzne, elektrycznie podgrzewane i regulowane.		
7.	Lusterko wewnętrzne.		
8.	Reflektory przeciwmgłowe halogenowe przednie.		

9.	Dodatkowe światło hamowania (trzecie).		
10.	Trójkąt, gaśnica, apteczka, podnośnik.		
11.	Układ wydechowy fabrycznie przystosowany do pełnienia funkcji samochodu specjalnego sanitarnego – wyprowadzony bezpośrednio do tyłu.		
12.	Czujnik deszczu dostosowujący szybkość pracy wycieraczek przedniej szyby do intensywności opadów.		
13.	Światła przednie do jazdy dziennej, mijania, drogowe w technologii LED.		
<b>IX. WYMAGANIA OGÓLNE</b>		-----	
1.	Pojazd fabrycznie nowy – rok produkcji 2024.		
2.	Gwarancja min. 24 miesiące bez limitu kilometrów – na pojazd bazowy (łącznie z lakierem).		
3.	Gwarancja min. 60 miesięcy na perforację nadwozia ambulansu.		
4.	Wraz z pojazdem Wykonawca przekaże: a) wyciąg ze świadectwa homologacji dla pojazdu bazowego i skompletowanego (po zabudowie); b) instrukcję obsługi pojazdu; c) kartę gwarancyjną pojazdu; d) deklarację zgodności ambulansu z aktualnie obowiązującą normą; e) dokumenty umożliwiające rejestrację oraz eksploatację.		
<b>Lp.</b>	<b>Parametr wymagany – modyfikacja na ambulans</b>	<b>TAK/NIE*</b>	<b>Parametr oferowany (proszę wpisać)</b>
<b>X. NADWOZIE</b>		-----	
1.	Minimalne wymiary przedziału medycznego w mm po wykonaniu adaptacji (długość x szerokość x wysokość) 3250 x 1750 x 1800.		
2.	Drzwi tylne wyposażone w światła awaryjne, włączające się automatycznie przy otwarciu drzwi.		
3.	Ściany boczne przedziału medycznego mają być przystosowane do zamocowania wyposażenia medycznego, podłoga przystosowana do zamocowania foteli, podstawy pod nosze.		
4.	Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwными (oddzielony od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu), z miejscem mocowania min. 2 szt. butli tlenowych, krzeselka kardiologicznego, noszy podbierakowych, materaca próżniowego oraz deski ortopedycznej dla dorosłych. Poprzez drzwi lewe ma być zapewniony dostęp do min. 1 szt. plecaków / toreb medycznych umieszczonych w przedziale medycznym (tzw. podwójny dostęp do plecaków/toreb – z przedziału medycznego i z zewnątrz pojazdu).		
<b>XI. OGRZEWANIE, WENTYLACJA, KLIMATYZACJA</b>		-----	
1.	Dodatkowa nagrzewnica w przedziale medycznym wykorzystująca ciecz chłodzącą silnik do ogrzewania przedziału medycznego.		
2.	Postojowe – grzejnik elektryczny z możliwością ustawienia temperatury termostatem i zabezpieczeniem o mocy min. 2.0 kW zasilany z sieci 230 V.		

3.	Niezależne od pracy silnika i układu chłodzenia silnika dodatkowe ogrzewanie przedziału medycznego, z możliwością ustawienia temperatury i termostatem o mocy min. 5,0 kW tzw. powietrzne.		
4.	Wentylacja mechaniczna, nawiewno – wywiewna, zapewniająca prawidłową wentylację przedziału medycznego i zapewniająca wymianę powietrza min. 20 razy na godzinę w czasie postoju.		
5.	Rozbudowa klimatyzacji fabrycznej kabiny kierowcy na przedział medyczny (klimatyzacja dwuparownikowa).		
<b>XII. INSTALACJA ELEKTRYCZNA</b>		-----	
1.	Instalacja dla napięcia 230V w komplecie: 1. minimum trzy gniazda poboru prądu w przedziale medycznym (w tym jedno gniazdo nad blatem roboczym do zasilania drukarki) zasilane z gniazda umieszczonego na zewnątrz (na pojeździe ma być zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu ambulansu do sieci 230V) 2. dodatkowe gniazdo USB na desce rozdzielczej po stronie pasażera; 3. kabel zasilający o długości min. 10 m; 4. zabezpieczenie przed uruchomieniem silnika przy podłączonym zasilaniu 230V; 5. wyłącznik przeciwporażeniowy; 6. automatyczna ładowarka służąca do ładowania dwóch fabrycznych akumulatorów działająca przy podłączonej instalacji 230V; 7. grzałka silnika		
2.	Instalacja dla napięcia 12 V i oświetlenie przedziału medycznego: 1. powinna posiadać co najmniej 4 gniazda 12V zabezpieczonych przed zabrudzeniem / zalaniem wyposażone we wtyki poboru prądu do sprzętu wymagającego zasilania, w tym minimum jedno gniazdo nad blatem roboczym; 2. powinna posiadać minimum 6 punktów oświetlenia rozproszonego; 3. powinna posiadać minimum 2 punkty oświetlenia halogenowego z regulacją kąta umieszczone nad noszami; 4. oświetlenie halogenowe blatu roboczego – minimum 1 punkt.		
3.	Przedział medyczny ma być wyposażony w zamontowany na prawej ścianie (przy fotelu obrotowym) panel sterujący: 1. informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu; 2. z funkcją zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzień, data); 3. informujący o temperaturze wewnątrz termoboxu; 4. sterujący oświetleniem przedziału medycznego; 5. sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego; 6. zarządzający systemem ogrzewania przedziału medycznego i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania zadanej temperatury. Zamawiający nie dopuszcza paneli dotykowych typu touchscreen.		

4.	<p>Kabina kierowcy ma być wyposażona w panel sterujący:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. informujący kierowcę o działaniu reflektorów zewnętrznych;</li> <li>2. informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączeniu ambulansu do sieci 230 V;</li> <li>3. informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi między przedziałem medycznym a kabiną kierowcy;</li> <li>4. informujący kierowcę o poziomie naładowania akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego;</li> <li>5. ostrzegający kierowcę (sygnalizacja dźwiękowa) o niedoładowaniu akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego;</li> <li>6. sterujący pracą dodatkowych sygnałów dźwiękowych (awaryjnych).</li> </ol> <p>Zamawiający nie dopuszcza paneli dotykowych typu touchscreen.</p>		
<b>XIII. SYGNALIZACJA ŚWIETLNO – DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE</b>			
1.	<p>W przedniej części dachu pojazdu sygnalizacja świetlna typu LED – belka świetlna niskoprofilowa z podświetlony napisem „AMBULANS”. W sygnalizacji dwa światła robocze LED do oświetlenia miejsca akcji przed ambulansem.</p>		
2.	<p>Na wysokości pasa przedniego 2 sztuki niebieskich lamp pulsacyjnych typu LED. Dodatkowe lampy na lusterkach, błotnikach przednich, tylnych oraz słupkach tylnych</p>		
3.	<p>W tylnej części dachu pojazdu sygnalizacja świetlna typu LED – kogut.</p>		
4.	<p>Sygnał dźwiękowy modulowany o mocy min. 100 W z możliwością podawania komunikatów głosem zgodny z obowiązującymi przepisami.</p>		
5.	<p>Dodatkowe sygnały dźwiękowe (awaryjne) pneumatyczne. Włączane osobnym przyciskiem w łatwo dostępnym i oznaczonym miejscu na desce rozdzielczej (do uzgodnienia). Dodatkowe sygnały niskotonowe z jednym głośnikiem.</p>		
6.	<p>Oznakowanie pojazdu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pasy odblaskowe zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (Dz. U. 2023 poz. 118 z dnia 3 stycznia 2023) wykonane z folii:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) typu 3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm, umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkoli;</li> <li>b) typu 3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm umieszczony wokół dachu;</li> <li>c) typu 1 lub 3 barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym (o którym mowa w pkt. „a”);</li> </ol> </li> <li>- napis AMBULANS z przodu pojazdu (lustrzany) oraz z tyłu pojazdu</li> <li>- oznakowanie symbolem Państwowego Ratownictwa Medycznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia po bokach i na dachu pojazdu</li> <li>- okna w przedziale medycznym pokryte w 2/3 wysokości folią półprzezroczystą</li> <li>- po obu bokach pojazdu oraz na tylnych drzwiach oznaczenie typu karetki „P”</li> </ul>		



	- nazwa dysponenta jednostki umieszczona po obu bokach pojazdu – do ustalenia.		
<b>XIV. WYPOSAŻENIE W ŚRODKI ŁĄCZNOŚCI</b>		-----	
1.	Na dachu pojazdu antena do radiotelefonu przewoźnego.		
2.	Wyprowadzenie instalacji elektryczno-antenowej pod system SWD PRM. Adaptory do montażu uchwytów do tabletu oraz drukarki. Dodatkowa antena dachowa dwuzakresowa. Połączenie stacji dokującej z drukarką za pomocą przewodu USB. Adapter pod stację dokującą zamontowany w kabinie kierowcy w miejscu łatwo dostępnym, nieutrudniającym korzystania z przełączników zamontowanych na desce rozdzielczej, nieutrudniającym widoczności, niekolidującym z poduszkami powietrznymi. Adapter pod uchwyt pod drukarkę zamontowany w przedziale medycznym nad szafką ściany działowej. Stacja dokująca do tabletu Getac F 110, uchwyt do drukarki HP 200 oraz drukarka, a także moduł GPS po stronie Wykonawcy. Tablet po stronie Zamawiającego.		
<b>XV. PRZEDZIAŁ MEDYCZNY</b>		-----	
1.	Antypoślizgowa podłoga, wzmocniona, połączona szczelnie z zabudową ścian.		
2.	Ściany boczne i sufit pokryte tworzywem sztucznym, łatwo zmywalnym i odpornym na środki dezynfekujące, w kolorze białym.		
3.	prawej ścianie minimum jeden fotel obrotowy, wyposażony w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówek, ze składanym do pionu siedziskiem i regulowanym oparciem pod plecami.		
4.	Przy ścianie działowej u węzłowie noszy fotel z systemem przesuwu, obrotowy tj. umożliwiający jazdę tyłem i przodem do kierunku jazdy, ze składanym do pionu siedziskiem, zagłówkiem (regulowanym lub zintegrowanym), bezwładnościowym pasem bezpieczeństwa oraz regulowanym oparciem pod plecami.		
5.	Przegroda między kabiną kierowcy a przedziałem medycznym. Przegroda zapewniająca możliwość oddzielenia obu przedziałów oraz komunikację pomiędzy personelem medycznym a kierowcą. Przegroda ma być wyposażona w drzwi przesuwne manualnie.		
6.	Zabudowa meblowa na ścianach bocznych (lewej i prawej): - zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczone przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, z miejscem mocowania wyposażenia medycznego tj. deska pediatryczna, kamizelka typu KED, szyny Kramera, torba opatrunkowa (zamawiający dopuszcza mocowanie w/w sprzętu w schowku zewnętrznym); - półki podsufitowe z przezroczystymi szybkami i podświetleniem (kolor biały) umożliwiającym podgląd na umieszczone tam przedmioty (na ścianie lewej co najmniej 4 szt., na ścianie prawej co najmniej 2 szt.); - na ścianie lewej zamykany schowek na środki psychotropowe z zamkiem szyfrowym.		
7.	Zabudowa meblowa na ścianie działowej:		

	- szafka z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną i cokolikiem, z miejscem na pojemniki na zużyte igły, strzykawki i z szufladami (min. 2 szt. szuflad); - kosz na śmieci zamontowany w szufladzie otwieranej/zamykanej stopą.		
8.	Sufitowy uchwyt do kroplówek na min. 4 szt. pojemników.		
9.	Sufitowy uchwyt dla personelu medycznego.		
10.	Miejsce mocowania ssaka elektrycznego umożliwiające korzystanie z niego podczas jazdy		
11.	Na ścianie lewej szyny wraz z trzema panelami do mocowania uchwytów dla następującego sprzętu medycznego: defibrylator, respirator, pompa infuzyjna. Panele mają mieć możliwość przesuwania wzdłuż osi pojazdu tj. możliwość rozmieszczenia ww. sprzętu medycznego wg uznania zamawiającego w każdym momencie eksploatacji. Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza mocowania na stałe uchwytów do ww. sprzętu medycznego bezpośrednio do ściany przedziału medycznego. Zamontowane uchwyty oryginalnego producenta: - do defibrylatora LP 15 - do respiratora Meduvent - do pompy infuzyjnej Medima (stacją dokująca na dwie pompy) Urządzenie po stronie Zamawiającego – uchwyty po stronie Wykonawcy.		
12.	Centralna instalacja tlenowa: – minimum 2 gniazda poboru tlenu na ścianie lewej monoblokowe typu panelowego oraz jedno gniazdo na suficie;		
13.	Podstawa (ławeta) pod nosze główne posiadająca przesuw boczny, możliwość pochyłu o min. 10 stopni do pozycji Trendelenburga i Antytrendelenburga, (pozycji drenażowej), z wysuwem na zewnątrz pojazdu umożliwiającym wjazd noszy na lawetę.		
14.	Termobox stacjonarny do ogrzewania płynów infuzyjnych.		
15.	Ampularium w formie szafki zamontowane po lewej stronie przedziału medycznego w pobliżu blatu roboczego.		
16.	Lodówka sprężarkowa w zabudowie.		
17.	Kamera w przedziale medycznym z wyświetlaczem LCD zamontowanym w kabinie kierowcy służąca do podglądu przedziału medycznego bez konieczności odwracania się.		
<b>XVI. WYPOSAŻENIE POJAZDU</b>		-----	
1.	Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym, młotek do wybijania szyb, nóż do przecinania pasów bezpieczeństwa.		
2.	Radioodtwarzacz USB/MP3 w kabinie kierowcy.		
3.	Głośnik w przedziale medycznym podłączony do radia z wyłącznikiem oraz drugi do radiotelefonu.		
4.	Lampka typu kokpit w kabinie kierowcy po stronie pasażera.		
5.	W kabinie kierowcy przenośna latarka lub szperacz akumulatorowo-sieciowy z możliwością ładowania w ambulansie, wyposażony w światło halogenowe typu LED,		

	wyposażony w uchwyt do zamocowania w pojeździe oraz ładowarkę samochodową		
6.	Dywaniki gumowe w kabinie kierowcy dla kierowcy i pasażera.		
7.	Reflektory zewnętrzne, po bokach oraz z tyłu pojazdu, po 2 z każdej strony, ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji; włączanie i wyłączanie reflektorów zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego. Reflektory typu LED. Reflektory automatycznie wyłączające się po ruszeniu pojazdu i osiągnięciu prędkości 30 km/godz.		
8.	Widerejestратор zasilany 12V z dodatkowym gniazdem zasilanym po włączeniu zapłonu, np. Blaupunkt BP 2.0 FHD, LCD 2" lub równoważny.		
9.	Kamera cofania (z kolorowym monitorkiem lub z wyświetlaczem w formie lusterka zamontowane w kabinie kierowcy)		
10.	Sygnalizator cofania		
11.	Miejsce mocowania radiotelefonu samochodowego w kabinie kierowcy – przenośnego – ładowarka.		
12.	Pachołki drogowe x2, klin pod koła, zestaw naprawczy.		
13.	Radiotelefon przewoźny typu DM4601e – 1 sztuka - oraz przenośny typu DP – dwie sztuki. Radiotelefony kompatybilne z używanymi przez Zamawiającego radiotelefonami Motorola.		
14.	Koła zimowe 4 sztuki (felga, opona, czujnik ciśnienia) – auto dostarczone na kołach dostosowanych do pory roku		
<b>XVII. UWAGI</b>		-----	
1.	Dostawa na kołach lub lawecie.		
2.	Gwarancja na samochód bazowy, adaptację medyczną oraz sprzęt medyczny – min. 24 miesiące.		
3.	Przeglądy adaptacji medycznej oraz sprzętu medycznego wykonywane w siedzibie Zamawiającego –bezpłatnie przez okres 24 miesięcy. Przeglądy samochodu bazowego wykonywane w najbliższym ASO samochodu bazowego na koszt Zamawiającego.		

\*wypełnia Wykonawca

**NOSZE GŁÓWNE**

Lp.	Wymagane parametry	TAK/NIE* (określić)	Parametr oferowany (proszę wpisać) *
1.	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2023 lub 2024.		
2.	Wykonane z materiału odpornego na korozję lub z materiału zabezpieczonego przed korozją.		
3.	Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha.		
4.	Przystosowane do prowadzenia reanimacji.		
5.	Z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do 90 stopni.		
6.	Rama noszy pod głową pacjenta umożliwiająca odgięcie głowy do tyłu, przygięcie głowy do klatki piersiowej i ułożenia na wznak.		
7.	Z zestawem pasów zabezpieczających pacjenta, o regulowanej długości, mocowanych bezpośrednio do ramy noszy.		
8.	Wyposażone w cienki nie sprężynujący materac z tworzywa sztucznego umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, o powierzchni antypoślizgowej, nie absorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące.		
9.	Ze składanymi poręczami bocznymi na boki lub wzdłuż.		
10.	Z wysuwanymi rączkami do przenoszenia, umieszczonymi z przodu i z tyłu noszy.		
11.	Z możliwością wprowadzania noszy na transporter przodem lub tyłem do kierunku jazdy.		
12.	Waga noszy max 23 kg zgodna z wymogami aktualnej normy PN EN 1865-1.		
13.	Trwałe oznakowanie, najlepiej graficzne elementów związanych z obsługą noszy.		
14.	Obciążenie dopuszczalne noszy min 230 kg (podać obciążenie dopuszczalne w kg).		
15.	Okres gwarancji – min. 24 miesiące.\		
16.	Dodatkowo uprząż do przewożenia dzieci na noszach.		

**TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH**

Lp.	Wymagane parametry	TAK/NIE* (określić)	Parametr oferowany (proszę wpisać) *
1.	Urządzenie fabrycznie nowe rok produkcji 2023 lub 2024.		
2.	Wyposażony w system niezależnego składania się goleni przednich i tylnych przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu, pozwalający na bezpieczne wprowadzenie/ wyprowadzenie noszy z pacjentem nawet przez jedną osobę		
3.	Szybki i łatwy system połączenia z noszami.		
4.	Regulacja wysokości w min. sześciu poziomach.		
5.	Możliwość zapięcia noszy przodem lub nogami w kierunku jazdy.		
6.	Odbojniki na goleniach.		
7.	Możliwość ustawienia pozycji drenażowych Trendelenburga i Fowlera na minimum trzech poziomach pochylenia.		
8.	Wszystkie 4 kółka jezdne skątne w zakresie 360 stopni, o średnicy powyżej 150 mm i szerokości min. 40 mm, umożliwiające prowadzenia noszy bokiem do kierunku jazdy przez 1 osobę z dowolnej strony transportera, z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost. Kółka umożliwiające jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi na utwardzonych nawierzchniach i na otwartych przestrzeniach. Podać średnicę kółek w mm, co najmniej 2 koła tylne wyposażone w hamulce.		
9.	Obciążenie dopuszczalne transportera minimum 250 kg (podać dopuszczalne obciążenie w kg).		
10.	Waga zestawu transportowego max. 51 kg zgodnie z wymogami aktualnej normy PN EN 1865-1.		
11.	Mocowanie transportera do ławety ambulansu zgodne z wymogami aktualnej normy PN EN 1789:2021-02		
12.	Transporter musi posiadać trwale oznakowane, najlepiej graficznie, elementy związane z jego obsługą.		
13.	Transporter wykonany z materiału odpornego na korozję lub z materiału zabezpieczającego przed korozją.		
14.	Okres gwarancji – min.24 miesiące.		
15.	Certyfikat lub deklaracja zgodności z aktualnymi normami PN EN 1789:2021-02 oraz PN EN 1865-1 na oferowany zestaw transportowy potwierdzający pełną zgodność z wymaganymi normami (nosze i transporter oraz mocowanie ).		



**KRZESEŁKO TRANSPORTOWE**

Lp.	Wymagane parametry	TAK/NIE* (określić)	Parametr oferowany (proszę wpisać) *
1.	Wykonane z wytrzymałego materiału odpornego na korozję i na działanie płynów dezynfekujących.		
2.	Waga max. 15 kg. Lekka konstrukcja.		
3.	Wyposażone w rozkładany system płozowy ułatwiający transport pacjenta po schodach.		
4.	Wyposażone w górny uchwyt sterujący.		
5.	Wyposażone w demontowane siedzisko.		
6.	Siedzisko i oparcie wykonane z mocnego miękkiego winylu, odpornego na bakterie, grzyby, zmywalnego i umożliwiającego dezynfekcję.		
7.	Składane, z blokadą przypadkowego złożenia w trakcie transportu.		
8.	Wyposażone w 4 kółka transportowe. Duże tylne kółka umożliwiające poruszanie się w trudnym terenie.		
9.	2 przednie kółka obrotowe		
10.	Średnica tylnych kółek min. 160 mm.		
11.	Głębokość po złożeniu max. 22 cm		
12.	Pasy bezpieczeństwa umożliwiające szybkie ich rozpięcie.		
13.	Wysokość górnej ramy oparcia w rozłożonym krzeselku mierzona od podłogi - min. 1130 mm, max. 1560 mm. - zapewniająca komfort dla pacjenta.		
14.	Dopuszczalne obciążenie minimum 170 kg		
15.	Deklaracja zgodności (lub certyfikat CE) oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych		
16.	Wymagany okres gwarancji min. 24 m-ce .		

**SSAK TRANSPORTOWY**

Lp.	Wymagane parametry	TAK/NIE* (określić)	Parametr oferowany (proszę wpisać) *
1.	Elektryczny przenośny z uchwytem do przenoszenia, obudowa z tworzywa sztucznego, akumulatorowo-sieciowy.		
2.	Z wbudowanym akumulatorem z możliwością pracy w ambulansie i poza nim.		
3.	Z możliwością ładowania akumulatora i pracy ssaka z zasilania 12V ambulansu i sieci 230V.		
4.	Słój wielorazowy o pojemności min. 1 l na odsysane płyny wykonany z materiału nietłukącego oraz wkładami jednorazowego użytku min. 10 szt., przewód ssący silikonowy.		
5.	Filtr antybakteryjny.		
6.	Wielostopniowe zabezpieczenie przed przenikaniem płynów do wnętrza aparatu (zabezpieczenie pompy).		
7.	Płynna regulacja siły ssania do min. 800 mBar (80kPa).		
8.	Przepływ min. 20l/min.		
9.	Min. 3-stopniowy wskaźnik stanu naładowania akumulatora.		
10.	Czas pracy ciągłej akumulatora przy maksymalnym obciążeniu min. 30 minut.		
11.	Uchwyt ścienny zgodny z wymogami normy PN-EN 1789 posiadający funkcje zasilania ssaka i ładowania akumulatora po wpięciu urządzenia do uchwytu		
12.	Ciężar z pełnym wyposażeniem do 5 kg.		
13.	Okres gwarancji min. 24 miesiące - podać okres gwarancji.		

**VIDEOLARYNGOSKOP**

Lp.	Wymagane parametry	TAK/NIE* (określić)	Parametr oferowany (proszę wpisać) *
1.	Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji min. 2023 (Podać markę, model, rok produkcji).		
2.	Videolaryngoskop bezprzewodowy ze zintegrowanym kolorowym wyświetlaczem o przekątnej nie mniejszej niż 3,5".		
3.	Ekran videolaryngoskopu zintegrowany na stałe z rękojeścią.		
4.	Urządzenie medyczne Klasa I.		
5.	Wymiary urządzenia 191 x 92 x 112 mm.		
6.	Waga urządzenia 250g.		
7.	Urządzenie wyposażone w baterię 3400 mAh.		
8.	Urządzenie wyposażone w baterię umożliwiającą jej wielokrotne ładowanie.		
9.	Możliwość ładowania baterii urządzenia w trakcie pracy.		
10.	Maksymalny czas potrzebny do naładowania baterii 4 godziny.		
11.	Maksymalny czas pracy na w pełni naładowanej baterii 240 minut.		
12.	Rozdzielczość ekranu co najmniej 640x960 pikseli.		
13.	Wskaźnik pozostałego czasu działania baterii.		
14.	Wyświetlacz LCD typu TFT obrotowy w płaszczyźnie pionowej i poziomej.		
15.	Regulacja kąta nachylenia ekranu w pionie: co najmniej 140°.		
16.	Regulacja kąta nachylenia ekranu w poziomie: co najmniej 270°.		
17.	Źródło światła: LED.		
18.	Natężenie oświetlenia: Nie mniej niż 600 lx.		
19.	Temperatura barwowa światła (w kelwinach): Nie mniej niż 5000 K.		
20.	Ochrona przed parowaniem kamery podczas zabiegu niewymagająca podgrzewania – łyżki jednorazowe z powłoką anti-fog.		
21.	Urządzenie wyposażone w port USB C do ładowania baterii oraz transmisji danych.		
22.	Zapis video w standardzie MPEG-4 (MP4).		
23.	Zapis zdjęć w standardzie JPEG (JPG).		
24.	Możliwość wprowadzenia oznaczenia (np. nazwy oddziału lub użytkownika) w oprogramowaniu urządzenia.		
25.	Możliwość ustawienia poziomu jasności ekranu.		
26.	Rozdzielczość przestrzenna 6,5 lp/mm.		
27.	Funkcja ostrzegawcza o zapełnianiu się pamięci urządzenia, sygnalizacja na ekranie.		
28.	Ochrona wszystkich elementów urządzenia (ekran, rękojeść, tor wizyjny) przed zalaniem oraz pyłem minimum IP66.		
29.	Brak potrzeby stosowania adapterów dla wszystkich rozmiarów łyżek jednorazowych.		
30.	Typ łyżek: Jednorazowe z powłoką anti-fog.		
31.	Warunki pracy Temperatura: 5°C~40°C, Temperatura: 10%~80% RH, niekondensująca, Wysokość ciśnieniowa: 57.0~106.0kPa.		
32.	Warunki magazynowania i wysyłki		

	Temperatura: -20°C~+55°C, Temperatura: 10%~93% RH, niekondensująca, Wysokość ciśnieniowa: 22.0~107.4kPa.		
33.	W zestawie łyżki jednorazowe w czterech rozmiarach (dł. x szer. x wys.), po 12 sztuk w każdym rozmiarze: - 106x18x33mm, - 115x22x33mm, - 126x27x38mm, - 140x29x41mm.		
34.	Dwie sztuki laryngoskopów z kompletem łyżek opisanych powyżej.		
35.	Okres gwarancji min. 24 miesiące - podać okres gwarancji		

**POZOSTAŁY SPRZĘT MEDYCZNY**

Lp.	Nazwa	TAK/NIE* (określić)	Produkt oferowany (proszę wpisać) *
1.	Koc bakteriostatyczny + poduszka bakteriostatyczna.		
2.	Materac próżniowy		
3.	Komplet szyn próżniowych.		
4.	Pompa infuzyjna kompatybilna ze stacją dokującą opisaną w punkcie XV.11 – 1 sztuka.		
5.	Deska ortopedyczna z kompletem pasów i unieruchomieniem głowy.		
6.	Płachta do przenoszenia pacjenta.		
7.	Reduktory na duże butle tlenowe – 3 sztuki.		

Okres gwarancji na ww. asortyment min. 24 miesiące - podać okres gwarancji - .....

**CZĘŚĆ II – WYMAGANIA FAKULTATYWNE – STANOWIĄCE KRYTERIUM OCENY OFERT „PARAMETRY TECHNICZNE” – MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW W TYM KRYTERIUM – 40 pkt.**

Parametry punktowane	Punktacja	Tak/Nie*
<b>AMBULANS</b>		
Dodatkowy elektryczny dogrzewacz w kabinie kierowcy oraz klimatyzacja automatyczna.	TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt.	
Moc silnika powyżej 180 KM.	TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt.	
Dodatkowe szufladki pod półkami sufitowymi na lewej ścianie.	TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt.	
Asystent martwego punktu pomagający unikać wypadków (rozpoznaje pojazdy w martwym punkcie i ostrzega kierowcę sygnałami wizualnymi i dźwiękowymi).	TAK - 4 pkt. NIE – 0 pkt.	
Elektryczne wspomaganie domykania drzwi prawych i lewych przesuwnych montowane na etapie produkcji samochodu bazowego.	TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt.	
Możliwość przesuwu fotela u wezłowania noszy w kierunku od noszy do ściany działowej w zakresie zapewniającym prawidłowe korzystanie z fotela, tj. zarówno zajęcie prawidłowej pozycji przy noszach, odsunięcie fotela od noszy w celu obejścia noszy jak i ustawienie fotela w pozycji umożliwiającej przejście z przedziału medycznego do kabiny kierowcy. Przesuw fotela ma być dostępny w każdym momencie eksploatacji (również w trakcie jazdy ambulansu, przy zapiętym bezwładnościowym pasie bezpieczeństwa przez osobę siedzącą na przesuwanym fotelu). System przesuwu niewymagający od Użytkownika używania narzędzi do przesuwu fotela, tzn. możliwość przesuwania fotela analogiczna (podobna funkcjonalnie) jak w fotelu kierowcy.	TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt.	
<b>TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH</b>		
System automatycznego składania goleni przednich i tylnych transportera w trakcie załadunku do ambulansu bez konieczności zwalniania jakichkolwiek dźwigni czy przycisków pozwalający na załadunek noszy wraz z transporterem bez konieczności jego dźwigania.	TAK - 4 pkt. NIE – 0 pkt.	
System zabezpieczający przed złożeniem i opadnięciem w dół w przypadku, gdy kółka najazdowe nie opierają się na podstawie (stole medycznym - lawecie), a zwolniona jest blokada przednich goleni, z blokadą umożliwiającą przenoszenie zestawu ze złożonym podwoziem, tzn. bez możliwości opuszczenia go do dołu bez zwolnienia blokady. Blokada sygnalizowana na panelu kontrolnym.	TAK - 3 pkt. NIE – 0 pkt.	
Blokada zabezpieczająca przed samoczynnym opadnięciem noszy w dół w przypadku niekontrolowanego zwolnienia mechanizmu składającego podwozie, sygnalizacja stanu blokady lub jej braku na panelu kontrolnym.	TAK - 2 pkt. NIE – 0 pkt.	
<b>VIDEOLARYNGOSKOP</b>		
Wbudowany kolorowy ekran dotykowy co najmniej 3,5"	TAK - 2 pkt. NIE – 0 pkt.	

\* wypełnia Wykonawca

**Uwaga:**

- 1) Szczegółowa koncepcja zabudowy wnętrza do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy, a przed przystąpieniem do zabudowy ambulansu.
- 2) Wszystkie urządzenia medyczne jak i elementy wyposażenia muszą się dać pewnie i szybko zamocować w wyznaczonych do tego miejscach, zamocowania muszą zapobiegać przesuwanemu, drganiom, podskakiwaniu sprzętu w trakcie ruchu, przyspieszania i hamowania ambulansu. W miejscach zawieszania, mocowania wyposażenia medycznego i sprzętu należy zastosować elementy tłumiące drgania i powstające hałasy w trakcie ruchu ambulansu.
- 3) Urządzenia stanowiące wyposażenie ambulansu muszą być tak skonstruowane i zamontowane, aby nie emitować pól elektromagnetycznych mogących zakłócać pracę sprzętu łączności oraz medycznego przewidzianego do pracy w ambulansie w czasie jazdy jak i na postoju.

**UWAGA: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym**



Wykonawca:

.....  
NIP/PESEL KRS/CEiDG:

.....  
reprezentowany przez:

.....  
(imię, nazwisko, stanowisko/  
podstawa do reprezentacji)

### Oświadczenie Wykonawcy

#### **dotyczące braku podstaw wykluczenia z postępowania**

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

#### **uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainie oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego**

#### **I. DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Zakup wraz z dostawą mięsa, wędlin i produktów drobiowych" dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, oświadczam, że\*:

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp
- zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. .... ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1)

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze .....

#### **II. DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

#### **o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835)\***

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
- podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

#### **III. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA**

1. Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:

.....  
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

**IV. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Jednocześnie oświadczam, iż strony, z którymi współpracuję przy realizacji niniejszego zamówienia nie figurują na liście sankcyjnej.

\*) odpowiednie zaznaczyć

**UWAGA:**

*Oświadczenie winno zostać sporządzone, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.*

## PROJEKT UMOWY

zawarta pomiędzy:

**Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej**, ul. Szpitalna 1, 33 – 200 Dąbrowa Tarnowska, wpisanym do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków - Śródmieście pod numerem KRS 0000012861, posiadającym NIP 871 - 15 - 36 - 472 i REGON 000304361,

reprezentowanym przez: ..... – Dyrektora ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej, zwanym dalej „**Zamawiającym**”,

a..... z siedzibą w ....., przy ulicy ....., wpisanym do ..... pod numerem .....

reprezentowanym przez:

..... – .....

zwanym dalej „**Wykonawcą**”.

Na podstawie przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 26/24/ZP zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r., Strony niniejszej Umowy uzgadniają, co następuje:

### §1

Użyte w Umowie pojęcia oznaczają:

1. Ambulans sanitarny – asortyment, produkt, sprzęt, którego dostawa jest przedmiotem zamówienia publicznego zgodnie ze szczegółowym opisem, stanowiącym załącznik nr 1 oraz nr 2 do Umowy;
2. SWZ – specyfikację warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia, będącym podstawą zawarcia niniejszej Umowy;
3. Wada fizyczna – wadę fizyczną w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz ponadto jakkolwiek niezgodność dostawy z przedmiotem zamówienia opisanym w Umowie;
4. Umowa – niniejszą umowę dostawy;
5. Oferta – oferta złożona przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu.

### §2

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa nowego kompletnie zabudowanego ambulansu sanitarnego marki ..... z wyposażeniem, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Zarówno pojazd bazowy jak i kpl. ambulans sanitarny wyprodukowano w 2024 r.
2. Opis wymaganych warunków i parametrów technicznych ambulansu, formularz cenowy znajduje się w załączniku nr 1 oraz 2 do niniejszej umowy.
3. Strony niniejszej umowy przyjmują do wiadomości, iż dostawa amulansu, o której mowa w ust. 1, ma zostać sfinansowana z .....
4. W przypadku nieotrzymania dofinansowania, o którym mowa w ust. 3 Zamawiający może podjąć decyzję o finansowaniu dostawy amulansu, o którym mowa w ust. 1, z innych środków.
5. Jeżeli Zamawiający nie otrzyma dofinansowania, o którym mowa w ust. 3 lub nie podejmie decyzji o finansowaniu dostawy z innych środków, o którym mowa w ust. 4, niniejsza umowa rozwiązuje się z chwilą doręczenia Wykonawcy zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6 i nie wywołuje żadnych skutków prawnych.
6. O zaistnieniu przesłanek, o których mowa w ust. 5 Zamawiający zobowiązany jest poinformować Wykonawcę, najpóźniej do dnia ..... 2024 r.. W terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Zamawiający poinformuje również dostawcę o zamiarze realizacji dostawy.

### §3

1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest nowy, nieużywany jako pojazd demonstracyjny, wolny od wad, zgodny z aktualnymi wersjami norm PN-EN 1789:2021-02 dla ambulansu oraz aktualną wersją normy PN-EN 1865-01 dla urządzeń do transportu pacjenta - lub równoważnymi, spełniający parametry techniczno-użytkowe opisane w załączniku nr 2 do niniejszej umowy, odpowiada przepisom zawartym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2024, poz. 502, z późn. zm.) i Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2024 r. (Dz. U, 2023 poz. 1183) w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania zespołów ratownictwa medycznego, posiada niezbędne homologacje na pojazd bazowy oraz kompletnie zabudowany ambulans sanitarny.
2. Wykonawca gwarantuje, że urządzenia zamontowane w procesie adaptacji pojazdu bazowego na ambulans sanitarny nie będą powodowały zakłóceń elektromagnetycznych, które mogą wpłynąć negatywnie na pracę urządzeń systemu łączności i SWD oraz urządzeń medycznych przeznaczonych do pracy w ambulansie.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego kompletny ambulans z podstawową zabudową specjalistyczną i wyposażeniem opisanym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, na własny koszt i ryzyko **do dnia 20.12.2024 r.**
4. O terminie dostawy ambulansu Wykonawca zawiadomi Zamawiającego z wyprzedzeniem min. 2 dni, w przeciwnym wypadku odbiór może być niemożliwy.
5. Wraz z kompletnym ambulansem Wykonawca dostarczy wszystkie dokumenty opisane w załączniku nr 1, 2 do niniejszej umowy, konieczne do zarejestrowania pojazdu, jego eksploatacji, obsługi i gwarancji
6. Przy odbiorze kompletnego ambulansu Wykonawca przeprowadzi szkolenie przedstawicieli Zamawiającego w zakresie działania, obsługi i konserwacji ambulansu oraz sprzętu w nim zamontowanego, w siedzibie Zamawiającego.
7. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia, niekompletności lub utraty przedmiotu umowy, aż do chwili potwierdzenia przez Zamawiającego odbioru kompletnie zabudowanego ambulansu wraz z wyposażeniem specjalistycznym.
8. Protokolarne odebranie kompletnie zabudowanego ambulansu sanitarnego będzie równoznaczne z odbiorem całości zrealizowanego przedmiotu umowy.
9. Jeżeli odbiór ambulansu będzie negatywny ze względu na usterki, braki, niemożliwość zarejestrowania pojazdu – wynikające z braków dokumentacji, niesprawności, niedociągnięć lub niezgodności z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w specyfikacji warunków zamówienia Zamawiający uzgodni z Wykonawcą datę ponownego odbioru, a jeżeli data ta będzie późniejsza aniżeli ustalona w ust. 3 niniejszego paragrafu będą miały zastosowanie kary, o których mowa w § 6. Wykonawca sprawdzi ambulans we własnym zakresie i po wyeliminowaniu usterek (niedociągnięć) uzupełnieniu braków, ponownie dostarczy na własny koszt i ryzyko przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego.
10. Umowa została sporządzona w formie elektronicznej i podpisana przez każdą ze Stron kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
11. Datą zawarcia niniejszej Umowy jest data złożenia oświadczenia woli o jej zawarciu przez ostatnią ze Stron.
12. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia zawarcia.

### §4

1. Potwierdzenia wykonania zamówienia i odbioru dostawy przedmiotu umowy dokona lub dokonają upoważnieni pracownicy Zamawiającego na protokołach odbioru.
2. Upoważnionymi pracownikami działającymi pojedynczo lub wspólnie ze strony Zamawiającego są: .....

3. Upoważnionymi przedstawicielami działającymi pojedynczo lub wspólnie ze strony Wykonawcy są:.....
4. Wraz z kompletnie zabudowanym ambulansem Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne dokumenty dla rejestracji, eksploatacji, obsługi i gwarancji.
5. Wszystkie dokumenty winny być w języku polskim (instrukcje obsługi i konserwacji, karty gwarancyjne, paszporty techniczne etc... oraz faktury). W przypadku dostarczenia dokumentów producenta zagranicznego, muszą one posiadać tłumaczenia na język polski.
6. Dokumenty w języku innym niż polski, bez załączonego ich tłumaczenia, będą zwracane Wykonawcy w dniu ich otrzymania przez Zamawiającego, a odbiór przedmiotu zamówienia nie będzie możliwy.

#### §5

1. Kwota jaką Zamawiający zapłaci Wykonawcy za przedmiot umowy będzie równa: ..... PLN (netto, bez podatku VAT), ..... PLN (brutto, z podatkiem VAT).  
co odpowiada cenom podanym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
2. Podana w ust.1 niniejszego paragrafu cena zawiera: wszystkie koszty wykonania zamówienia takie jak m.in.: podatki i cła wg aktualnie obowiązujących przepisów, koszty transportu inne.
3. Ceny i nazwy na fakturach muszą odpowiadać cenom i nazwom ujętym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
4. Do faktury zostanie dołączony i przekazany Zamawiającemu podpisany przez obie strony protokół z czynności odbioru ambulansów.
5. Płatność dokonana będzie przelewem w terminie do 30 dni po protokolarnym odbiorze ambulansu i dostarczeniu Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury za zrealizowanie zamówienia.
6. Za datę płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment na podstawie Ustawy z dnia 15.12.2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 r. poz. 62 – zgodnie z załącznikiem nr 15).

#### §6

1. Strony ustalają, że w razie nienależytego wykonania przez Wykonawcę umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy odszkodowania w formie kar umownych z następujących tytułów:
  - 1.1 w razie zwłoki w realizacji całości przedmiotu niniejszej umowy z winy Wykonawcy, od określonego w § 3 ust. 3 terminu dostawy, kara umowna w wysokości 500 zł, za każdy kalendarzowy dzień zwłoki;
  - 1.2 w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 2% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 5 ust.1 niniejszej umowy, niezależnie od naliczenia kary zgodnie z zapisem ust. 1 pkt. 1) niniejszego paragrafu;
  - 1.3 w razie opóźnienia w podjęciu naprawy gwarancyjnej kara umowna o której mowa w § 7 ust. 8 niniejszej umowy.
2. W przypadku niezrealizowania dostawy z winy Wykonawcy w terminie do 30 dni od określonego w § 3 ust. 3 terminu dostawy Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, niezależnie od naliczonych kar umownych.
3. Zamawiający w przypadku niedotrzymania terminu zapłaty określonego w § 5 ust. 5, zapłaci Wykonawcy odsetki za opóźnienie, za każdy dzień zwłoki. Wykonawca może odstąpić od naliczania odsetek za opóźnienie w zapłacie faktury VAT.

5. Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, Strony umowy będą uprawnione do dochodzenia odszkodowania przekraczającego karę umowną.

#### §7

1. Wykonawca udziela wszelkich gwarancji zgodnie z zapisami w załączniku nr 2 do umowy.
2. Zamawiający zgłasza awarię i konieczność wykonania naprawy poprzez wysłanie do Wykonawcy zgłoszenia pocztą e-mail.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania napraw gwarancyjnych pojazdu, zabudowy specjalistycznej oraz wyposażenia medycznego, opisanych w załączniku nr 2 do niniejszej umowy, w jak najkrótszym terminie, jednak nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii.
4. Gwarancja udzielana jest bez limitu kilometrów na pojazd bazowy oraz zabudowę medyczną. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu następującym po protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego. Naprawy gwarancyjne dokonywane są bezpłatnie.
5. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia zgłoszonej e-mailem naprawy gwarancyjnej zabudowy specjalistycznej i wyposażenia medycznego opisanego w załączniku nr 2 do niniejszej umowy, w siedzibie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 72 godz. od czasu zgłoszenia awarii.
6. Jedynie w przypadku poważniejszych awarii zabudowy specjalistycznej lub wyposażenia ambulansu, których naprawa nie jest możliwa w siedzibie Zamawiającego, Zamawiający dostarczy ambulans lub element wyposażenia medycznego do naprawy do serwisu wskazanego przez Wykonawcę, na koszt Wykonawcy.
7. Wykonawca zostanie obciążony ewentualnymi kosztami napraw ambulansu lub elementu wyposażenia wymienionego w ust. 6 niniejszego paragrafu, nie wynikających z winy Zamawiającego lub normalnego zużycia eksploatacyjnego. Kosztami normalnego zużycia eksploatacyjnego zostanie obciążony Zamawiający.
8. W przypadku niewykonania naprawy gwarancyjnej ambulansu, zabudowy specjalistycznej lub wyposażenia medycznego w maksymalnym terminie określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu oraz niespełnienia jednocześnie postawionego warunku opisanego w ust. 6 niniejszego paragrafu, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł, za każdy kalendarzowy dzień zwłoki od maksymalnego terminu określonego w ust. 3 niniejszego paragrafu, niezależnie od obciążenia kosztami, o których mowa w ust. 7.
9. W przypadku nie podjęcia w okresie gwarancyjnym zgłoszonej naprawy zabudowy specjalistycznej i wyposażenia medycznego ambulansu w siedzibie Zamawiającego, w terminie określonym w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 30 zł za każdą godzinę zwłoki od czasu podanego w ust. 4 niniejszego paragrafu.
10. Okres gwarancji rozpoczyna bieg od dnia podpisania protokołu odbioru kompletnego ambulansu.
11. Wykonawca udostępni numery telefonów, adresy e-mail czynne całą dobę, przez 7 dni w tygodniu, pod którymi Zamawiający może zgłaszać awarię przedmiotu zamówienia zarówno w zakresie pojazdu bazowego jak i zabudowy specjalistycznej i wyposażenia ambulansu.
12. Adresy, numery telefonów, adresy e-mail serwisów gwarancyjnych do zgłaszania awarii:  
- wykaz ww. wymienionych numerów podany jest w załączniku nr 3 do niniejszej umowy.
13. Niezależnie od gwarancji Zamawiający zastrzega sobie również prawo do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi za wady, zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego, przez okres 24 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołów odbioru kompletnego ambulansu.

#### §8

1. Oprócz przypadków określonych w Kodeksie Cywilnym oraz w niniejszej umowie Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, w formie aneksu, pod rygorem nieważności.



3. Istotne zmiany umowy nie mogą wynikać z następujących okoliczności:

- zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy, w tym również m.in. zmian obowiązującej stawki podatku VAT powodujących zmianę kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie zmienionego podatku zapłaconego przez Wykonawcę;
- wynikające z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w chwili wszczęcia postępowania, w wyniku którego zawarto umowę;
- gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie zmiana osób upoważnionych do dokonywania czynności lub zmiana danych teleadresowych określonych w niniejszej umowie;
- wystąpienia sił wyższych, spowodowanych przez czynniki zewnętrzne, niezależne od stron umowy, niemożliwe do przewidzenia w dniu zawierania umowy, w tym w wyniku ogłoszonej epidemii.
- zmiany numeru konta bankowego;
- zastąpienia sprzętu stanowiącego wyposażenie ambulansu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem nowym, posiadającym wszystkie co najmniej takie same parametry funkcjonalne i jakościowe jakie posiadał sprzęt będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy, pod warunkami: dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie przez dostarczony sprzęt wymagań Zamawiającego zgodnie z zapisami specyfikacji warunków zamówienia oraz że cena wprowadzonego sprzętu nie wpłynie na zwiększenie ceny zamówienia.

#### **§9**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Wykonawca oświadcza, że nie dokona przeniesienia wierzytelności pieniężnych związanych z realizacją niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, bez zgody Zamawiającego oraz nie dokona żadnych innych czynności w wyniku, których doszłoby do zmiany strony umowy. Ewentualna zgoda Zamawiającego na zmianę wierzyciela będzie uzależniona od wyrażenia zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2018 r., poz. 160 z późn. zm). Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela z naruszeniem w/w zasad jest nieważna.

#### **§10**

1. Wykonawca oświadcza, że znana mu jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2019r. poz. 1781) i wyraża zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z tą ustawą.
2. Wykonawca oświadcza, że znana mu jest ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 632) i zobowiązuje się, że nie będzie wykorzystywał, ujawniał, rozpowszechniał wszelkich informacji, materiałów, danych, jakie uzyskał w trakcie wykonywania niniejszej umowy na rzecz Zamawiającego.

#### **§11**

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony.

#### **§12**

Załącznikami do niniejszej umowy są wypełnione i podpisane przez Wykonawcę:

Załącznik nr 1 - Formularz cenowy

Załącznik nr 2 – Minimalne parametry techniczne

Załącznik nr 3 – Wykaz numerów telefonów i adresów e-mail do zgłoszenia awarii.

**WYKONAWCA:**

**ZAMAWIAJĄCY:**